

**PN 21/03/2023 – aparatura pomiarowa\_analizatory**

L. Dz. 849/04/2023

Poznań, 06 kwietnia 2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Nr postępowania: **PN 21/03/2023 – aparatura pomiarowa\_analizatory**

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe, dalej zamawiający, informuje, że w dniach 29.03.2023 r. oraz 04.04.2023 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, dotyczący ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na który zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Ze względu na równe traktowanie stron wnosimy o zmianę §5 pkt 4 na brzmienie zgodne z analogicznym § 5 pkt 3, czyli na: „W przypadku, jeśli Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy w całości lub części albo ją rozwiąże z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wówczas Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za tą część zamówienia, której odstąpienie (rozwiązanie umowy) dotyczy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyrażą zgody na zmianę zapisu par. 5 ust. 4 (a nie pkt.4).

Postanowienie nie narusza równości stron.

**Zamawiający wyjaśnia, że odwołanie zawarte w par. 5 ust. 4 w zdaniu ostatnim powinno dotyczyć ustępu 14 a nie 13 tego paragrafu.**

Zamawiający informuje, iż w związku z powyższym dokonuje zmiany treści SWZ na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania ujednoliconą wersję SWZ zawierającą wprowadzoną zmianę w pliku pod nazwą: **SWZ\_aparatura pomiarowa\_analizatory\_zmiana\_2**

Jednocześnie zamawiający informuje, iż dokonana zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

**Pytanie 2:**

Możliwość ukarania dostawcy za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, nawet wówczas, kiedy w terminie wykona przedmiot zamówienia nie znajduje uzasadnienia. W praktyce zapisy punktu 1 §5 mogą oznaczać podwójną karę dla Wykonawcy za opóźnienie w wywiązaniu się z umowy. W związku

PN 21/03/2023 – aparatura pomiarowa\_analizatory

z powyższym wnosimy o rezygnację z karania wykonawcy za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia i wykreślenie punktu 1, podpunkt a w §5 z umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiając nie wyraża zgody na usunięcie zapisu par. 5 ust. 1 (a nie pkt.1) lit. a). ze względu na ograniczenia czasowe, dla Zamawiającego istotne znaczenie ma również terminowość dostarczenia sprzętu, tak aby możliwe było sprawne wykonanie czynności odbiorowych i usunięcie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w trakcie tych czynności.

**Pytanie 3:**

Wnosimy o zmianę łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z 50% kwoty netto w §5 pkt 11, 12 na 20%. Rozumiemy, że Zamawiający co do zasady stara się wywrzeć nacisk na Wykonawcę w celu niezwłocznego wywiązania się z umowy i kara musi być dotkliwa, ale zwracamy uwagę, że również powinna być realistyczna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar. Zachowanie terminowości dostarczenia przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia jest w niniejszym postępowaniu kluczowe, ze względu na ryzyko utraty środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Niewykonanie zamówienia w terminie oznacza nie tylko utratę środków finansowych, ale także niezrealizowanie projektu, co skutkuje koniecznością zwrotu całości środków projektowych wraz z odsetkami.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Analizatora Wektorowego pracującego w zakresie 10MHz – 67 GHz ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zakresu częstotliwości dla analizatora widmowego.

**Pytanie 5:**

Czy elementy systemu potrzebne do pracy do min 110 GHz mają być zaoferowane w tej fazie procedury zakupowej?

**Odpowiedź:**

Tak, zgodnie z SWZ dla części 1 postępowania.

**Pytanie 6:**

Zamawiający wymaga zestawu do kalibracji całego systemu. Czy zamawiający mógłby określić szczegółowe wymagania w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zaleceniami oraz wymaganiami samego producenta sprzętu.

**Pytanie 7:**

Zamawiający wymaga konwertera dla pomiarów układów nadawczych i odbiorczych. Czy Zamawiający mógłby określić szczegółowe wymagania w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SWZ

**Pytanie 8:**

Czy zakres częstotliwości pracy konwerterów optyczno-elektrycznych ma być taki sam jak zakres częstotliwości pracy Analizatora?

Zgodnie z zapisami SWZ dla części 1.

**Pytanie 9:**

W części IV SWZ Zamawiający umieścił szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Dla części nr 3 – Analizator widma jedno z wymagań brzmi: „Rozdzielczość filtru pasma optycznego (ang. *“Optical bandwidth resolution filter”*): 5MHz/0.04 pm”.

Czy Zamawiający wymaga, aby rozdzielczość ta była nie gorsza niż 5MHz/0,04 pm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 10:**

W części IV SWZ Zamawiający umieścił szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Dla części nr 3 – Analizator widma jedno z wymagań brzmi: „Zakres dynamiczny: 87 dB”.

Czy przez powyższy zapis Zamawiający wymaga, aby oferowany instrument posiadał zakres dynamiki nie mniejszy niż 87 dB?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 11:**

W części IV SWZ Zamawiający umieścił szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Dla części nr 3 – Analizator widma jedno z wymagań brzmi: „Czułość: -77 dBm”.

Czy przez powyższy zapis Zamawiający wymaga, aby oferowany instrument posiadał czułość nie gorszą niż -77 dBm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 12:**

W części IV SWZ Zamawiający umieścił szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Dla części nr 3 – Analizator widma jedno z wymagań brzmi: „Absolutna dokładność dla poziomu sygnału: +/- 0.3 dB”.

## PN 21/03/2023 – aparatura pomiarowa\_analizatory

Czy przez powyższe określenie Zamawiający wymaga, aby oferowany instrument zapewniał absolutną dokładność pomiaru poziomu sygnału nie gorszą niż +/- 0,3 dB?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 13:**

W części IV SWZ Zamawiający umieścił szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Dla części nr 3 – Analizator widma jedno z wymagań brzmi: „*Analiza komponentów optycznych z rozdzielczością 1 MHz*”.

Czy powyższy zapis oznacza, że Zamawiający wymaga, aby oferowany instrument zapewniał analizę komponentów optycznych z rozdzielczością 1 MHz lub lepszą?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 14:**

W części IV SWZ Zamawiający umieścił szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Dla części nr 3 – Analizator widma jedno z wymagań brzmi: „*Wbudowane przestrajalne źródło laserowe z wyjściem sygnału na panelu urządzenia*”.

Czy poprzez sformułowanie „Wbudowane przestrajalne źródło laserowe z wyjściem sygnału na panelu urządzenia” Zamawiający wymaga, aby źródło laserowe pokrywało zakres nie mniejszy niż wymagany przez Zamawiającego zakres długości fal analizatora widma, to jest od 1520nm do 1630nm oraz od 1265nm do 1345nm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 15:**

W części IV SWZ Zamawiający umieścił szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Dla części nr 3 – Analizator widma jedno z wymagań brzmi: „*Funkcjonalność polarymetru - minimum dla pasma C*”

Czy poprzez „Funkcjonalność polarymetru” Zamawiający wymaga, aby instrument umożliwiał pomiar i prezentację wyników w postaci zarówno sfery Poincare, grafu Jones’a jak i przebiegu parametrów Stokes’a?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 16:**

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony do Zamawiającego wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia.

**PN 21/03/2023 – aparatura pomiarowa\_analizatory**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie przedmiotów zamówienia (Część nr 2 - Optyczny analizator wektorowy i część nr 3 - Analizator widma) wraz z instrukcjami obsługi w języku angielskim?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 17:**

§5 ust. 11 wzoru umowy określa łączną maksymalną wysokość kar umownych: „*Łączna maksymalna wysokość kar umownych w odniesieniu do danej Strony nie może przekroczyć 50% kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy za daną część zamówienia*”.

Zaproponowana przez Zamawiającego łączna maksymalna wysokość kar umownych na poziomie 50% wartości wynagrodzenia jest bardzo wysoka w stosunku do jednoczesnej wysokiej wartości zamówienia, stanowi ogromne ryzyko dla płynności finansowej Wykonawcy. Obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych w dalszym ciągu zagwarantuje Zamawiającemu zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej i tym samym zmianę treści § 5 ust. 11 i 12 wzoru umowy na zaproponowaną poniżej?

*11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych w odniesieniu do danej Strony nie może przekroczyć 20% kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy za daną część zamówienia.*

*12. Jeżeli łączna wysokość kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 20% kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający – niezależnie od innych przyczyn rozwiązania umowy albo odstąpienia od niej - może rozwiązać umowę z Wykonawcą albo od niej odstąpić, w całości albo w części, i to bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, z przyczyn opisanych w odpowiedzi na pytanie 3. Należy podkreślić, że przekroczenie górnej granicy łącznej kwoty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za szkody.

Z poważaniem