

DEZ/ 1819/2024

Jelenia Góra 12.12.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych
na potrzeby Oddziału Okulistyki i Bloku Okulistycznego
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej- postępowanie
powtórzone
ZP/PN/49/10/2024**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, iż udziela odpowiedzi na pytania do postępowania jak w tytule, które wpłynęły do Zamawiającego. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 1

Pytanie Nr 1 do Pakietu Nr 3:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu wiskoelastyków w dwóch jałowych pakowaniach o poniższych parametrach:

- 1% roztwór hialuronianu sodu
- masa cząsteczkowa: 1.1 – 1.5 mill Dal
- lepkość: 30 000 mPas
- osmolarność: 270-400 mOsm/kg
- preparat posiada właściwości kohezyjne
- ilość preparatu: 1,0 ml
- Ph: 6.8-7.4

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

oraz

- mieszanina roztworu hialuronianu sodu 2% i roztworu siarczanu chondroityny 2%
- lepkość: 40 000 ± 15 000 mPas
- osmolarność: 340–400 mOsm/kg
- pojemność : 1,0 ml
- pH: 6.8-7.6
- Temperatura przechowywania 2°-25°C
- Wyrób medyczny sterylny
- Wyrób medyczny jednorazowy

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zmianie ulega termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

Było:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1011210/> w terminie do dnia **13.12.2024 r. do godz. 11:00.**
2. Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 13.12.2024 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 12.1.

Winno być:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1011210/> w terminie do dnia **20.12.2024 r. do godz. 11:00.**
2. Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 20.12.2024 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 12.1.

Było:

1. **Termin związania ofertą do dnia 12.03.2025 r.**
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **90 dni.**

Winno być:

1. **Termin związania ofertą do dnia 19.03.2025 r.**
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **90 dni.**

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz