

Konin, 06.09.2023r

WSZ-EP-30/990/2023

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu "Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych w WSZ w Koninie poprzez doposażenie wspierające działania naprawcze" nr sprawy - WSZ-EP-30/2023

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 5

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– zwanej dalej „*Ustawą Pzp.*”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „*SWZ*”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania dotyczą pakietu 1:

Poz 2

Czy Zamawiający dopuści aspirator pracujący na częstotliwości 23 kHz mieszczącej się w wymaganym zakresie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.1 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści aspirator ultradźwiękowy którego głowice pracują na stałej częstotliwości 23 kHz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.1 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści głowicę bez możliwości odłączenia kabla łączącego z aparatem? Kabel głowicy wraz z gniazdem przystosowany jest do sterylizacji, a brak dodatkowego połączenia upraszcza pracę z głowicą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z parametru opisanego w punkcie 5 Załącznika nr 2.1 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Poz. 9,10

Czy Zamawiający dopuści głowicę ultradźwiękową do neurochirurgii która pracuje na częstotliwościach 23 kHz z możliwością używania różnych końcówek roboczych o wadze max 95g ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.1 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Poz. 11.

Czy Zamawiający dopuści aspirator ultradźwiękowy bez możliwości połączenia głowicy z systemem neuromonitoringu śródoperacyjnego? Wyposażony w możliwość podłączenia diatermii chirurgicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z parametru opisanego w punkcie 11 Załącznika nr 2.1 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Poz. 12.

Czy Zamawiający dopuści osobną głowicę do cięcia i rzeźbienia kości pracującą na częstotliwościach 23 kHz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.1 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Poz, 15.

Czy Zamawiający dopuści pompę irygacyjną z wydajnością zsynchronizowaną z pracą rękonośnej roboczej pracującą w zakresie od 1 do 85 ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.1 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Poz 21, 22

Czy celem podniesienia komfortu pracy Zamawiający oczekuje aby aparat wyposażony był duży kolorowy i dotykowy wyświetlacz pozwalający na intuicyjne sterowanie funkcjami urządzenia, oraz wizualizujący nastawione parametry pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapisy zestawienia wymaganych parametrów jakościowo –technicznych w punktach numer 21 i 22 na następujące:

21	Podświetlany wskaźnik mocy ultradźwięków; Zamawiający dopuści do postępowania konsolę aspiratora sterującą i wyświetlającą parametry pracy urządzenia na wyświetlaczu
22	Podświetlane wskaźniki wydajności irygacji i ssania; Zamawiający dopuści do postępowania konsolę aspiratora sterującą i wyświetlającą parametry pracy urządzenia na wyświetlaczu

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Poz. 24.

Czy celem podniesienia komfortu pracy zamawiający oczekuje, aby przycisk nożny był bezprzewodowy i wodoodporny (IPX8). Pozwala to na uniknięcie dodatkowego kabla na sali operacyjnej, a klasa wodoodporności gwarantuje niezawodność pracy urządzenia nawet w ciężkich warunkach sali operacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis zestawienia wymaganych parametrów jakościowo –technicznych w punkcie 24 następująco:

24. Przycisk nożny – 1 szt.

Zamawiający za zgodny uzna zarówno przycisk nożny przewodowy jak i bezprzewodowy, ponieważ nie określa powyższego w SWZ.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Poz. 27.

Czy zamawiający dopuści głowicę neurochirurgiczną 23 kHz z kablem zasilającym, wielorazowym kluczem dynamometrycznym do przykręcenia końcówek roboczych oraz z metalową kasetą do sterylizacji całego zestawu w autoklawie – 1 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis zestawienia wymaganych parametrów jakościowo –technicznych w punkcie 27 na następujący:

Głowica neurochirurgiczna 35 kHz z kablem zasilającym, wielorazowym kluczem dynamometrycznym do przykręcenia końcówek roboczych oraz z metalową kasetą do sterylizacji całego zestawu w autoklawie – 1 szt.; W przypadku zaoferowania głowicy uniwersalnej 23 lub 25.4 kHz Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia 1 szt. głowicy uniwersalnej współpracującej z pełnym portfolio końcówek roboczych producenta, w tym końcówki robocze do tkanek miękkich, włóknistych i kości, 1 szt. kasety do sterylizacji i 1 szt. Klucza dynamometrycznego
--

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Poz. 28.

Czy zamawiający dopuści głowicę ultradźwiękową 23 kHz, do końcówek do cięcia lub rzeźbienia kości w zabiegach kręgosłupowych z kasetą sterylizacyjną i kablem – 1 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis zestawienia wymaganych parametrów jakościowo –technicznych w punkcie 28 na następujący:

Głowica ultradźwiękowa 35 kHz, do końcówek do cięcia lub rzeźbienia kości w zabiegach kręgosłupowych z kasetą sterylizacyjną i kablem – 1 szt. W przypadku zaoferowania głowicy uniwersalnej 23 lub 25.4 kHz Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia 1 szt. głowicy uniwersalnej współpracującej z pełnym portfolio końcówek roboczych producenta, w tym końcówki robocze do tkanek miękkich, włóknistych i kości, 1 szt. kasety do sterylizacji i 1 szt.

Klucza dynamometrycznego

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Poz. 29

Czy zamawiający dopuści 6 zestawów operacyjnych składających się z końcówki roboczej, drenu i jednorazowej osłony na końcówkę roboczą. Do wyboru zestawy:

- z końcówką krótką o długości roboczej 7,6cm i średnicy 1,9mm
- z końcówką długą zakrzywioną o długości roboczej 18,4 cm i średnicy 1,9 mm
- z końcówką długą zakrzywioną o długości roboczej 17,78cm i średnicy 1,6mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikował i ujednolicił zapisy dotyczące materiałów zużywalnych wskazanych w pozycjach od 29 do 32 poprzez usunięcie pozycji 31 i 32 i stworzenie nowego opisu pozycji 29 i 30 o następującym brzmieniu:

29	<p>Materiały zużywalne zgodnie z instrukcją użytkowania do 30 zabiegów operacyjnych, neurochirurgicznych (głowa) w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 końcówek roboczych do 5 użyć każda lub 30 końcówek jednorazowych (minimum 3 rodzaje końcówek o różnej długości i średnicy, do wyboru przez Zamawiającego) • Kompletnych zestawów jednorazowych koniecznych do 30 operacji (dreny, osłonki)
30	<p>Materiały zużywalne zgodnie z instrukcją użytkowania do 30 zabiegów operacyjnych (kręgosłup) w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 końcówek roboczych do 5 użyć każda lub 30 końcówek jednorazowych roboczych do cięcia lub rzeźbienia kości, krótkie lub długie - do wyboru przez Zamawiającego. • Jednorazowy dren do głowicy kręgosłupowej – 30 szt.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.1 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.