



DZIAŁ OBSŁUGI ZAKUPÓW

Adres:
Collegium Chemicum
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań

tel. (061) 854-68-84
fax: (061) 854-68-81

Poznań, 01 września 2020 r.

Dotyczy: P/4/8786/2020; Dostawy trenerów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 5 części.

W związku z pytaniami przekazuję odpowiedzi na zapytania:

1. Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne zadania?

Odpowiedź zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza taką możliwość.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy, w której zajdzie konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 30 dni? Niektóre ze wskazanych trenerów są produkowane w Stanach Zjednoczonych, a co za tym idzie transport przesyłek jest dłuższy niż w przypadku producentów Europejskich.

Odpowiedź zamawiającego:

Nie dopuszcza z powodu niedopuszczalnego przestoju w zajęciach dydaktycznych.

3. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności szkolenia z obsługi trenerów? Wskazane przez Zamawiającego produkty są bardzo proste w obsłudze, nie wymagają szczególnej wiedzy technicznej ani umiejętności informatycznych jakie są potrzebne do obsługi złożonych systemów wysokiej wierności

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie odstępuje od wymogu przeprowadzenia szkolenia.

4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu urządzeń zastępczych w przypadku naprawy?

Odpowiedź zamawiającego:

Nie dopuszcza z powodu niedopuszczalnego przestoju w zajęciach dydaktycznych.

5. Czy Zamawiający dopuści do oferty trener do konikotomii o poniższych parametrach i funkcjach?

Fantom do nauki i ćwiczenia poprawnej techniki zabiegu konikotomii, konikopunkcji stosowanego w czasie udzielania pierwszej pomocy dla personelu paramedycznego, personelu karetek pogotowia, ratowników oraz anestezjologów.

Umożliwia także wykonywanie tracheotomii.

Realistycznie odwzorowuje ludzką szyję – naturalne rozmiary, widoczne są również chrząstki krtani na wyprostowanej szyi (chrząstka tarczowata, pierścieniowata oraz więzadło pierścienno-tarczowe).

Wyczuwalne punkty orientacyjne.

Fantom posiada wymienną tchawicę. Sztuczne płuca dają możliwość wentylacji, dzięki czemu można sprawdzić czy wykonywany zabieg

przeprowadzany jest prawidłowo.

Zestaw zawiera:

- symulator z podstawą,
- 12 wymiennych skór szyi
- 12 wymiennych tchawic osoby dorosłej - cztery sztywne, dwie miękkie
- 12 wymiennych tchawic dziecka - cztery sztywne, dwie miękkie
- 2 sztuczne płuca
- instrukcję obsługi
- twarde opakowanie

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ i nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Czy Zamawiający dopuści do oferty trenerów do iniekcji dożylnych o poniższych parametrach?

Ramię treningowe zapewnia pełny dostęp żylny do terapii IV i pobierania krwi, a także miejsca do wstrzyknięć domięśniowych i śródskórnych. Wyprodukowano przy użyciu systemu zarządzania jakością posiadającego certyfikat zgodności z ISO 9001. Rozbudowany 8-liniowy system naczyniowy pozwala studentom ćwiczyć nakłuwanie żyły we wszystkich głównych i wtórnych lokalizacjach, w tym kroplówki i wprowadzanie cewników dożylnych. System żylny upraszcza konfigurację, ponieważ tylko jeden zewnętrzny worek z płynem dostarcza sztuczną krew do wszystkich żył jednocześnie. Grzbietowa powierzchnia dłoni zawiera żyły śródreżca, palca i kciuka. Dół łokciowy obejmuje żyłę pośrodkową odpromieniową, pośrodkową łokciową oraz żyłę pośrodkową odłokciową. Nakłucie dożylnie można również wykonać wzdłuż przedramienia. Wstrzyknięcia domięśniowe można wykonywać w mięsień naramienny, a miejsca wstrzyknięcia śródskórne znajdują się w górnej części ramienia. Miejsca wstrzyknięć domięśniowych w mięsień naramienny jest wzmocnione przez miękką, realistyczną skórą oraz naturalnym kostne elementy w okolicy. Wstrzyknięcia śródskórne z wodą destylowaną spowodują powstanie charakterystycznych pręg na skórze w wyznaczonych miejscach na ramieniu. Dołączona pompa obiegowa ramienia IV zapewnia ciągły przepływ krwi w układzie półzamkniętym.

Zestaw zawiera dwie butelki ze sztuczną krwią w proszku, trzy worki na płyny z zaciskami, butelkę środka uszczelniającego śródskórne, strzykawkę 3 cm³ z igłą, strzykawkę 12 cm³ z igłą, igłę 22 G, motylek infuzyjny, łącznik lateksowy, zacisk, zasilacz, zestaw drenów i adaptory do węży.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ i nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Sporządził:

Dział Obsługi Zakupów – Łukasz Pieczyński

tel. 858 68 84

mail: lpieczyn@ump.edu.pl