

Centrum Polityki Zakupowej
Dział Procedur Zakupowych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5750.291.1.111.2022.ER prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę spektrofotometru do pomiaru absorbancji w zakresie UV-VIS w mikroobjętościach dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia o zakresie długości fal: 200-900 nm?	Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
W zastępstwie:

REFERENT ADMINISTRACYJNY
ds. zamówień publicznych


mgr Marta Kujawska-Nowik