



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 05.11.2024
EZ/350/102/2024/...773.....

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne
Dotyczy: 102/2024 **Zakup i dostawa procesora tkankowego w ilości 2 sztuki-
urządzenia do opracowywania materiału tkankowego i cytologicznego.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.), udziela odpowiedzi na pytania:

PYTANIE

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia bez rezerwowego zbiornika na parafinę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie o wadze 295kg?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie urządzenia bez rezerwowego zbiornika na parafinę.

Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie o wadze 295kg.

Z poważaniem,

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

04413 | Kierownik Pracowni Histopatologii
dr n. med. Ewa Laakowska
DIAGNOSTA LABORATORYJNY