



Słupsk, dnia 04.07.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych oraz wody do nawilżania tlenu” - nr postępowania 63/TP/2024

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 58:

„Pakiet 8, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek adhezyjnych rekomendowanych do barwiąrek histochemicznych Roche? W chwili obecnej są to szkiełka dodatnio naładowane oraz szkiełka hydrofilowe.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59:

„Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie noży nadających się do krojenia w kriostacie w opakowaniach po 50 szt?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60:

„Pakiet 9

Czy zamawiający wymaga aby szkiełka miały narożniki ścięte pod kątem 45 st czy krawędzie fazowane pod kątem 45 stopni? To dość istotna różnica, gdyż w obydwu produkty są możliwe do dostarczenia abecny opis sugeruje że szkiełko nakrywkowe ma mieć standardowe narożniki (90 st) a krawędzie /wszystkie brzegi zeszlifowane.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza aby brzegi ścięte były pod kątem 45 stopni lub 90 stopni

Pytanie nr 61:

„dotyczy części nr 3 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprawnego, aktualnie używanego przez Zamawiającego urządzenia, po przeglądzie serwisowym?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62:

„dotyczy części 11, poz. 2 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o parametrach:

czułość: dla Rotawirusów >99%, dla Adenowirusów >99%, dla Norowirusów GI >99%, dla Norowirusów GII >99%; Specyficzność: dla Rotawirusów 98 %, dla Adenowirusów >99%, dla Norowirusów GI >99%, dla Norowirusów GII >99%. Wielkość opakowania 20 testów?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak