



BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 22 34 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 20 88

bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, 09-12-2024r.

Numer postępowania: **BZP.2710.96.2024.AP**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pn.: **Dostawa zestawów pipet automatycznych i spektrofotometru dla Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego - zadania**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 oraz art. 286 ust. 1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający **przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia w SWZ do przedmiotowego postępowania – dotyczy Zadania nr 1.**

Pytanie nr 2 – dot. Zadania nr 1 - dostawa zestawów pipet automatycznych

Czy Zamawiający dopuści oferowanie zestawu pipet, które nie posiadają wyrzutników z regulowaną długością?

Odpowiedź nr 2

Nie, regulacja długości wyrzutnika jest konieczna, ponieważ Zamawiający korzysta z różnych typów końcówek o kołnierzach różnej długości.

Pytanie nr 3 – dot. Zadania nr 1 - dostawa zestawów pipet automatycznych

Czy Zamawiający dopuści oferowanie pipet, w których nastawa objętości możliwa jest wyłącznie za pomocą pokrętła tłoka?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza oferowanie pipet, w których nastawa objętości jest możliwa wyłącznie za pomocą pokrętła tłoka. W związku z powyższym zmienia opis w poz. 6 w OPZ następująco:

6	<p>Nastawa objętości pokrętle tłoka oraz pokrętle na rękojeści</p> <p>Nastawa objętości pokrętle tłoka lub rękojeści, lub pokrętle tłoka i rękojeści</p>	TAK / NIE
---	---	-----------

W związku ze zmianą Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania (platforma przetargowa) **nowy obowiązujący Załącznik nr 3 a do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, w którym zmianę zaznaczono kolorem zielonym.**

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Załącznik:

1. Obowiązujący Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 3a do SWZ.

Dyrektor Generalny
Uniwersytetu Wrocławskiego
mgr Elżbieta Solarewicz