



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Inowrocław, 29.05.2023r.

EZP 236/2023



Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu nr M-20/2023 na dostawę gazów medycznych i technicznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Zamawiający działając na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie Nr 1

dot. SWZ Rozdział 2 pkt. 1 Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 6 ppkt. e)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu dozującego do podawania mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego (50% / 50%) wraz z przewodem o długości od 3m do 5 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 2

dot. Załącznik nr 2, Pakiet nr 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości m³ mieszaniny gazów tlen/podtlenek² 50/50, gdyż w formularzu asortymentowo – cenowym w kolumnie ilość widnieje zapis 84 m³, natomiast w SWZ w rozdziale 2 pkt. 1 ppkt. 7 w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga:

a) mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% / 50% **w ilości 100 m3**

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w SWZ w Rozdziale II pkt. 1 ppkt. 7 na następująca treść:
„w ilości 84m³”

Pytanie Nr 3

Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną 50% tlen medyczny/ 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania teje mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego) mają być zapakowane wspólnie w jednym najmniejszym dostępnym opakowaniu jednostkowym – 1 pojedynczy komplet ? i pochodzić od producenta, który jest jednocześnie wytwórcą zaworu dozującego do podawania opisanej powyżej mieszaniny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga powyższego.



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby możliwe było stałe podawanie leku (mieszanki gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Zapis w ChPL mówiący o braku konieczności wykonania badań krwi powoduje, że odpowiedzialność za działania niepożądane spoczywa na producencie leku. Czy, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga dołączenia ChPL oferowanej mieszanki gazów do oferty jako przedmiotowego środka dowodowego.

Odpowiedź:

Zapis SWZ Rozdziału II pkt. 3 (Przedmiotowe środki dowodowe) pozostaje bez zmian, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia ChPL.

Pytania Nr 5

Załącznik nr 2, Pakiet nr 3 poz. 4

Wnosimy do Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie do czego zamierza stosować wyspecyfikowany w zakresie Pakietu 3: Dwutlenek węgla medyczny, butla 7,5 kg

- a) Krioterapia
- b) Laparoscopia

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że zamierza stosować Dwutlenek węgla medyczny, butla 7,5 kg w Laparoskopii

Pytanie Nr 6

Załącznik nr 5 wzór umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych

Ewa Sempowicz

