



SPECJALISTYCZNY SZPITAL

im. E. Szczeklika w Tarnowie

Znak: AE/ZP-27-72/20

Tarnów, 2020-11-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii, osprzętu do diatermii, ostrzy do dermatomu oraz matryc do nacinania skóry, ładunków do staplerów, osprzętu do aparatury do operacji laparoskopowych firmy Storz, jednorazowych narzędzi do uszczelniania i rozdzielania tętnic, żył i naczyń limfatycznych, instrumentów do mocowania siatek laparoskopowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści następujący produkt: stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 100 mm, ładowany do 8 strzałów, możliwość użycia prawo i lewostronnego, podwójna linia tytanowych zszywek po obu stronach cięcia na całej długości, poszerzone kowadełko, do tkanki normalnej (wysokość zszywek 3,8mm, rękojeść gumowa, antypoślizgowa)?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 1 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów trójkanałowych jednorazowego użytku, z noskiem o dł. 5mm, średnica cewnika 7FR, średnica końcówki -5 Fr. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 1 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów obrotowych trójkanałowych, dł. cewnika 190 cm, dł. cięciwy tnącej 25mm, średnica cewnika 5.5 lub 7 Fr, do współpracy z przewodnikami o śr. 0,021 lub 0,035 o dł. 480 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 2 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów stopniowanych poszerzadeł o średnicy 5-7-8.4 lub 5-7-9.6. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 10** Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że magazyn zewnętrzny znajduje się poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 10 do 14 dni roboczych?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. poz. 1, 5, 6, 7, 8 – z załącznika nr 1 Formularz cenowy dla pakietu Nr 10 które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego wedle: poz. 5 formularza cenowego - Dren pompy pakowany jest w opakowanie zbiorcze zawierające 25 szt. w 1 opakowaniu- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego w rubryce jednostka miary opakowania/ zapotrzebowania z jednostki sztuka na opakowanie?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego wedle: poz. 7 formularza cenowego- Uszczelki do trokara (50/4) pakowane są w opakowanie zbiorcze zawierające 10 szt. w 1 opakowaniu- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego w rubryce jednostka miary opakowania/ zapotrzebowania z jednostki sztuka na opakowanie i dopuści do zaoferowania 2 op. pakowane po 10 sztuk?



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

PKO Bank Polski 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641



9. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego wedle: poz. 8 formularza cenowego- Uszczelki do trokara (60/10) pakowane w opakowanie zbiorcze zawierające 10 szt. w 1 opakowaniu- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego w rubryce jednostka miary opakowania/ zapotrzebowania z jednostki sztuka na opakowanie i dopuści do zaoferowania 1 op. zawierające 10 sztuk?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego wedle: poz. 9 formularza cenowego- Filtr gazu CO2 pakowany jest w opakowanie zbiorcze zawierające 25 szt. w 1 opakowaniu- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego w rubryce jednostka miary opakowania/ zapotrzebowania z jednostki sztuka na opakowanie i dopuści 1 op. zawierające 25 sztuk bądź 2 opakowania zawierające 50 sztuk?
11. **Dotyczy pkt XV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści w rozdziale XV – ogólne warunki umowy/wzór klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?
12. **Dotyczy pkt XV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści pkt. 1 wzoru umowy (rozdział XV – ogólne warunki umowy/wzór) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?
13. **Dotyczy pkt XV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści pkt. 12 wzoru umowy (rozdział XV – ogólne warunki umowy/wzór) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ?
14. **Dotyczy pkt XV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy w związku obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści pkt. 19 wzoru umowy (rozdział XV – ogólne warunki umowy/wzór) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom o długości roboczej 180 cm, długości noska wyłącznie 5 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom o długości roboczej 180 cm, o średnicy końcówki dystalnej wyłącznie 5,3 Fr, dedykowany do współpracy z przewodnikiem, 0,035"? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przewodnika o długości 450 cm z sprężynującą końcówką na długości 5 cm?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli diatermicznej o średnicy od 20 mm do 35 mm?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyka dormia z nitinolu heksagonalnego 4--ro lub 6-cio ramiennego do zabiegów ECPW, wymiary koszyka: 20x37 mm i 25x45 mm ?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8.** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kleszcze biopsyjne o długości 230 cm ?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 10.** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ustników wielorazowych bez gumki ?

22. **Dotyczy pkt XV.1 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą loco magazyn Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy, każdorazowo w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie, faxem lub e-mailem. Wykonawca realizował będzie zamówienie Zamawiającego w okresie do 9 dni kalendarzowych od jego zgłoszenia”?
23. **Dotyczy pkt XV.7 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie Pakietów Nr 1-9, Pakietu Nr 10 poz.1-4, 9-13, Pakietu Nr 11 i Pakietu Nr 12 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna netto nie ulegnie zmianie”?
24. **Dotyczy pkt XV.12a SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „0,3 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, z zachowaniem prawa do kar umownych”?
25. **Dotyczy pkt XV.12b SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „0,3 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości. Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt b), poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie dni kalendarzowych od dnia uznania reklamacji za zasadną (maksymalnie 6 dni kalendarzowych) Łączny wymiar kar, o których mowa pkt.12 nie może przekroczyć 17% wartości brutto umowy”?
26. **Dotyczy pkt XV.13 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% na 15%?
27. **Dotyczy pkt XV.16 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Powtarzające się nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę w szczególności nieterminowa lub niezgodna pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniami realizacja dostaw, a także istotne powtarzające się uchybienia w zakresie jakości dostarczanych towarów lub ich terminów ważności – dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych. Pkt. 13 stosuje się”?
28. **Dotyczy pkt XV.19 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „..., jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji dostaw przez trzy kolejne terminy, wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub warunkami określonymi przepisami prawa, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?
29. **Dotyczy pkt XV.22 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. W przypadku zakupu od innych Wykonawców Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy powiększoną o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę. W przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego zakupu niedostarczonego towaru u innego Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym”?

30. **Dotyczy pkt XV.23 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzycielności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?
31. **Dotyczy pkt XV SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1.** Czy zamawiający w pakiecie 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie 10 szt fixatorów w dwóch opakowaniach zbiorczych po 5 szt?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również stapler przepuklinowy do operacji przepuklin metodą laparoskopową, 5mm, zawierający 25 wchłaniających zszywek o 2 punktach przyczepu tkanki?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o długości 5 mm i 15 mm.
35. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów z rękojeścią bez hamulca, średnica końcówki dystalnej 5,5 Fr.
36. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 9.** Czy w pozycji 9 Pakietu Nr 5 SIWZ Zamawiający ma na myśli jednorazowe elektrody dzielone kompatybilne z posiadaną diatermią VIO 300D.
37. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 16.** Czy w pozycji 16 Pakietu Nr 5 SIWZ Zamawiający ma na myśli kabel.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** również staplerów opisanych w pytaniu.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** sfinkterotomów opisanych w pytaniu.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** sfinkterotomów opisanych w pytaniu.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** również stopniowych poszerzadeł opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ..

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10**.

Ad. 6 Zamawiający nie określił w SIWZ wymogu zaoferowania w **Pakiecie Nr 10 poz. 5-8** przedmiotu zamówienia będącego wyrobem medycznym, natomiast nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** przedmiotu zamówienia nie będącego wyrobem medycznym zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późniejszymi zmianami).

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację jednostki miary w Formularzu Cenowym w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 5** ponieważ jest to jednostka w której określił wielkość zapotrzebowania, natomiast Wykonawca winien podać w Formularzu Cenowym wielkość opakowania oferowanego przedmiotu zamówienia i cenę tego opakowania.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację jednostki miary w Formularzu Cenowym w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 7** ponieważ jest to jednostka w której określił wielkość zapotrzebowania, natomiast Wykonawca winien podać w Formularzu Cenowym wielkość opakowania oferowanego przedmiotu zamówienia i cenę tego opakowania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania, w przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąglać zaoferowaną ilość do pełnych opakowań w górę.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację jednostki miary w Formularzu Cenowym w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 8** ponieważ jest to jednostka w której określił wielkość zapotrzebowania, natomiast Wykonawca winien podać w Formularzu Cenowym wielkość opakowania oferowanego przedmiotu zamówienia i cenę tego opakowania.



Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację jednostki miary w Formularzu Cenowym w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 9** ponieważ jest to jednostka w której określił wielkość zapotrzebowania, natomiast Wykonawca winien podać w Formularzu Cenowym wielkość opakowania oferowanego przedmiotu zamówienia i cenę tego opakowania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania, w przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąglić zaoferowaną ilość do pełnych opakowań w górę.

Ad. 11-14, 22-31 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do ogólnych warunków umowy, tj. pkt XV SIWZ. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy jeżeli będą miały w danej sytuacji zastosowanie (np. związane z epidemią COVID).

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** sfinkterotomu opisanego w pytaniu.

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** sfinkterotomu opisanego w pytaniu.

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** przewodnika opisanego w pytaniu.

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** pętli diatermicznej opisanej w pytaniu.

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** koszyka Dormia opisanego w pytaniu.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 8** kleszczy biopsyjnych opisanych w pytaniu.

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 10** ustników opisanych w pytaniu.

Ad. 32 W Pakiecie Nr 12 (jak również w pozostałych Pakietach) Wykonawca winien podać w Formularzu Cenowym wielkość opakowania oferowanego przedmiotu zamówienia i cenę tego opakowania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania, w przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąglić zaoferowaną ilość do pełnych opakowań w górę.

Ad. 33 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12** przedmiotu zamówienia opisanego w pytaniu.

Ad. 34 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** sfinkterotomów opisanych w pytaniu.

Ad. 35 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** sfinkterotomów opisanych w pytaniu.

Ad. 36 Zamawiający w **Pakiecie Nr 5 poz. 9** oczekuje zaoferowania elektrody bierna kompatybilnej z diatermią VIO 300D.

Ad. 37 Zamawiający w **Pakiecie Nr 5 poz. 16** oczekuje zaoferowania kabla współpracującego z instrumentem z poz. 15.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek