



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”- WSZ-EP-1/2023

Konin, 03.04.2023r

WSZ-EP-1/361/2023

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”- WSZ-EP-1/2023

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 21

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pakiet nr 10

Pyt.1

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń.

Uzasadnienie: prosimy o podanie rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności).

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalację urządzeń przewidziano w Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (piętro 1 budynku głównego przy ulicy Szpitalnej 45) oraz Pracownia Serologii (piętro 2 budynku głównego przy ulicy Szpitalnej 45); otwory najmniejszych drzwi prowadzących do pracowni to 100 x 200 cm. Do pomieszczeń

prowadzą zarówno schody jak i windy: Wymiary drzwi w dźwigu B-2 1300 x 2000 mm, udźwig 1600 kg; E-8 1300 x 2000 mm, udźwig 1600 kg.

Prosimy o informację, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Poziom 1 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Poziom 2 – Pracownia Serologii

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o parametrach jak poniżej:

Wym. zew. Maks. (SxGxW) 540*764*1994 mm

Wym. wew. Min. (SxGxW) 400*560*1500 mm

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamrażarka proponowana przez Wykonawcę jest zbyt wąska, głębokość jest parametrem mniej użytecznym (komfortowym) dla użytkownika.

Pyt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o grubości izolacji 70mm.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

W ocenie zamawiającego wnioskowana grubość izolacji jest parametrem gorszym od opisanego przez Zamawiającego i może mieć wpływ na utrzymanie temperatury lub/i zużycie energii konieczne do jej utrzymania.

Pyt. 4

Prosimy o zgodę na zamrażarkę ze szufladami ze stali nierdzewnej i frontem ze stali nierdzewnej również.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Przezroczysty front szuflad jest parametrem bardziej użytecznym – umożliwia lepszą kontrolę zawartości bez wysuwania szuflad.

Pyt.5

Proszę o zgodę na zamrażarkę z chłodzeniem dynamicznym oraz z automatycznym odparowaniem kondensatu i dodatkową opcją rozmrażania ręcznego jeśli będzie konieczność zastosowania metody manualnej.

W zamrażarkach z podanym zakresem temperatur przez Zamawiającego, u 90% producentów zamrażarek stosowane jest chłodzenie dynamiczne i automatyczne odszranianie.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający chce mieć pełną kontrolę nad procesem rozmrażania.

Pyt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wyposażenia urządzenia w filtr FRI

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.10 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych (wykreśla parametr).
Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.10 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Pyt. 7

Proszę o zgodę na zamrażarkę z korpusem zewnętrznym obudowy wykonanym ze stali galwanizowanej i pokrytej lakierem, bez folii PCV.

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.10 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych (wykreśla parametr).
Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.10 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.