



WSzSL/FZ.381.55/23. 586 .2023

Legnica 06.09.2023 r.

ZAINTERESOWANI

Dotyczy:

**POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
znak sprawy WSzSL/FZ-55/23**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), **Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień**, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

WYKONAWCA NR 1

Pytanie nr 1:

Pakiet 4, poz. 1

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyrobów spełniających normę EN 13795-2, a więc będących wyrobami medycznymi?

Zgodnie ze stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795-2.

Odpowiedź na zapytanie:Zamawiający nie sprecyzował takiego wymagania, zatem jest to cecha produktu niewymagana, ale dopuszczona.

Pytanie nr 2:

Pakiet 4, poz. 1

Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów higienicznych lub spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kategorii I?

Odpowiedź na zapytanie:Zamawiający nie sprecyzował wymagania kategorii środków ochrony osobistej, zatem dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga produktów **niezgodnych** z normą EN-13795-2?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie wymaga produktów niezgodnych z wymienioną normą.

Pytanie nr 4:

Pakiet 4, poz. 2

Proszę o dopuszczenie koszuli z rozcięciem z tyłu

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 5:

Pakiet 4, poz. 2

Proszę o dopuszczenie koszuli o gramaturze 35 g/m².

Odpowiedź na zapytanie:Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 6:

Pakiet 5, poz. 1

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyrobów spełniających normę EN 13795-2, a więc będących wyrobami medycznymi?

Zgodnie ze stanowiskiem URPL W MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795-2.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie sprecyzował takiego wymagania, zatem jest to cecha produktu niewymagana, ale dopuszczona.

Pytanie nr 7:

Pakiet 5, poz. 1

Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów higienicznych lub spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kategorii I?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie sprecyzował wymagania kategorii środków ochrony osobistej, zatem dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga produktów niezgodnych z normą EN-13795-2?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie wymaga produktów niezgodnych z wymienioną normą.

WYKONAWCA NR 2

Pytanie nr 9:

Część 1 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający oczekuje mankietu przeznaczonego dla jednego pacjenta czy też mankietu wielorazowego?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający wymaga mankietu przeznaczonego dla jednego pacjenta.

Pytanie nr 10:

Część 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez manometru ciśnieniowego?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ.

Pytanie nr 11:

Część 3

Czy Zamawiający dopuści manometr ciśnieniowy dołączony osobno?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ.

Pytanie nr 12:

Część 3

Czy Zamawiający dopuści filtr wydechowy dołączony osobno?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ.

Pytanie nr 13:

Część 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez kodowania kolorystycznego na opakowaniu?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ.

Pytanie nr 14:

Część 3

Czy Zamawiający dopuści objętość worka 1650 ml?



Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ.

Pytanie nr 15:

Część 3

Czy Zamawiający dopuści objętość roboczą min. 600 ml?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ.

WYKONAWCA NR 3

Pytanie nr 16:

Dot. CZĘŚĆ 8 - KACZKA JEDNORAZOWA

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaczki tradycyjnej o wymiarach: 245dł. x 105szer. x 125wys. mm i pojemności 875 ml?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

WYKONAWCA NR 4

Pytanie nr 17:

Pakiet nr 22, poz.1 Uprzejmie prosimy o weryfikację opisu asortymentu z kategorii "kaniule okulistyczne" dla niniejszego pakietu. Zaprezentowany opis dotyczy kaniuli do zabiegów laparoskopowych jamy brzusznej.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający w Części 22 opisał kaniule okulistyczne do przewodów łzowych.

Pytanie nr 18:

Pakiet nr 23, poz.1 Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących nożyczek okulistycznych z niniejszego pakietu.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający wymaga: nożyczki okulistyczne typu Vannes, proste, tępe końce, długość ostrzy 5 mm, długość całkowita 8,5 mm, stalowe. Doprecyzowana zostaje odpowiednio treść opisu w Części 23 – zaznaczona czcionką koloru czerwonego.

WYKONAWCA NR 5

Pytanie nr 19:

Część 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość 105 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

WYKONAWCA NR 6

Pytanie nr 20:

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający przewiduje po podpisaniu umowy określanie miesięcznych harmonogramów dostaw.

Pytanie nr 21:

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze



wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź na zapytanie: Zważywszy na profil działalności Zamawiającego i jej wpływ na zdrowie i życie pacjentów, ważne jest aby Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa był podmiotem odpowiedzialnym i profesjonalnym. Istotne dla Zamawiającego jest to, aby realizacja kontraktów odbywała się w sposób jak najmniej zakłócony i jak najbardziej rzetelny. Oczekujemy zatem, że decyzja Wykonawcy o złożeniu oferty i ewentualnym podpisaniu umowy będzie przemyślana i oparta na realnej możliwości zrealizowania dostaw na jak najwyższym poziomie jakościowym. Wobec powyższego nie wyrażamy zgody na propozycję zawartą w pytaniu.

Pytanie nr 22:

Dotyczy wzoru umowy:

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź na zapytanie: W przypadku gdy odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nastąpiłoby z powodu okoliczności, za które odpowiedzialny będzie Zamawiający, Wykonawca może dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych, zatem jego interes jest należycie chroniony.

Pytanie nr 23:

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż, „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody, na dodanie takiego zobowiązania do treści umowy, jednakże przewidywane wartości zamówień nie powinny być mniejsze niż 300 zł netto.

Pytanie nr 24:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na ryzyko utraty zdrowia pacjentów lub efektów leczenia z powodu nie wykonania procedur medycznych wynikłych z braku dostaw zakontraktowanego asortymentu.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki



terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekonstrukcję, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy, gdyż nie ma potrzeby rozszerzania klauzuli „siły wyższej” ponad rozumienie przyjęte na gruncie KC oraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Pytanie nr 26:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego (ZAŁĄCZNIK_2a_55), umieszczając w nim dodatkową kolumnę, o tytule „Wielkość opakowania”. Obecnie zaproponowany wzór nie pozwala bowiem na obliczenie ceny jednostkowej produktu, a tym samym możliwość właściwego porównania ofert.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający zmodyfikował formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik 2A) w taki sposób by Wykonawca mógł wycenić jednostkę miary wskazaną w kolumnie „C” bez względu na zawartość/wielkość oferowanego opakowania. Zmiany odpowiednie zaznaczone zostały czcionką koloru czerwonego.

WYKONAWCA NR 7

Pytanie nr 27:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Część nr 28

Poz.1) Hak o dł. 170mm ostry lub tępy, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.2) Hak o dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.3) Kleszcze o dł. 215mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.4) Obcegi do śr. drutu 3mm i dł. 260mm, pozostałe parametry bez zmian.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy dla części nr 28 do 30 dni.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny wielorazowego użytku, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obustrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach, z powodu wojny w Ukrainie.

Odpowiedź na zapytanie: W zakresie pytań dot. Części 28 poz. od 1) do 4) Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

W zakresie wydłużenia terminu dostaw Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy. Zmiany odpowiednie zaznaczone zostały czcionką koloru czerwonego.

WYKONAWCA NR 8

Pytanie nr 28:

CZEŚĆ 3- Prosimy o dopuszczenie:

Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, w zestawie z maską, rezerwuarem tlenowym, przewodem tlenowym oraz manometrem ciśnieniowym. Resuscytator wyposażony w filtr wydechowy, bakteryjno/wirusowy o filtracji >99.99%, niesterylny, nie zawierający elementów lateksowych. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ze skalą kolorystyczną określającą właściwy poziom ciśnienia (kolor zielony), potencjalnie niebezpieczny (kolor żółty) oraz zagrażający pacjentowi (kolor czerwony). Zapakowany w jedno opakowanie z wyraźnym oznaczeniem grupy wiekowej. Objętość worka 1685 ml. Objętość robocza 700-1050 ml. Zestaw przeznaczony dla pacjentów powyżej 40 kg.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

WYKONAWCA NR 9

Pytanie nr 29:

Pakiet 19, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozycjoner 270 x 240 x 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.



Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

WYKONAWCA NR 10

Pytanie nr 30:

Część 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe w rozmiarze 32x24mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ.

Pytanie nr 31:

Część 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszule wiązane w rozmiarze uniwersalnym o długości 110cm, wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza proponowanej gramatury i wymaga tak jak opisał w SWZ.

Pytanie nr 32:

Część 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 33:

Część 4, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający zmodyfikował formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik 2A) w taki sposób by Wykonawca mógł wycenić jednostkę miary wskazaną w kolumnie „C” bez względu na zawartość/wielkość oferowanego opakowania.

Pytanie nr 34:

Część 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaczki jednorazowego użytku o wymiarach 245mm x 105mm x 125mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).


WYKONAWCA NR 11

Pakiet 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

Pytanie nr 35:

AD19.1 Pozycjoner z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji pod ochronę głowy w kształcie krążka o wymiarach 20x7x5cm.




Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



Pytanie nr 36:


AD19.2 Pozycjoner z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji pod ochronę głowy w kształcie prostokąta o wymiarach 23x23x4cm.



Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ.

Pytanie nr 37:


AD19.2 Pozycjoner z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji pod ochronę głowy w kształcie prostokąta o wymiarach 24x22x7cm.



Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ.

Pytanie nr 38:

AD19.2 Pozycjoner z polimeru żelowego (viscoelastomer) do dezynfekcji pod ochronę głowy w kształcie prostokąta o wymiarach 25x23x6cm.



Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ.

WYKONAWCA NR 12

Pytanie nr 39:

Część 3

Czy Zamawiający dopuści Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, w zestawie z maską, rezerwuarem tlenowym, przewodem tlenowym i dodatkowo manometrem ciśnieniowym. Resuscytator bez filtra (resuscytator jednorazowy będący wyrobem czystym nie wymaga stosowania filtrów i producenci nie oferują zestawów z tym elementem), niesterylny, nie zawierający elementów lateksowych. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ze skalą kolorystyczną określającą właściwy poziom ciśnienia (kolor zielony), potencjalnie niebezpieczny (kolor żółty) oraz zagrażający pacjentowi (kolor czerwony), manometr zapakowany oddzielnie, Resuscytator z wyraźnym oznaczeniem grupy wiekowej oraz kodowanym kolorystycznie. Objętość worka 1510 ml. Objętość robocza 600-1000 ml. Zestaw przeznaczony dla pacjentów powyżej 30 kg.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ.

WYKONAWCA NR 13

Pytanie nr 40:

Pakiet 17 poz. 1.

Czy zamawiający oczekuje układu oddechowego typu „rura w rurze” czy układu dwu rurowego?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający wymaga układu oddechowego typu „rura w rurze” i odpowiednio modyfikuje Załącznik 2A w zakresie Części 17. Zmiany odpowiednie zaznaczone zostały czcionką koloru czerwonego.



Pytanie nr 41:

Pytanie, dotyczy projektowanych postanowień umowy, §7 ust.1

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych do 0,5 % wartości netto wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy asortymentu, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

WYKONAWCA NR 14

Część 1

Pytanie nr 42:

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o mankiety wielokrotnego użytku

Odpowiedź na zapytanie: Chodzi o mankiety dedykowane jednemu pacjentowi.

Pytanie nr 43:


Czy mankiety ma być przystosowany do prania w temp. 30 st.C?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie wymaga, aby mankiety był przystosowany do prania w temp. 30st. C.

Część 19

Pytanie nr 44:

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o pozycjonery żelowe wielokrotnego użytku, wykonane z żelu silikonowego z pokryciem z poliuretanu w poz. 1 krążek pod głowę 200x45 mm



w poz. 2 pozycjoner głowy i szyi 275 x 237 x 90 mm

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający potwierdza powyższe.

WYKONAWCA NR 15

Pytanie nr 45:

Część 4, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie koszuli z włókniny SMS o długości ok 114 cm (rozmiar L) zawiązywana na troki w pasie i przy szyi, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 46:

Część 4, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie jednorazowej koszuli dla pacjenta, wykonana z nieprześwitującego materiału typu SMS o gramaturze 35g/m² zawiązywana na troki w pasie i przy szyi, kolor niebieski. Rozmiar L o długości ok 114 cm.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ.

Pytanie nr 47:

Część 4

Prosimy o dopuszczenie koszuli będącej produktem ogólnotowarowym tj. objętej 23% stawką podatku w.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza.



WYKONAWCA NR 16

Pytanie nr 48:

Dot. Część 8


Czy Zamawiający dopuści kaczkę jednorazowego użytku z pulpy celulozowej, o wymiarach: długość 260 mm, szerokość 100mm, wysokość 130 mm, pojemność 875 ml?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Uwaga

1. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Modyfikacje - zmiany dokonane w treści SWZ w tym Załącznika 2A zaznaczone zostały czcionką koloru czerwonego.

Z poważaniem,


ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
lek. med. Tomasz Uher

