

Gdynia, dnia 21 października 2020 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nr D25M/251/N/27-55rj/20**

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 27

Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje patogenne jest dodatek przeciwdrobnoustrojowy oparty na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę personelu oraz pacjentów, których organizmy są w szczególności narażone na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, wymaga aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra oraz czy w ramach profilaktyki zakażeń szpitalnych Zamawiający wymaga aby zaoferowane układy były wykonane z materiału z ochroną przeciwdrobnoustrojową o udowodnionej w badaniach skuteczności? Właściwości dodatku przeciwdrobnoustrojowego opartego na działaniu jonów srebra wpływają na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez patogeny, w tym szczepy bakterii opornych na antybiotyki, grzyby, wirusy i pleśnie. Zakażenia szpitalne wydłużają pobyt pacjenta w szpitalu, jak też powodują powikłania, przez co zwiększają koszty leczenia. Natomiast dzięki ochronie przeciwdrobnoustrojowej z wykorzystaniem jonów srebra, która tworzy powłokę na produkcie, na której drobnoustroje nie są w stanie przetrwać, można zredukować liczbę drobnoustrojów nawet o 99,9% i działa ona nieprzerwanie przez cały przewidywany okres użytkowania produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 27

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści układ o długości 1,6m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

Pytanie nr 3 dot. zadania nr 1 poz. 1

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści: dodatkowa rura o długości 80 cm, wszystkie pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 1 poz. 2

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu



Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści: Układ oddechowy anestezyjologiczny, jednorazowy, składający się z 2 rur długości 180 cm oraz z jednej rury dł. 150 cm z workiem oddechowym o pojemności 2L. Zestaw zawiera łącznik kątowy z portem Luer-Lock, trójnik Y oraz haczyk do zawieszenia worka. Układ wykonany z EVA, bez PCV i lateksu oraz DEHP, mikrobiologicznie czysty, pakowany w folię.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. zadania nr 27 poz. 1

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta układy oddechowe są pakowane po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednio tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanego asortymentu, tj. 100 opakowań po 5 sztuk.

Pytanie nr 6 dot. zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Zadania nr 3 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 7 dot. zadania nr 3 poz. 11, 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11-12 z Zadania nr 3 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 8 dot. zadania nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany z dostępu obwodowego po igłę wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 4Fr-5Fr i długościach 40cm lub 60cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: łącznik 'T' z bocznym zaworem łącznika, introduktor koszulki wprowadzany po igłę z możliwością odłączenia, strzykawka o pojemności 10ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa z prostym końcem z elastyczną końcówką ze stali nierdzewnej, taśma pomiarowa, mini skalpel, łączniki bezigłowe (zawory) samoprzylepne mocowanie nasadki cewnika oraz samoprzylepne mocowanie cewnika. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie nr 9 dot. zadania nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Zadania nr 23 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału





na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 10 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową rurą o długości 90 cm, jak obecnie stosowany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

Pytanie nr 11 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód z dodatkową rurą o długości 180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

Pytanie nr 12 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód z kolankiem z portem kapno typu luer- na linie? Takie rozwiązanie jest obecnie stosowane bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

Pytanie nr 13 dot. zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 dot. zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach 0-5?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

Pytanie nr 15 dot. zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wykonane z PCV, bez zawartości lateksu, z nadmuchiwanym mankietem, ze znakowanym kolorystycznie pierścieniem, w rozmiarach 0-6?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16 dot. zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wykonaną z miękkiego elastycznego PCV przezroczystą, antyalergiczną tworzywo nie zawierające lateksu, anatomiczny kształt i szczelnie przylegająca do twarzy z drenem 210cm o przekroju gwiazdkowym umożliwiającą przepływ tlenu podczas zagięcia, otwory boczne, elastyczne paski z klipssem nastawnym na nos, pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe, mikrobiologicznie czyste w rozmiarze L, XL?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17 dot. zadania nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych z workiem tlenowym, elastyczne paski z klipssem nastawnym na nos wykonana z tworzywa antyalergicznego nie zawierającego lateksu i drenem o przekroju gwiazdkowym umożliwiającą przepływ tlenu nawet podczas zagięcia długości 210cm, mikrobiologicznie czysta, w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź:



Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 dot. zadania nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wykonaną z miękkiego elastycznego PCV przezroczystą, antyalergiczną tworzywo nie zawierające lateksu, anatomiczny kształt i szczelnie przylegająca do twarzy z drenem 210cm o przekroju gwiazdkowym umożliwiającym przepływ tlenu podczas zagięcia, otwory boczne, elastyczne paski z klipsem nastawnym na nos, pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe, mikrobiologicznie czyste w rozmiarze S i M?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 dot. zadania nr 9 poz. 7, 8

Czy Zamawiający, mając na względzie zasadę zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obciążone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 20 dot. zadania nr 12 poz. 1, 2, 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, posiadające szlif Quinckego z ergonomicznym uchwytem oraz efektem szkła powiększającego, z możliwością obserwacji wypływu PMR z dwóch stron, z metalowym mandrynem, kodowanym kolorystycznie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21 dot. zadania nr 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, w rozmiarze 27G x 90mm posiadające szlif Quinckego z ergonomicznym uchwytem oraz efektem szkła powiększającego, z możliwością obserwacji wypływu PMR z dwóch stron, z metalowym mandrynem, kodowanym kolorystycznie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22 dot. zadania nr 12 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, w rozmiarze 27G x 90mm posiadające szlif Quinckego z ergonomicznym uchwytem oraz efektem szkła powiększającego, z możliwością obserwacji wypływu PMR z dwóch stron, z metalowym mandrynem, kodowanym kolorystycznie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie nr 23 dot. zadania nr 12 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, w rozmiarze 25G x 90mm posiadające szlif Quinckego z ergonomicznym uchwytem oraz efektem szkła powiększającego, z możliwością obserwacji wypływu PMR z dwóch stron, z metalowym mandrynem, kodowanym kolorystycznie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.





Pytanie nr 24 dot. zadania nr 12 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką Sprotte, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły, z ergonomicznym uchwytem, wskaźnikiem położenia otworu igły oraz z efektem szkła powiększającego i z możliwością obserwacji wypływu PMR z dwóch stron, z metalowym mandrynem, kodowane kolorsytycznie w rozmiarze 27Gx90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25 dot. zadania nr 12 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką Sprotte, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły, z ergonomicznym uchwytem, wskaźnikiem położenia otworu igły, z efektem szkła powiększającego i możliwością obserwacji wypływu PMR z dwóch stron, z metalowym mandrynem, kodowane kolorsytycznie, w rozmiarze 25 G x 90mm oraz 27Gx90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26 dot. zadania nr 12 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do nakłuć lędźwiowych z mandrynem, z ergonomicznym rowkowanym uchwytem wykonanym z przezroczystego materiału, kodowane kolorsytycznie, w rozmiarze 24 G x 35mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27 dot. zadania nr 12 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do nakłuć lędźwiowych z mandrynem, z ergonomicznym rowkowanym uchwytem wykonanym z przezroczystego materiału, kodowane kolorsytycznie, w rozmiarze 24 G x 70mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28 dot. zadania nr 12 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do nakłuć lędźwiowych z mandrynem, z ergonomicznym rowkowanym uchwytem wykonanym z przezroczystego materiału, kodowane kolorsytycznie, w rozmiarze 25 G x 90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29 dot. zadania nr 12 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do nakłuć lędźwiowych z mandrynem, z ergonomicznym rowkowanym uchwytem wykonanym z przezroczystego materiału, kodowane kolorsytycznie, w rozmiarze 22 G x 90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30 dot. zadania nr 12 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do nakłuć lędźwiowych z mandrynem, z ergonomicznym rowkowanym uchwytem wykonanym z przezroczystego materiału, kodowane kolorsytycznie, w rozmiarze 22 G x 90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31 dot. zadania nr 12 poz. 14, 15, 16



Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do nakłuć lędźwiowych z mandrynem, z ergonomicznym rowkowanym uchwytem wykonanym z przezroczystego materiału, kodowane kolorystycznie, w rozmiarze 20 G x 90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32 dot. zadania nr 12 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do nakłuć lędźwiowych z mandrynem, z ergonomicznym rowkowanym uchwytem wykonanym z przezroczystego materiału, kodowane kolorystycznie, w rozmiarze 22 G x 90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33 dot. zadania nr 12 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do nakłuć lędźwiowych z mandrynem, z ergonomicznym rowkowanym uchwytem wykonanym z przezroczystego materiału, kodowane kolorystycznie, w rozmiarze 22 G x 120mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34 dot. zadania nr 12 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania igłę do blokad nerwów obwodowych, z atraumatyczną końcówką Sprotte w rozmiarze 22Gx50mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 35 dot. zadania nr 12 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw do ciągłych znieczuleń splotów z igłą 19Gx100mm seplniający wymogi SIWZ, bez strzykawki 5ml w zestawie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 36 dot. zadania nr 12 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw do CSE z igłą Tuohy 18G x 90mm, z atraumatyczną igłą z końcówką Sprotte 27G, z fitrem, systemem zaciskowym oraz strzykawką LOR 10ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37 dot. zadania nr 12 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do blokady nerwów, pokryte w całości specjalną powłoką polimerową z wyjątkiem czubka igły, w rozmiarze 20Gx150mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38 dot. zadania nr 12 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylne osłony na głowice USG w rozmiarze 15 x 30 cm wraz z żelom 1 x 20g, gumkami do mocowania na głowicy (2 szt.) z paskiem adhezyjnym, pakowane pojedynczo, sterylne?

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39 dot. zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wykonane z medycznego PCV bez zawartości lateksu i ftalanów w rozmiarze 0-5?

Odpowiedź:





Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40 dot. zadania nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41 dot. zadania nr 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42 dot. zadania nr 22 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 20ml w opakowaniach a'50szt. z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43 dot. zadania nr 22 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarze 0,3x6mm, 0,3x8mm oraz 0,33x12mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44 dot. zadania nr 22 poz. 16, 18

Czy Zamawiający dopuści igły do mostka 16G z zakresem regulacji długości 30-70mm oraz 55-95mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 dot. zadania nr 22 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści igły do mostka 16G z zakresem regulacji długości 10-50mm oraz 30-70mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 46 dot. zadania nr 22 poz. 19, 20

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego zadania, co pozwoli złożyć konkurencyjną cenowo ofertę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obciążone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 47 dot. zadania nr 22 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź:





Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48 dot. zadania nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 3 pozycji nr 13 i utworzy z niej oddzielny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 49 dot. zadania nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający w pozycji nr 13 dopuści: wysokiej jakości kaniule dożylnie bez portu bocznego, bez zdejmowalnego uchwytu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzanie kaniuli, wykonane z teflonu FEP, posiadające filtr hydrofobowy zapobiegający wypływowi krwi, z 3 paskami kontrastującymi w RTG, informacja o braku zawartości lateksu na opakowaniu zbiorczym kaniul, rozmiary: 24G dł. 19mm przepływ 29 ml/min, 26G dł. 19mm przepływ 19 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50 dot. zadania nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający w pozycji nr 13 dopuści: wysokiej jakości kaniule dożylnie bez portu bocznego, bez zdejmowalnego uchwytu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzanie kaniuli, wykonane z poliuretanu, posiadające filtr hydrofobowy zapobiegający wypływowi krwi, z 3 paskami kontrastującymi w RTG, informacja o braku zawartości lateksu na opakowaniu zbiorczym kaniul, rozmiary: 24G dł. 19mm przepływ 29 ml/min, 26G dł. 19mm przepływ 19 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51 dot. zadania nr 9 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Czy zamawiający dopuści produkt sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52 dot. zadania nr 9 poz. 2, 3

Czy zamawiający dopuści dren o dł. 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53 dot. zadania nr 9 poz. 7, 8

Czy zamawiający wydzieli poz.7-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 54 dot. zadania nr 22 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Czy zamawiający wydzieli poz.1-11 do osobnego pakietu. Podział pakietu umożliwi złożenie większej liczby ofert atrakcyjnych cenowo w stosunku do walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakościowych. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy winna być dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi.





Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie racjonalnego wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 55 dot. zadania nr 24 poz. 2, 3, 4

Czy zamawiający wydzieli poz.2-4 do osobnego pakietu. Podział pakietu umożliwi złożenie większej liczby ofert atrakcyjnych cenowo w stosunku do walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakościowych. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy winna być dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie racjonalnego wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 56 dot. zadania nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójptaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57 dot. zadania nr 24 poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 58 dot. zadania nr 24 poz. 2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.





Pytanie nr 59 dot. zadania nr 24 poz. 2
Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60 dot. zadania nr 24 poz. 2

Czy zamawiający dopuści worek o wymiarze 310 mm x 170 mm, w kolorze żółtym, nieprzeziernym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 61 dot. zadania nr 24 poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę w osobnej pozycji z uwagi na inną stawkę Vat, ośłona posiada 23% Vat, natomiast przyrząd IS Bursztynowy jest na 8% VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zaoferowane w poz. 2 zadania nr 24 przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych znajdowały się w jednym opakowaniu (worek + przyrząd). Zamawiający ponadto informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ: *W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.*

Pytanie nr 62 dot. zadania nr 24 poz. 2 (prawidłowo poz. 3)

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 63 dot. zadania nr 24 poz. 2 (prawidłowo poz. 3)

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64 dot. zadania nr 24 poz. 2 (prawidłowo poz. 3)

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 65 dot. zadania nr 24 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 66 dot. zadania nr 24 poz. 4

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w



których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 67 dot. zadania nr 24 poz. 4
Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68 dot. zadania nr 5 poz. 2
Zamawiający w zadaniu nr 5 w pozycji 2 wyspecyfikował zestawy do pomp z przejściówką do zwykłych zgłębników zakończonych łącznikiem typu lejek lub konektor. Obecnie (zgodnie z rekomendacjami GEDSA) zestawy takie nie są zalecane do stosowania u pacjentów żywionych enteralnie i niosą ryzyko błędnego połączenia z innymi systemami .

Wobec powyższego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów grawitacyjnych wyposażonych w jedno złącze typu EnFit. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 69 dot. zadania nr 5 poz. 3
Czy Zamawiającego w zadaniu nr 5 w pozycji 3 zgodzi się na dopuszczenie zestawów mobilnych do pompy Infinity bez kranika typu Luer oraz komory kroplowej?

Wyspecyfikowane przez Zamawiającego zestawy nie posiadają takiego rozwiązania.
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 70 dot. zadania nr 5 poz. 4
Czy Zamawiający w zadaniu 5 w pozycji 4 wymaga zestawu do pompy zgodnego z zestawem wymienionym w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity i jako jedyne gwarantują podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 71 dot. zadania nr 5 poz. 2
Zamawiający w zadaniu nr 5 w pozycji 2 wyspecyfikował zestawy do pomp z przejściówką do zwykłych zgłębników zakończonych łącznikiem typu lejek lub konektor.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, do którego są odrębnie pakowane konektory po 5 szt. w blisterze, z odpowiednim przeliczeniem na ilość zestawów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 72 dot. zadania nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający oczekuje układu oddechowego do aparatu do znieczuleń pozbawionego szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 73 dot. zadania nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający oczekuje układu oddechowego do aparatu do znieczuleń z workiem 2 litrowym bezlateksowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.





Pytanie nr 74 dot. zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje układu oddechowego do aparatu do znieczuleń z trójnikiem Y z dwoma portami oraz kolanko z portem CO₂?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 75 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur gładkich wewnątrznie o średnicy 22mm i długości 180 cm i posiadający zintegrowany z rurami trójnik Y (co wpływa na bezpieczeństwo pracy i zapobiega przypadkowemu rozszczelnieniu) z 2 portami (szczelnie i stabilnie zamkniętymi), kolanko z portem LUER LOCK z zakręcanym koreczkiem, dodatkowa rura o długości 90 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2 l, dodatkowe złącze proste 22M/22M, układ wolny od DEHP, Pakowany folia papier, sterylny. Układ posiada elastyczne końcówki na wlocie i wylocie wykonane z elastycznego PCV.

Czy Zamawiający dopuści jako równoważy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur gładkich wewnątrznie o średnicy 22mm i długości 180 cm i posiadający zintegrowany z rurami trójnik Y (co wpływa na bezpieczeństwo pracy i zapobiega przypadkowemu rozszczelnieniu) z 2 portami (szczelnie i stabilnie zamkniętymi), kolanko z portem LUER LOCK z zakręcanym koreczkiem, dodatkowa rura o długości 180 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2 l, dodatkowe złącze proste 22M/22M, układ wolny od DEHP, Pakowany folia papier, sterylny. Układ posiada elastyczne końcówki na wlocie i wylocie wykonane z elastycznego PCV.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 76 dot. zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy układ oddechowy o średnicy 15mm, w skład którego wchodzi dwie rury z elastycznymi łącznikami od strony aparatu zapewniające pewne i szczelne połączenie z aparatem, ze zintegrowanym łącznikiem Y od strony pacjenta, wyposażonym w zdejmowalny czerwony kapturek zabezpieczający 22F, dodatkowa gałąź z łącznikiem sztywnym i elastycznym od strony aparatu, bezłateksowy worek oddechowy o pojemności 1 litra, składający się z: 1) 2 rury o długości 1,5 m; 2) Dodatkowej gałęzi 0,75 m; 3) Bezłateksowy worek o pojemności 1 litra?

lub

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy układ oddechowy o średnicy 15mm, w skład którego wchodzi dwie rury z elastycznymi łącznikami od strony aparatu zapewniające pewne i szczelne połączenie z aparatem, ze zintegrowanym łącznikiem Y od strony pacjenta, wyposażonym w zdejmowalny czerwony kapturek zabezpieczający 22F, dodatkowa gałąź z łącznikiem sztywnym i elastycznym od strony aparatu, bezłateksowy worek oddechowy o pojemności 1 litra, składający się z: 1) 2 rury o długości 1,5 m; 2) Dodatkowej gałęzi 1,5 m; 3) Bezłateksowy worek o pojemności 1 litra?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 77 dot. zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy o długości 1,8 m o powierzchni gładkiej wewnątrznie zapobiegającej zaleganiu bakterii, z elastycznymi złączami rur, z zatyczką zabezpieczającą układ 22mmF, układ elastyczny dający się wygodnie odwieszać?

lub

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy o długości 1,5 m o powierzchni gładkiej wewnątrznie zapobiegającej zaleganiu bakterii, z elastycznymi złączami rur, z zatyczką zabezpieczającą układ 22mmF, układ elastyczny dający się wygodnie odwieszać?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.





Pytanie nr 78 dot. zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną dla dzieci, dorosłych - jednorazowego użytku, w rozmiarze 1-6, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maskę w rozmiarze 1-6, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79 dot. zadania nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową dla dorosłych do wysokich stężeń tlenu, maska o anatomicznym kształcie, z zagiętym mankietem z polichlorku winylu (PVC), przezroczysta nasada nosa uszczelniona mankietem zapobiegającym przedostawanie się tlenu do oczu pacjenta, w masce jest otwór po obu stronach na wysokości nosa, dren o przekroju gwiazdkowym 200 cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 80 dot. zadania nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową dla dzieci z zagiętym mankietem z polichlorku winylu (medyczny PVC), z drenem tlenowym gwiazdkowym o dł. 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 81 dot. zadania nr 9 poz. 5, 6, 7, 8,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 9 pozycji nr 5-8 do osobnego zadania? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 82 dot. zadania nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową renomowanego producenta, jednorazowego użytku z mankietem gwarantującym utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H₂O w drogach oddechowych, udoskonalony kształt kopuły zabezpiecza przed wklinowania nagłośni, z zabezpieczeniem (w postaci wzmocnionego koniuszka) chroniącym przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania, kanał wypełnienia mankietu poprowadzony swobodnie (co umożliwi odsunięcie go od zgryzu pacjenta), wszystkie niezbędne i wymagane oznaczenia umieszczone na baloniku kontrolnym, rozmiary: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankietu, materiał: PCV wolny od wszystkich szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 83 dot. zadania nr 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową renomowanego producenta, jednorazowego użytku z mankietem gwarantującym utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H₂O w drogach oddechowych, udoskonalony kształt kopuły zabezpiecza przed wklinowania nagłośni, z zabezpieczeniem (w postaci wzmocnionego koniuszka) chroniącym przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania, kanał wypełnienia mankietu poprowadzony swobodnie (co umożliwi odsunięcie go od zgryzu pacjenta), kształt rurki zgodny z budową anatomiczną (co ułatwia zakładanie maski i zapewnia bardziej naturalną pozycję głowy pacjenta podczas użycia maski bez wywierania nadmiernego nacisku na górną szczękę), balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz określenie stopnia wypełnienia mankietu, rozmiary: 1, 1.5, 2,



2.5, 3, 4, 5, produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankietu, materiał: PCV wolny od wszystkich szkodliwych ftalanów

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 84 dot. załącznika nr 2 do SIWZ *Formularz asortymentowo-cenowy*

Czy Zamawiający wymaga podania pełnych numerów katalogowych w każdym rodzaju i rozmiarze produktu? Poprzez wprowadzenie wymogu określenia dokładnych, pełnych numerów katalogowych Zamawiający uzyska pewność, iż oferowany asortyment jest zgodny z wymaganym. Wprowadzenie wymogu pozwoli również Zamawiającemu uniknąć niezgodności asortymentowych na każdym etapie postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. W przypadku, gdy np. częścią numeru katalogowego jest rozmiar danego asortymentu, Zamawiający dopuszcza podanie niekompletnego numeru katalogowego z informacją dotyczącą pełnego numeru katalogowego.

Pytanie nr 85

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, przy czym ostateczna cena oferty musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 86 dot. załącznika nr 5 do SIWZ *Projekt umowy § 4 ust. 1*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 87 dot. załącznika nr 5 do SIWZ *Projekt umowy § 5 ust. 2*

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminu wymiany towaru na wolny od wad w dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i nadaje § 5ust. 2 Projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) następujące brzmienie:
2. W przypadku zasadności reklamacji, Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

Pytanie nr 88 dot. załącznika nr 5 do SIWZ *Projekt umowy § 9*

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody, pisemne wezwanie Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy przewidziane zostało w § 9 ust. 3 pkt. a) i c).

Pytanie nr 89 dot. zadania nr 22 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 22 pozycja 12 igły do pena o parametrach 0,25 (31G) x5mm i 0,30 (30G) x 8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 90 dot. zadania nr 22 poz. 12

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 22 pozycje 12, umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 91 dot. zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę o długości 100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

Pytanie nr 92 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rury karbowane wewnątrz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 93 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik Y z portami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 94 dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę o długości 100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 95 dot. zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Zadania nr 2 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 96 dot. zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 1-6?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maskę w rozmiarze 1-6, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 97 dot. zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość drenu 210 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

Pytanie nr 98 dot. zadania nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych z workiem wykonaną z przezroczystego, nietoksycznego PCV, z regulowaną blaszką na nos, która zapewnia wygodne dopasowanie, wyposażona w dren o przekroju



gwiazdkowym o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, z otworami po obu stronach maski, opakowanie foliowe. Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 99 dot. zadania nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych z workiem wykonaną z przezroczystego, nietoksycznego PCV, z regulowaną blaszką na nos, która zapewnia wygodne dopasowanie, wyposażona w dren o przekroju gwiazdkowym o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, z otworami po obu stronach maski, opakowanie foliowe. Zdjęcie poglądowe poniżej:

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 100 dot. zadania nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wykonaną w całości z przezroczystego, nietoksycznego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 101 dot. zadania nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważny Zestaw do higieny jamy ustnej zawierający w osobnych opakowaniach:

- 2x (szczoteczka do higieny jamy ustnej z możliwością odsysania i regulacji siły ssania, płyn bezalkoholowy do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydny, aplikator gąbkowy do nawilżania, żel nawilżający do ust na bazie wodnej)

- 4x (gąbka z funkcją odsysania z możliwością regulacji siły odsysania z zagiętą końcówką, roztwór płynu do płukania z 1,5% nadtlenu wodoru, aplikator gąbkowy do nawilżania, żel nawilżający do ust na bazie wodnej)

Wszystkie komplety spakowane razem do opakowania kartonowego z możliwością postawienia obok pacjenta oraz z miejscem na wpisanie danych pacjenta?

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 102 dot. zadania nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważny Zestaw do higieny jamy ustnej zawierający w osobnych opakowaniach:

- 2x (szczoteczka do higieny jamy ustnej z możliwością odsysania i regulacji siły ssania, płyn bezalkoholowy do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydny, aplikator gąbkowy do nawilżania, żel nawilżający do ust na bazie wodnej)





- 4x (gąbka z funkcją odsysania z możliwością regulacji siły odsysania z zagiętą końcówką, płyn bezalkoholowy do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydu, aplikator gąbkowy do nawilżania, żel nawilżający do ust na bazie wodnej)

Wszystkie komplety spakowane razem do opakowania kartonowego z możliwością postawienia obok pacjenta oraz z miejscem na wpisanie danych pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 103 dot. zadania nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści równoważny Zestaw do higieny jamy ustnej zawierający w osobnych opakowaniach:

- 2x (szczoteczka do higieny jamy ustnej z możliwością odsysania i regulacji siły ssania, płyn bezalkoholowy do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydu, aplikator gąbkowy do nawilżania, żel nawilżający do ust na bazie wodnej)

- 4x (gąbka z funkcją odsysania z możliwością regulacji siły odsysania z zagiętą końcówką, roztwór płynu do płukania z 1,5% nadtlenu wodoru, aplikator gąbkowy do nawilżania, żel nawilżający do ust na bazie wodnej)

Wszystkie komplety spakowane razem do opakowania kartonowego z możliwością postawienia obok pacjenta oraz z miejscem na wpisanie danych pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 104 dot. zadania nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści równoważny Zestaw do higieny jamy ustnej zawierający w osobnych opakowaniach:

- 2x (szczoteczka do higieny jamy ustnej z możliwością odsysania i regulacji siły ssania, płyn bezalkoholowy do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydu, aplikator gąbkowy do nawilżania, żel nawilżający do ust na bazie wodnej)

- 4x (gąbka z funkcją odsysania z możliwością regulacji siły odsysania z zagiętą końcówką, płyn bezalkoholowy do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydu, aplikator gąbkowy do nawilżania, żel nawilżający do ust na bazie wodnej)

Wszystkie komplety spakowane razem do opakowania kartonowego z możliwością postawienia obok pacjenta oraz z miejscem na wpisanie danych pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 105 dot. zadania nr 20 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-2 z Zadania nr 20 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 106 dot. zadania nr 20 poz. 5, 7

Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system do odsysania o poniższym opisie: posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora, posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl, posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI), posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej, posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób

zapobiegający zagubieniu, regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”, blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°, posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu, system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów, cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania, cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianległe oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm, oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym, w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim, system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin, pakowany w rękaw papierowo-foliowy, rozmiary 10/12/14/16 FR, długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm (tracheostomia)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 107 dot. zadania nr 20 poz. 5, 7

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 5, 7 z Zadania nr 20 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obciążone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 108 dot. zadania nr 20 poz. 4, 6

Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system do odsysania o poniższym opisie:

posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora, posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl, posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI), posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej, posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”, blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°, posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu, system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów, cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania, cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianległe oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm, oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym, w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim, system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin, pakowany w rękaw papierowo-foliowy, rozmiary 10/12/14/16 FR, długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm (tracheostomia), w zestawie z 12 fiolkami soli fizjologicznej?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 109 dot. zadania nr 20 poz. 4, 6

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 4, 6 z Zadania nr 20 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obciążone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 110 dot. zadania nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową wykonaną z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana pojedynczo, rozmiar 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 111 dot. zadania nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową wykonaną z silikonu, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, możliwość pracy w MRI, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana pojedynczo, 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5?

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 112 dot. zadania nr 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową wykonaną z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana pojedynczo, rozmiar 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 113 dot. zadania nr 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową wykonaną z silikonu, biokompatybilność, nietoksyczna, przeźroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, możliwość pracy w MRI, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankieta, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankieta i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana pojedynczo, 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 114 dot. zadania nr 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie układów rozciągliwych do 2m, z dodatkowym ramieniem worka rozciągliwym do 150 cm i workiem 2L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

Pytanie nr 115 dot. zadania nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie układu coaxialnego rura w rurze, antybakteryjny, walidowany na 7 dni na bloku operacyjnym, długości 1,6 m, ze zintegrowaną linią do monitorowania, z gałęzią 0,5 m, worek oddechowy 2l, gałąź dodatkowa rozciągalna 0,4 – 1,5 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

Pytanie nr 116 dot. zadania nr 27

Prosimy o dopuszczenie układu o długości 2 metrów spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

Pytanie nr 117 dot. zadania nr 29

Prosimy o dopuszczenie maski żelowej i-gel brytyjskiej firmy intersurgical posiadającej kanał gastryczny we wszystkich rozmiarach poza 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 118 dot. zadania nr 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie funkcjonalnego odpowiednika do opisanego produktu, o poniższych parametrach: przyrząd podłączeniowy z filtrem 0,2 mikrona służący do przygotowania leków toksycznych bez PCV i lateksu, z drenem wykonanym z poliuretanu, zawierający kolec z odpowietrznikiem zabezpieczonym klapką oraz zawór bezigłowy z płaską powierzchnią, nie wymagający zabezpieczenia koreczkiem, dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym i zastawką antyzwrotną. Przyrząd o długości 43 cm, umożliwiający podłączenie do dowolnej linii wielodrożnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 119 dot. zadania nr 13 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania i przygotowania leków, z kolcem standardowym, posiadający port luer lock zabezpieczony koreczkiem domykany ręcznie, bez zastawki, z



wbudowanym filtrem o ponad dwa razy lepszej skuteczności filtracji tj. 0,2 mikrona, zapewniający maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 120 dot. zadania nr 13 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie funkcjonalnego odpowiednika do opisanego produktu, o poniższych parametrach: przyrząd podłączeniowy służący do przygotowania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z drenem wykonanym z poliuretanu, zawierający kolec z odpowietrznikiem zabezpieczony klapką oraz zawór bezigłowy z płaską powierzchnią, nie wymagający zabezpieczenia koreczkiem, dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym i zastawką antyzwrotną. Przyrząd o długości 41 cm, umożliwiający podłączenie do dowolnej linii wielodrożnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 121 dot. zadania nr 13 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do transferu leków cytostatycznych z fiolki z filtrem hydrofobowym 0,2 mikrona, wyposażony w zastawkę w postaci zaworu bezigłowego z płaską powierzchnią do skutecznej dezynfekcji, długość przyrządu maksymalnie 8 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 122 dot. zadania nr 13 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adaptera do pomp z 4 dostęпами umożliwiającymi bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Dostępy w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do skutecznej dezynfekcji. Adapter umożliwia podłączenie w jego dystalnej każdego standardowego zestawu. Infuzyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 123 dot. zadania nr 13 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie funkcjonalnego odpowiednika do opisanego produktu, o poniższych parametrach: przyrząd podłączeniowy służący do przygotowania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z drenem wykonanym z poliuretanu, zawierający kolec z odpowietrznikiem zabezpieczony klapką oraz zawór bezigłowy z płaską powierzchnią, nie wymagający zabezpieczenia koreczkiem, dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym i zastawką antyzwrotną. Przyrząd o długości 41 cm, umożliwiający podłączenie do dowolnej linii wielodrożnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 124 dot. zadania nr 13 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 125 dot. zadania nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych jednorazowego użytku w przedziale rozmiarowym od 1-7 odpowiadającemu przedziałowi 0-6, gdzie dla rozmiary 0 =1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, d5=6, 6=7





w następujących zakresach wagowych pacjenta: 1- noworodek (niebieski), 2- niemowlę(szary), 3- małe dziecko(biały), 4-dziecko(żółty), 5-mały dorosły(zielony), 6-normalny dorosły(pomarańczowy), 7-duży dorosły(czerwony).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

Pytanie nr 126 dot. zadania nr 4

Prosimy o wyjaśnienie, czy oczekiwane maski mają być pozbawione PCV, ftalanów i lateksu naturalnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby maski nie zawierały PCV.

Pytanie nr 127 dot. zadania nr 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maski anestetyczne na etykietce jednostkowej mają posiadać nazwę w języku polskim, rozmiar, data produkcji, data ważności, piktogram, instrukcja użycia, oznaczenie braku DEHP, BPA i kompatybilności z MRI?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 128 dot. zadania nr 4

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy rozmiar maski kodowany barwą mankietu ma posiadać oznaczenie numerycznie na części ustnej korpusu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 129 dot. zadania nr 4

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy korpus maski ma być wykonany z polipropylenu, o anatomicznym kształcie zapewniającym dokładne dopasowanie do twarzy pacjenta oraz zmniejszającym „przestrzeń martwą”, wykonany z przezroczystego materiału, zakończony kominem 22 F dla rozmiarów od 3 do 7 wyposażonym w pierścienie mocujące oraz zakończony kominem 15 M dla rozmiarów 1-2?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ i z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

Pytanie nr 130 dot. zadania nr 1 poz. 2

Zamawiający w zadaniu nr. 1 pkt.2 wymaga „Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 120cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M.Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/papier, sterylne. Układ posiadający wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie oraz Y. Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego karbowanego wewnątrz i zewnątrz. Pozostałe parametry zgodne z opisem siwz. Jesteśmy świadomi, że układ oddechowy o którego dopuszczenie prosimy jest obwodem technologicznie mniej zaawansowanym i trzeba się liczyć ze zwiększona kolonizacją bakterii wewnątrz układu co na pewno będzie skutkowało wzrostem ryzyka w leczeniu hospitalizowanego pacjenta. Korzyścią dla szpitala pozostaje niższa cena układu karbowanego wewnątrz i zewnątrz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 131 dot. zadania nr 4

Zamawiający w zadaniu nr. 4 wymaga „Maska anestetyczna dla dzieci dorosłych - jednorazowego użytku, nie zawierająca PCV z mankietem oznaczonym kolorystycznie. Rozmiar 0-6”. Prosimy o dopuszczenie masek anestetycznych z numeracją charakterystyczną dla innych producentów. Proponowana numeracja w zakresie 1-6 zabezpiecza wszystkie grupy wiekowe i wagowe w odniesieniu do wymaganej numeracji w zakresie 0-6.





Opis jednoznacznie charakteryzuje produkt jednego producenta dystrybuowanego przez firmę PROMED i jest niezgodny z, art. 7 ust. 1 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych w tym zakresie. Zakup w/w produktu możemy Zamawiający dokonać w trybie zapytania ofertowego lub zakupu z wolnej ręki, ponieważ wyłącznie firma PROMED opisaną pozycję zrealizować

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym pismem.

Pytanie nr 132 dot. zadania nr 4

Zamawiający w zadaniu nr. 4 wymaga „Maska anestetyczna dla dzieci dorosłych - jednorazowego użytku, nie zawierająca PCV z mankietem oznaczonym kolorystycznie. Rozmiar 0-6”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga masek anestetycznych ściśle przylegających z otwartym elastycznym mankietem bez zaworu.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 133 dot. zadania nr 28 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania w pozycji nr 1 zadania nr 28 Multipack 200 ml z drenem o długości 150 cm, limit ciśnienia 375 PSI. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 134 dot. zadania nr 28 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania w pozycji nr 2 zadania nr 28 Dualpack 2 x 200 ml z drenem o długości 150 cm, z łącznikiem Y, z podwójną zastawką, limit ciśnienia 375 PSI. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 135 dot. zadania nr 22 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający wymaga strzykawkę ze skalą rozszerzoną o 20 %.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 136 dot. zadania nr 22 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający wymaga strzykawkę z tłokiem kontrastującym innym niż biały/mleczny w celu lepszej wizualizacji podawanego płynu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 137 dot. zadania nr 22 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający wymaga strzykawkę jako wyrób medyczny w klasie II a.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 138 dot. zadania nr 22 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający wymaga strzykawkę z nazwą producenta na cylindrze, w celu łatwiejszej identyfikacji produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 139 dot. zadania nr 22 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie strzykawkę pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.





Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawk pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 140 dot. zadania nr 22 poz. 5, 6, 7

Prosimy o dopuszczenie strzykawk 3 – częściowych w rozmiarze 5/6 ml, 10/12ml. 20/22 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 141 dot. zadania nr 22 poz. 16, 17, 18, 19, 20

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie'

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 142 dot. zadania nr 22 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie strzykawk do insuliny U-100 w rozmiarze 0,33 x 13 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 143 dot. zadania nr 24 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie przyrządu z filtracją BFE 96 % bez zaworu BVC z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 144 dot. zadania nr 15

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy zadania 15 – sprzęt stomijny)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem
Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Beata Martyn-Mrozowska

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu