

Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/12/21

Sucha Beskidzka, dnia 03.03.2021.

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (VI)**

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Dotyczy Pakietu nr 4: lampa do fototerapii**

1. Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści lampę do fototerapii wyposażoną w licznik czasu pracy, który nie służy do pomiaru czasu trwania terapii?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza**
2. Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści maksymalny pobór mocy 360W?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**
3. Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści długość przewodu światłowodowego 137 +/- 5 cm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza**
4. Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści lampę do fototerapii, podczas użycia której oczy dziecka trzeba zawsze zasłaniać chronopaskami lub podobnymi produktami ochrony oczu?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**
5. Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści żywotność modułu LED do 10 000 godzin w warunkach pokojowej temperatury i przy ciągłej pracy, zanim intensywność spadnie o 25%?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**
6. Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści wymiary podkładki światłowodowej 25 x 30 cm, 750 cm2?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza**
7. Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści i przyzna 40 punktów za lampę wyposażoną w matę wielorazowego użytku z możliwością nałożenia jednorazowego pokrowca, na której można przenosić dziecko?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**
8. Pkt 11 Czy Zamawiający uzna za spełnienie lampę wyposażoną w wielorazową matę, na którą należy nakładać jednorazowe nakładki, bez dodatkowego materacyka?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**
9. Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści lampę o wadzę <2,5 kg (skrzynka lampy) oraz <1,1 kg (podkładka światłowodowa)?  
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**10. Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 1 i pkt. 3**

Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub



wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę, korzystniejszą dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu rozpoczęcia biegu gwarancji na nowo od momentu dokonania istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**11. Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: „Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań serwisowych do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii”?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**12. Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 5 oraz załącznik nr 1a-f „serwis i gwarancja” pkt. 4 i 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: „Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 3 dni roboczych bez konieczności sprowadzenia części zamiennych oraz do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części (...)”?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**13. Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: Po trzeciej nieskutecznej naprawie tego samego podzespołu / elementu, Wykonawca wymieni podzespół / element na nowy

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

**14. Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt a**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację powyższego punktu umowy, które w obecnym brzmieniu dubluje kary wynikające z punktu 7 c i d. W obecnym brzmieniu punktu Wykonawca nie dość, że zostanie obciążony karą 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto (...) za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy, to dodatkowo zapłaci Zamawiającemu karę 5% wartości brutto.

Propozycja modyfikacji punktu 1b)

- a) 5% kwoty brutto, o której mowa w par. 2 ust. 1 niniejszej umowy w razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**15. Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dodatkowy termin wyznaczony na usunięcie naruszenia przez Wykonawcę wynosi: 14 dni?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**16. Dotyczy wzoru umowy § 10**

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w



Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o **modyfikację treści klauzuli o sile wyższej** (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja dodania tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatkowo Paragrafu o treści:

1. *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.*
2. *Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
3. *W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.*

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Z poważaniem:

DYREKTOR  
Zespołu Ochrony Epidemiologicznej  
w Surowcu (Szczepionki)  
lek. Marek Haber

mgr Sławomir...

Kierownik  
Działu Zamówień  
mgr Sławomir...