

Olsztyn, 18.04.2023 r.

L.dz. W/501/2023/DZP

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy: postępowania nr 101/2023/TP-I/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa jednorazowa aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz drobnego asortymentu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu " Opracowanie technologii precyzyjnego oczyszczania ścieków z bezglebowej uprawy pomidorów z wykorzystaniem elektrobiologicznego rektora hybrydowego LIDER/4/0019/L-10/18/NCBR/2019".**

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

*Dotyczy część 6 wirówka laboratoryjna:*

### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną o poziomie hałasu  $\leq 60$ dB?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wyraża zgody na dopuszczenie wirówki laboratoryjnej o poziomie hałasu  $\leq 60$ dB.

### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wadze ok. 22 kg?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie wirówki laboratoryjnej o wadze ok. 22 kg. Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji SWZ.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wysokości z otwartą pokrywą wynoszącą 572 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wyraża zgody na dopuszczenie wirówki laboratoryjnej o wysokości z otwartą pokrywą wynoszącą 572 mm.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach H x W x D [mm] : 300 x 367 x 455?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wyraża zgody na dopuszczenie wirówki laboratoryjnej o wymiarach H x W x D [mm] : 300 x 367 x 455.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z możliwością ustawienia 100 programów użytkownika do wyboru z menu na wyświetlaczu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie wirówki laboratoryjnej z możliwością ustawienia 100 programów użytkownika do wyboru z menu na wyświetlaczu.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści klawiaturę z wyraźnie dostępnymi elementami sterowania oraz wyświetlaczem graficznym LCD?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie klawiatury z wyraźnie dostępnymi elementami sterowania oraz wyświetlaczem graficznym LCD.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści oddzielny przycisk szybkiego wirowania umożliwiający przerwane pracy po naciśnięciu przycisku STOP lub puszczeniu przycisku SHORT?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie oddzielnego przycisku szybkiego wirowania umożliwiający przerwanie pracy po naciśnięciu przycisku STOP lub puszczeniu przycisku SHORT.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści wirnik kątowy 12 x 5ml (fi12x85mm), z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (ką 45°) (max: 14 000rpm/19 064xg) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na dopuszczenie wirnika kąтового 12 x 5ml (fi12x85mm), z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (ką 45°) (max: 14 000rpm/19 064xg).

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści wirnik kątowy 24 x 2ml na próbówki filtracyjne/kolumnienki, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (kąąt 45°) (max RPM/RCF: 14 600rpm/20 257xg) oraz ewentualnie wkładkami redukcyjnymi o pojemności 0,2 ; 0,4 lub 0,5 ml (o ile Zamawiający wymaga wkładek)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na dopuszczenie wirnika kąowego 24 x 2ml na próbówki filtracyjne/kolumnienki, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (kąąt 45°) (max RPM/RCF: 14 600rpm/20 257xg) oraz ewentualnie wkładkami redukcyjnymi o pojemności 0,2 ; 0,4 lub 0,5 ml.

*Dotyczy część 3 analizator składu ciała:*

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści analizator bez torby transportowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wyraża zgody na dopuszczenie analizatora bez torby transportowej.

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający dopuści analizator z oprogramowaniem w j. angielskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wyraża zgody na dopuszczenie analizatora z oprogramowaniem w j. angielskim.

**Pytanie nr 12:**

Czy Zamawiający dopuści analizator bez potwierdzenia naukowego wykorzystania sprzętu w badaniach naukowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wyraża zgody na dopuszczenie analizatora bez potwierdzenia naukowego wykorzystania sprzętu w badaniach naukowych.

*Dotyczy - załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy:*

**Pytanie nr 13:**

Pytanie – dotyczy §5 - Warunki gwarancji i rękojmi – pkt. 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu skutecznej naprawy ze użycia części do 7 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie czasu skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych do 7 dni roboczych. Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji SWZ.

**Pytanie nr 14:**

Pytanie – dotyczy §5 - Warunki gwarancji i rękojmi – pkt. 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu skutecznej naprawy z użyciem części do 14 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie czasu skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych do 14 dni roboczych. Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji SWZ.

Z poważaniem,

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

---

*(podpis złożono elektronicznie)*

*Sporządziła: Wioleta Pszenna*

*Odpowiedzi udzielił w zakresie części nr 6: Sławomir Ciesielski*

*Odpowiedzi udzielił w zakresie części nr 3: Robert Podstawski*

*Odpowiedzi udzielił w zakresie Załącznika nr 4 do SWZ: Adrian Horodecki*

*Załączniki do pisma:*

- 1) Załącznik nr 1 do SWZ **PO MODYFIKACJI** – Opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy.*
- 2) Załącznik nr 4 do SWZ **PO MODYFIKACJI** – Projektowane postanowienia umowy .*