



# Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, 11.09.2019r.

EZP 373/2019

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

**dot. przetargu nr M-41/2019 na środków do dezynfekcji dla Szpitala  
Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**

**Zamawiający działając na podst. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164 ) przedstawia poniżej  
wyjaśnienia do zadanych pytań:**

## **Pytanie nr 1**

### Dot Umowy

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 4 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

## **Pytanie nr 2**

### Dotyczy Umowy

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji



CERTYFIKAT 2016/37



SZPITAL  
PRZYJAZNY  
DZIECKU  
WHO/UNICEF





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r.

1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów §8 poprzez dodanie zapisu o następującej treści:

*1. Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Sprzedawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.*

*2. Sprzedawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Kupującego.*

### Pytanie nr 3

#### Dotyczy Umowy

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 4 do SIWZ w treści § 9 wzoru umowy, pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie nr 4

#### Dotyczy Umowy

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 4 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 5 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie nr 5

#### dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 pozycji nr 4 i 5? Zadając to pytanie oferent ma pełną świadomość, że proponowane rozwiązanie jest dla Zamawiającego trudniejsze ze względów technicznych, gdyż wymaga oddzielnego oceniania pozycji w pakiecie. Jednak korzyści ekonomiczne dla Zamawiającego mogą być istotne. Przy podziale pakietu, do przetargu mogą przystąpić oferenci – producenci środków i wyłączni dystrybutorzy zapewniając znacznie niższe ceny niż pośrednicy (hurtownie).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia nasączone alkoholem ( etanolem 45g ) bez dodatku innych alkoholi i QAC chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych. Działanie wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615. Chusteczki wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, o gramaturze ok 50 g/m<sup>2</sup>. Opakowanie typu flowpack z plastikowym klipsem zamykającym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.




CERTYFIKAT 2016/37



SZPITAL  
PRZYJAZNY  
DZIECKU  
WHO/UNICEF



Szpital  
bez bólu



MARQUIS



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., zgodnie z normą EN 13624; V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papowa/ Polyoma - 2 min, zgodnie z normą EN 14476. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615 ( warunki brudne) - 1 minuta. Roztwór, którym są nasączone posiada w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack 100 sztuk z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. min. 20 cm x 22 cm o gramaturze ok. 50g/m2 wykonane z 100 % PET.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 8

dot. Pakiet 4 Poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie preparatu o spektrum działania B, F (C.albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio) do 15 min spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie nr 9

dot. pakietu 4 Poz. 3.

Prosimy o dopuszczenie preparatu o spektrum działania w warunkach brudnych: B, F, Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio) do 30 sekund posiadający oświadczenie producenta o możliwości stosowania na oddziałach pediatrycznych, spełniający pozostałe zapisy SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie nr 10

dot. Pakietu 4 Poz. 4.

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek o spektrum działania: B, F(c. albicans), V(BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40, Noro HIV, HBV, HCV) do 1 minuty, Tbc (m. terrae) do 5 minut, spełniający pozostałe zapisy SIWZ? .

Odpowiedź:





# Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający dopuszcza powyższe.

## Pytanie nr 11

dotyczy pakietu 4 Poz. 5.

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek bezalkoholowych na bazie mieszaniny QAV o spektrum działania: B, F(c. albicans), V(BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40, HIV, HBV, HCV) do 1 minuty, Tbc (M. terrae) do 15 minut, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

## Pytanie nr 12

dot. Pakietu nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie nr 5, poz. 6, dopuści do oceny preparat do mycia narzędzi i endoskopów pH roztworu roboczego ok. 8, dozowane 0,3% - 1% na bazie tenzydów myjących możliwość użycia w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierający enzymów. W opakowaniu 2l.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie środków, które nie spełniają zapisów SIWZ.

## Pytanie nr 13

Dot. SIWZ rozdział IV punkt 2

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów SIWZ odnośnie terminu dostaw przedmiotu umowy zwracamy się z prośbą o wydłużenie maksymalnego terminu realizacji dostaw do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw do 5 dni roboczych

## Pytanie nr 14

Dot. SIWZ oraz wzoru umowy §4 i §7 pkt.1

Prosimy o potwierdzenie, że terminy dostaw oczekiwane przez Zamawiającego będą liczone jako dni robocze i dokonania odpowiedniej modyfikacji umowy w tym zakresie poprzez dopisanie określenia „...dni roboczych”.





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw do 5 dni roboczych



### Pytanie nr 15

Dot. wzoru umowy § 8 ust.1 pkt.3)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu § 8 ust.1 pkt.3) umowy poprzez zmianę określenia „opóźnienie” na określenie „zwłoka”.

Odpowiedź:

Zamawiający zastąpi słowo: „opóźnienie” słowem: „zwłoka”.



### Pytanie nr 16

Dot. wzoru umowy § 9 ust.1 a)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu § 9 ust.1 a) umowy w sposób następujący:

1. *Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:*

- a) *Trzykrotnego niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy, wynoszącego każdorazowo 7 dni roboczych.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



### Pytanie nr 17

Dot. wzoru umowy § 12

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu § 12 umowy w sposób następujący:

*Kupujący dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegającą na zmianie terminu wykonania zamówienia, gdy Kupujący nie wykorzysta asortymentu będącego przedmiotem umowy w terminie 12 miesięcy od dnia jej podpisania z zastrzeżeniem, iż termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 15 miesięcy.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



### Pytanie nr 18

Dot. wzoru umowy § 12

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu § 12 umowy poprzez dodanie zapisu „ pod warunkiem wyrażenia zgody przez Sprzedawcę”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie nr 19

Dot. wzoru umowy



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści.

1. Kupujący oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie nr 20

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie do umowy zapisu o następującej treści:

1. Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Sprzedawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Kupującego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie nr 21

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w §8 kolejnego ustępu o następującej treści:


Kupujący odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §8 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie nr 22

Dot. wzoru umowy





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu



88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie do umowy zapisu o następującej treści: *Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem okoliczności siły wyższej, za którą Strony uznają na przykład klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, kwarantannę, epidemie, w szczególności następstwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od Stron.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie nr 23

#### Dot. SIWZ

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wniesienia wadium na mocy ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 (Dz.U. poz. 1086), który znosi obowiązek żądania wadium w postępowaniu wyrażony w art. 45 ust. 1 PZP .

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie nr 24

#### Pakiet 1, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania balsamu nie posiadającego w składzie wosku pszczelego. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie środków, które nie spełniają zapisów SIWZ.

### Pytanie nr 25

#### Pakiet 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu wykazującego działanie bójcze na B, F do 15 min w stężeniu 0,25%, Tbc do 30 min w stężeniu 3%, V (HIV, HBV, HCV, Rota) do 15 min w stężeniu 0,5%, Papowa i Adeno do 1 h w stężeniu 1% .Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie środków, które nie spełniają zapisów SIWZ.

### Pytanie nr 26

Pakiet 5, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji słabo pieniącego preparatu. Posiadającego w składzie mniej niż 11 % aldehydu glutarowego. Pozytywna opinia Pentax. Spektrum B,F,Tbc, V, Spory.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie środków, które nie spełniają zapisów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje o nowym terminie składania ofert:

**Termin splanwania ofert upływa 21.09.2020r, o godzinie 10:00**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2020r, o godzinie 10:05**

Zastępca Dyrektora  
ds. ekonomiczno-finansowych  
**Główny Księgowy**  
*Joanna Brzek*  
mgr Joanna Brzek



