

Nr sprawy D25M/251/N/16-36rj/20

Gdynia, dnia 28.07.2020

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego: aparatów do ogrzewania płynów infuzyjnych, systemów do ogrzewania pacjenta, maceratora oraz wózków transportowych na potrzeby SOR w ramach Projektu pn.: ”Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienia strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

Szpitala Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień i dokonuje modyfikacji SIWZ:

**Pytanie 1**

Zadanie nr 2 – System do ogrzewania pacjenta 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta bez regulowanej wysokości uchwytu podstawy jezdnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza system ogrzewania pacjenta bez regulowanej wysokości uchwytu podstawy jezdnej.**

**Pytanie 2**

Zadanie nr 2 – System do ogrzewania pacjenta 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta z możliwością zamocowania urządzenia na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza system ogrzewania pacjenta z możliwością zamocowania urządzenia na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta.**

**Pytanie 3**

Zadanie nr 2 – System do ogrzewania pacjenta 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta o wadze 5,4kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza system ogrzewania pacjenta o wadze 5,4 kg.**

**Pytanie 4**

Zadanie nr 2 – System do ogrzewania pacjenta 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta o wymiarach: 22x22x28 cm (G x S x W)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta o wymiarach 22x22x28 cm (G x S x W)**

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)

**Pytanie 5**

Zadanie nr 2 – System do ogrzewania pacjenta 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta wyposażonego w przewód z możliwością odłączenia od urządzenia grzewczego, zabezpieczony blokadą uniemożliwiającą jego przypadkowe odłączenie? (Podyktowane możliwością wymiany, w przypadku uszkodzenia przewodu lub czujnika temperatury)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta wyposażonego w przewód z możliwością odłączenia od urządzenia grzewczego, zabezpieczony blokadą uniemożliwiającą jego przypadkowe odłączenie**

**Pytanie 6**

Zadanie nr 2 – System do ogrzewania pacjenta 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta wyposażone w specjalną klamkę zabezpieczającą przed ściąganiem koca z pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na system ogrzewania pacjenta wyposażony w specjalną klamkę zabezpieczającą przed ściąganiem koca z pacjenta.**

**Pytanie 7**

Zadanie nr 2 – System do ogrzewania pacjenta 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta o wydajności max 850 l/min (Wyższy przepływ powietrza zwiększa ryzyko zakażeń oraz może wpływać prawidłowy obieg powietrza na sali operacyjnej)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta o wydajności max 850 ml/min.**

**Pytanie 8**

Zadanie nr 2 – System do ogrzewania pacjenta 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta, który osiąga zadaną temperaturę w ciągu 1 min.?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu grzewczego pacjenta, który osiąga zadaną temperaturę w ciągu 1 min.**

**Pytanie 9**

Zadanie nr 2 – System do ogrzewania pacjenta 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta z panelem sterującym znajdującym się na przedniej części urządzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na system ogrzewania pacjenta z panelem sterującym znajdującym się na przedniej części urządzenia.**

**Pytanie 10**

Zadanie nr 2 – System do ogrzewania pacjenta 15

Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta, który po włączeniu urządzenie przechodzi w tryb standby, po wybraniu temperatury i naciśnięciu start urządzenie rozpoczyna pracę?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na system ogrzewania pacjenta, który po włączeniu urządzenia przechodzi w tryb standby, po wybraniu temperatury i naciśnięciu start urządzenie rozpocznie pracę.**

**Pytanie 11**

Zadanie nr 2 – System do ogrzewania pacjenta 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta z filtrem HEPA wysokiej skuteczności 0.2  $\mu\text{m}$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na system ogrzewania pacjenta z filtrem HEPA wysokiej skuteczności 0.2  $\mu\text{m}$**

**Pytanie 12**

Zadanie nr 2 – System do ogrzewania pacjenta 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta o poziomie hałasu <55dB?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na system ogrzewania pacjenta o poziomie hałasu <55dB.**

**Pytanie 13**

Zadanie nr 2 – System do ogrzewania pacjenta 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu ogrzewania pacjenta o średnim poborze mocy 750W?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na system ogrzewania pacjenta o średnim poborze mocy 750W**

**Pytanie 14**

Zadanie nr 2 – System do ogrzewania pacjenta 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu specjalnych koców posiadających dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujących ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu specjalnych koców posiadających dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujących ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego**

**Pytanie 15**

Zadanie nr 2 – System do ogrzewania pacjenta 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych koców ogrzewających na całe ciało dla dorosłych (długość 210cm) - 82 szt. Oraz odstąpienia od wymogu zaoferowania koców o dodatkowych właściwościach termoizolacyjnych, pokryte warstwą aluminiową?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na jednorazowe koce ogrzewające na całe ciało dla dorosłych (długość 210cm) - 82 szt oraz odstąpienie od wymogu zaoferowania koców o dodatkowych właściwości termoizolacyjnych, pokryte warstwą aluminiową

Z poważaniem

Uwaga: W załączeniu zmodyfikowany załącznik Nr 4 dla zadania 2.

Wykonawca winien nanieść stosowne adnotacje w załączniku nr 4 do SIWZ Zestawienie parametrów wymaganych, iż zaoferowano produkty dopuszczone niniejszym pismem (z podaniem numeru odpowiedzi).

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

**Ponieważ powyższa zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający nie dokonuje przesunięcia terminu składania ofert.**

Sporządziła: Anna Zwara

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Beata Martyn Mrozowska

DYREKTOR  
DS. ZAMOWIEN PUBLICZNYCH I IT

*mgr Beata Martyn-Mrozowska*