



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  
w Olsztynie*

ZPZ-2375-4428-1/19

Olsztyn, dn. 29.05.2019 r.

**Do wszystkich  
uczestników postępowania**

**ZPZ-20/04/19 Przetarg nieograniczony na dostawę elektrod, narzędzi laparoskopowych, zestawów do histerektomii waginalnej, elektrod do generatora MARTIN oraz elektrod do termoablacji**

W związku z zapytaniami uczestników postępowania na dostawę elektrod, narzędzi laparoskopowych, zestawów do histerektomii waginalnej, elektrod do generatora MARTIN oraz elektrod do termoablacji, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 oraz ust 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia **i/lub** zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 2.

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, od producenta europejskiego najwyższej jakości w zakresie całego zadania, pozycje 1/2/3/4 – parametry pozostałe WSZYSTKIE ZGODNE Z SIWZ, prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 elektrod nożowych ze stali nierdzewnej, o długości całkowitej 7 cm (wymagane 6,2cm) z wejściem okrągłym, które jest bardzo stabilne i nie powoduje przemieszczenia elektrody.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrody nożowej o wyżej wymienionych parametrach.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy pakietu nr 6.

Zamawiający w pakiecie nr 6 w charakterystyce generatora: „Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia każdorazowo do zabiegu systemu do termo ablacji guzów tkanek miękkich razem z zestawem elementów do generatora o niżej wymienionych parametrach”, umieścił w ostatnim punkcie opis: „Dla elektrod do bardzo dużych guzów z wykorzystaniem infuzji soli fizjologicznej (‘wet elektrotode’) dodatkowo: generator i pompa dostosowane do termo ablacji z wykorzystaniem funkcji infuzji płynu do tkanek”. Prosimy o wykreślenie powyższego wymagania z charakterystyki generatora, gdyż Zamawiający popełnił prawdopodobnie omyłkę pisarską. Powyższy zapis dotyczy generatora i odpowiadających mu elektrod z Pakietu nr 7: „Elektrody do termo ablacji bardzo dużych guzów”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż popełnił omyłkę pisarską i usuwa w pakiecie nr 6 zapis o brzmieniu: „Dla elektrod do bardzo dużych guzów z wykorzystaniem infuzji soli fizjologicznej (‘wet

elektrode') dodatkowo: generator i pompa dostosowane do termoablacji z wykorzystaniem funkcji infuzji płynu do tkanek".

W załączeniu zmieniony formularz cenowy.

### **Pytanie nr 3**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1.

Czy zamawiający dopuści Elektroda powrotna pacjenta z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 2,5 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilnym z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrody powrotnej pacjenta o wyżej wymienionych parametrach, kompatybilnej z poz. 3.

### **Pytanie nr 4**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2.

Czy zamawiający dopuści Elektroda nożowa ze stali nierdzewnej, długość całkowita 6,2 cm (+-2mm), długość robocza 2,8 cm (+-4mm), złącze 6-kątne, trzpień 2,4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrody nożowej o wyżej wymienionych parametrach.

### **Pytanie nr 5**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 3.

Czy zamawiający dopuści Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 2,5 cm, długości przewodu 4,5m do 5 m, Niesterylny, wielorazowego użytku, przewód kompatybilny z pozycją 1?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przewodu elektrody powrotnej pacjenta o wyżej wymienionych parametrach, kompatybilnego z poz. 1.

### **Pytanie nr 6**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 4.

Czy zamawiający dopuści Uchwyt monopolarny z przełącznikiem podwójnym - cięcie oraz koagulacja, kompatybilny z generatorem Valleylab - Force Triad , przewód dł. min. 4,5 m, elektroda ze stali nierdzewnej. Sterylny. Jednorazowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie uchwytu monopolarnego o wyżej wymienionych parametrach.

### **Pytanie nr 7**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści elektrodę powrotna pacjenta z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 2,5 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilnym z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 3, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrody powrotnej pacjenta o wyżej wymienionych parametrach, kompatybilnej z poz. 3.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożowa ze stali nierdzewnej, o długości całkowitej 7 cm, do trzpienia 2,4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrody nożowej o wyżej wymienionych parametrach.

**Pytanie nr 9**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 2,5 cm, długości przewodu 4,5m do 5 m, Niesterylny, wielorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przewodu elektrody powrotnej pacjenta o wyżej wymienionych parametrach, kompatybilnego z poz. 1.

**Pytanie nr 10**

Dotyczy pakietu nr 6.

Chcemy zwrócić uwagę, że w obecnej postaci opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6 wskazuje na preferowanie tylko jednego, konkretnego wykonawcy i umożliwia złożenie oferty tylko jednemu Oferentowi, narażając Zamawiającego na nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych. W związku z tym, powołując się na art. 7 /Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji/ ustawy Pzp, zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji 1 i utworzenie z niej osobnego zadania, co umożliwi ubieganie się o zamówienie szerszemu gronu Oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny tych wyrobów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Załączniki:

- zmieniony formularz cenowy.

Zastępca Dyrektora  
ds Techniczno-Logistycznych  
Mariusz Moczulski

Sporządził w 1 egz. – Magdalena Jeleniewska  
Egz. nr 1 - a/a  
Otrzymują: Ogłoszenie na stronie internetowej