

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia   | <p style="text-align: center;"><u>Opis przedmiotu zamówienia</u></p> <p style="text-align: center;">„Usługa przeglądu, konserwacji i wymiany zużytych podzespołów oraz dostawa części zamiennych do aparatury laboratoryjnej marki Shimadzu.”</p>  |
|------|---|--|
| 1.   | <b>Przegląd aparatury laboratoryjnej Shimadzu</b>   | 1. Wykaz urządzeń: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chromatograf gazowy z automatycznym podajnikiem próbek Shimadzu GC 2010 Plus (1 kpl.);</li> <li>• Chromatograf gazowy z automatycznym podajnikiem próbek Shimadzu GC 17A (2 kpl.);</li> <li>• Chromatograf gazowy z detektorem masowym Shimadzu GCMS QP2010SE (1 kpl.);</li> <li>• Spektrofotometr Shimadzu IRAffinity (1 kpl.).</li> </ul> 2. Zakres czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przegląd techniczny i konserwacja;</li> <li>• Wymiana części zużytych i uszkodzonych;</li> <li>• Przeprowadzenie testów funkcjonalnych;</li> </ul> |
| 2.   | <b>Wymiana części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej Shimadzu</b> | 1. Septa dozownika 400C dla Shimadzu (50szt/op.) nr kat. PHX-AG0-7517 – 1 op.;<br>2. Wkładka szklana do metody SPME na GCMS (SPLLITLESS/WBI nr kat. SHI-221-48335-01) - 15 szt.;<br>3. Wkładka szklana SPLIT (SHI-221-41444-01) – 5 szt.;<br>4. Uszczelka pierścieniowa O-ring, 4D, P5 nr kat. SHI-036-11203 - 40 szt.;<br>5. OLEJ Ultragrade 15 (1 L) nr kat. SHI-980-03362 – 1 szt.;<br>6. Żarnik źródła jonów do GCMS nr kat. SHI-225-10340-91 – 2 szt.;  |

1. Gwarancja: 6 miesięcy na wykonaną usługę serwisową oraz wymienione podzespoły z wyłączeniem części zużywalnych oraz części używanych niezgodnie z zaleceniem producenta.
2. Termin realizacji: 14 dni;
3. Miejsce przeprowadzenia przeglądu: Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ul. M. Kopernika 23 25-336 Kielce
4. Forma płatności: przelew 30 dni;

Opracował:  
 Michał Jakubczyk