

Lublin, dnia 15.06.2022 r.

**Do wszystkich wykonawców**

**Dotyczy: Dostawa aparatury medycznej – 5 części.**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie Nr 1**

**Dotyczy ZAŁĄCZNIK Nr 7.2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych Część 2 – Aparat do EKG**

Pkt. 31 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli aparat EKG z czułością wynoszącą 2,5; 5; 10; 20 mm/V. W opublikowanym opisie przedmiotu zamówienia zarówno w pkt. 30 jak i pkt. 31 podane zostały dane dla prędkości zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza aparat EKG z czułością wynoszącą 2,5; 5; 10; 20 mm/V.

**Pytanie Nr 2**

**Dotyczy ZAŁĄCZNIK Nr 7.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych Część 3 – Głowica laserowa**

ad. 6 Zapytanie ofertowe dotyczy głowicy, która nie jest samodzielnym urządzeniem. Jest to część zamienna. Czy Zamawiający rezygnuje z: "Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji urządzenia"?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z powyższego wymogu.

**Pytanie Nr 3**

**Dotyczy ZAŁĄCZNIK Nr 7.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych Część 3 – Głowica laserowa**

ad. 7 Zapytanie ofertowe dotyczy głowicy, która nie jest samodzielnym urządzeniem. Jest to część zamienna. Posiadany przez Zamawiającego laser jest certyfikowany jako całość. Nie są wystawiane oddzielne certyfikaty na podzespoły posiadanego przez Zamawiającego lasera. Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu punktu 7?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z powyższego wymogu.

**Pytanie Nr 4**

**Dotyczy ZAŁĄCZNIK Nr 7.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych Część 3 – Głowica laserowa**

ad. 8 Zapytanie ofertowe dotyczy głowicy, która nie jest samodzielnym urządzeniem. Jest to część zamienna. Sposób instalacji znajduje się w instrukcji posiadanego przez Zamawiającego lasera. Nie występuje oddzielna instrukcja odnośnie głowicy. Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu punktu 8?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z powyższego wymogu.

**Pytanie Nr 5**

**Dotyczy ZAŁĄCZNIK Nr 7.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych Część 3 – Głowica laserowa**

ad. 9 Zapytanie ofertowe dotyczy głowicy, która nie jest samodzielnym urządzeniem. Jest to część zamienna, której stan jest oceniany podczas przeglądu lasera. Czy zamawiający rezygnuje z wymogu punktu 9?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z powyższego wymogu.

**Pytanie Nr 6**

**Dotyczy ZAŁĄCZNIK Nr 7.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych Część 3 – Głowica laserowa**

ad pkt 6 specyfikacji załącznika nr 7.3 do SWZ Postępowanie dotyczy głowicy, która nie jest samodzielnym urządzeniem. Jest to część zamienna. Nie są przewidziane szkolenia z zakresu obsługi części zamiennych. Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu punktu 6?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z powyższego wymogu.

**Pytanie Nr 7**

**Dotyczy ZAŁĄCZNIK Nr 7.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych Część 3 – Głowica laserowa**

ad pkt 7 specyfikacji załącznika nr 7.3 do SWZ Postępowanie dotyczy głowicy, która nie jest samodzielnym urządzeniem. Jest to część zamienna. Posiadany przez Zamawiającego laser jest certyfikowany jako całość. Nie są wystawiane odrębne certyfikaty na podzespoły posiadanego przez Zamawiającego lasera. Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu punktu 7?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z powyższego wymogu.

**Pytanie Nr 8**

**Dotyczy ZAŁĄCZNIK Nr 7.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych Część 3 – Głowica laserowa**

ad pkt 8 specyfikacji załącznika nr 7.3 do SWZ Postępowanie dotyczy głowicy, która nie jest samodzielnym urządzeniem. Jest to część zamienna. Sposób instalacji znajduje się w instrukcji posiadanego przez Zamawiającego lasera. Nie występuje oddzielna instrukcja odnośnie głowicy. Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu punktu 8?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z powyższego wymogu.

**Pytanie Nr 9**

**Dotyczy ZAŁĄCZNIK Nr 7.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych Część 3 – Głowica laserowa**

ad pkt 9 specyfikacji załącznika nr 7.3 do SWZ Postępowanie dotyczy głowicy, która nie jest samodzielnym urządzeniem. Jest to część zamienna, której stan jest oceniany podczas przeglądu lasera. Czy zamawiający rezygnuje z wymogu punktu 9?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z powyższego wymogu.

**Pytanie Nr 10**

**Dotyczy ZAŁĄCZNIK Nr 7.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych Część 3 – Głowica laserowa**

ad pkt 10 specyfikacji załącznika nr 7.3 do SWZ Czy w przypadku uszkodzenia wynikającego z wad materiału Zamawiający odpowiednio zapakuje i prześle, na koszt wykonawcy, głowicę do serwisu producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza taką możliwość.