



WSzSL.FZ.381./73/806/2023

Legnica 15.11.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO**

znak sprawy WSzSL/FZ-73/23

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Pakiet 6, poz. 1

1. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1 mogą być wyrobami medycznymi, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

W odpowiedzi na pytanie: Wyżej opisane fartuchy nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny spełniających normę EN 13795-1, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie fartuchy.

Pytanie 3

Przez kogo i do czego będą używane fartuchy w pakiecie 6, Poz. 1?

W odpowiedzi na pytanie: Przez personel medyczny m.in. do czynności nie związanych z przeprowadzeniem zabiegów operacyjnych

Uwaga:

1. Zamawiający usuwa określenie „chirurgiczny” w poz. 1 Części 6.
2. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Anna Płotnicka-Mieloch