



Wrocław, 22 marca 2024 r.

#### 4. Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

**Dostawa sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia raka płuca - Narodowa Strategia Onkologiczna.”, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.39.2024**

### Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1)

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, **na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust.1** ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), dalej PZP, informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. W terminie ustawowym Zgodnie z treścią art. 135 ust. 2 PZP wnioski złożone po terminie Zamawiający pozostawia bez odpowiedzi. Zamawiający odpowiednio wyjaśnia i modyfikuje treść SWZ:

#### Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści w Załączniku nr 2a dot. – 1 - Zintegrowany w rękojeści monitor LCD o przekątnej 5,cala z możliwością łatwego i intuicyjnego odłączenia od endoskopu za pomocą jednego przycisku przed procesem dezynfekcji w myjni automatycznej?

**Odp: Zamawiający modyfikuje załączniki 2 i 2a**

#### Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą udzielenia odpowiedzi na poniższe pytanie.

#### **Pakiet I . Wideobronchoskop – 2 kpl**

Czy zamawiający dopuszcza jako produkt równoważny 200 jednorazowych bronchoskopów Ambu aScope 4 występujących w trzech rozmiarach oraz 2 sztuki monitora aView 2 Advance o następujących parametrach:

#### **Bronchoskop jednopacjentowy (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego)**

Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylne

Technologia video (kamera, źródło światła)

Pole widzenia 85°

Głębokość ostrości 6-50 mm

Długość części roboczej 600 mm

Oświetlenie LED – 2 diody

Występuje w 3 rozmiarach/wersjach: Slim, Regular, Large

Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej

Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy

Port kanału roboczego wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu

W komplecie prowadnik z poliwęglanu ułatwiający wprowadzenie strzykawki Luer Lock i giętkich akcesoriów endoskopowych do kanału roboczego

Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego

W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor szary – rozm. slim, kolor zielony – rozm. regular, kolor pomarańczowy – rozm. large

Rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, koloru białego łatwo uwidaczniająca zabrudzenia

Chropowata powierzchnia rękojeści

Produkt nie zawiera lateksu

Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu

Pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek

Zakres regulacji:

górną-dół 180 stopni – 160 stopni – rozmiar large

górną-dół 180 stopni – 180 stopni – rozmiar slim i regular

Kanał roboczy o średnicy:

1,2 mm – rozmiar slim

min. 2.0mm, max. 2,2mm – rozmiar regular

min. 2.6mm, max. 2,8mm – rozmiar large

wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu

Średnica końcówki dystalnej:

4.2 mm – rozmiar slim

5.4 mm – rozmiar regular

6.3 mm – rozmiar large

Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej (średnica wewnętrzna):

– rozmiar slim: 5.0mm

– rozmiar regular: 6.0mm

– rozmiar large: 7.0mm

Minimalny rozmiar rurki dwuświatłowej:

– rozmiar slim: 35Fr

– rozmiar regular: 41 Fr

Minimalna szerokość kanału roboczego akcesorium endoskopowego:

– rozmiar slim: do 1.2mm

– rozmiar regular: do 2.0mm

– rozmiar large: do 2.6mm

Endoskopy kompatybilne z zestawem pojemników do pobierania wydzielin. Pobieranie próbek bronchoskopowych w systemie zamkniętym. Obejście próżniowe, w celu wyeliminowania przełącznika rurki ssącej za pomocą adaptera z przełącznikiem przepływu. Do stosowania podczas procedur BAL, BW, toalety drzewa oskrzelowego. Zestaw pojemników: pojemnik na próbkę 30 ml – 2 szt., adapter integrujący stabilne podłączenie z bronchoskopem – 1 szt., adapter ssący – 1 szt.

Część robocza wprowadzana do dróg oddechowych wykonana z poliuretanu.

Endoskop nie posiada limitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora – wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora

Endoskopy kompatybilne z poz. 4

Opakowanie zbiorcze 5 szt. jednego rozmiaru

**Monitor do bronchoskopów jednopacjentowych**

obraz Full HD

rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli

wyjście video: HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps)

możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego za pomocą złącza USB 3.0 typ A (2 złącza)

podłączenie endoskopu do procesora za pomocą przewodu

funkcja wyostrenia obrazu, adaptacyjna kontrola światła

typ ekranu: 12,8” kolorowy TFT LCD

funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów: model, średnica kanału roboczego, średnica

pancerza sondy  
zapis filmów i zdjęć  
wbudowana pojemność przechowywania 32 GB  
2 wyjścia USB  
zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenie przenośne  
możliwość podłączenia się do systemem PACS poprzez DICOM  
antyrefleksyjny ekran dotykowy  
funkcja wyświetlania obrazu z dwóch urządzeń w czasie rzeczywistym z podziałem ekranu na 2 części  
nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk  
wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów  
funkcja powiększenia obrazu – 2 tryby  
złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps  
tryb regulacji poziomu tonu kolorów  
uchwyt na zasilacz oraz opakowanie z endoskopem  
podgląd ustawień użytkownika  
tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączenia procesora wideo przy podłączeniu kolejnego endoskopu  
wyposażony w trzy wejścia do podłączenia bronchoskopów min. dwóch różnych generacji, rurek jedno lub dwuświatłowych z torem wizyjnym, cystoskopów, endoskopów laryngologicznych  
waga 2700 g  
tryb zmiany ustawień kolorów  
klawiatura medyczna z możliwością opisu badań  
WiFi obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n  
zasilanie elektryczne, czas działania na baterii – min. 2.5h  
możliwość wykonywania zdjęć i nagrywania filmów z procedur z jednoczesnym zapisem w pamięci wewnętrznej  
możliwość przesyłania obrazu na zewnętrzny monitor za pomocą HDMI lub SDI  
Wymiary:  
Szerokość: 331 mm (13,03")  
Wysokość: 215 mm (8,46")  
Grubość: 52 mm (2,05")  
Masa: 2.7 kg (6,0 lb)  
wskaźnik stanu naładowania baterii - sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od naładowania baterii: zielony >40%, pomarańczowy <40%, czerwony <20%

**Odp: SWZ bz.**

### **Pytanie nr 3**

Dotyczy Pakietu nr 3

Dotyczy zapisów SWZ pkt. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i Projektowane postanowienia umowy Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy §4 ust. 1. - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie zapisów odnośnie terminu wykonania zamówienia, czy dostawa sprzętu ma zostać wykonana max do 4 tygodni od daty zawarcia umowy czy nie później niż do 19.04.2024 r.?

**Odp: Zamawiający modyfikuje** pkt VI SWZ na: Dostawa sprzętu: max do 4 tygodni od daty zawarcia umowy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert (...)  
oraz § 4 ust. 1 projektu umowy na:

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w terminie **do .....** **tygodni od daty zawarcia umowy** ( ....).

### **Pytanie nr 4**

Dotyczy Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ – W związku z faktem, że w punkcie 1. Formularza ofertowego został ujęty przedmiot zamówienia nie występujący w przedmiotowym postępowaniu, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie informacji czy Wykonawca sam ma wpisać nazwę pakietu, którego dostawę oferuje (przekreślając tym samym aktualnie widniejący

przedmiot zamówienia) czy zostanie udostępniony przez Zamawiającego skorygowany formularz ofertowy.

**Odp: Zamawiający modyfikuje** Załącznik nr 1 do SWZ pkt. 1 na:

1. Oświadczamy, że oferujemy dostawę sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia raka płuca: zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ oraz Formularzem cenowym za: (...)

#### **Pytanie nr 5**

Dotyczy Pakietu nr 3

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które wymagają sprowadzenia zza granicy oraz na obecną światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgody na określenie terminu realizacji zamówienia dla pakietu nr 3 do 8 tygodni od daty zawarcia umowy?

**Odp: SWZ bz.**

#### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 3, w szczególności pokrywa do tacy drucianej i mata silikonowa, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?

**Odp: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, modyfikuje odpowiednio Załącznik nr 2.**

#### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia wady do 10 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy do 20 dni roboczych?

**Odp: Zamawiający modyfikuje projekt umowy odpowiednio na 5 dni roboczych i 15 dni roboczych.**

#### **Pytanie nr 8**

Prosimy o dokonanie modyfikacji postanowień przyszłej umowy w zakresie §5 ust. 20 na następujące brzmienie:

„Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 5 lat od daty...”

**Odp: Zamawiający modyfikuje projekt umowy odpowiednio na 5 lat od daty (...)**

#### **Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o takiej samej funkcjonalności?

**Odp: Zamawiający modyfikuje projekt umowy w § 6.1.2) odpowiednio na:**

„w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji lub rękojmi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia. Kary nie będą naliczane w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego przez okres nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu na usunięcie wady (awarii). Po upływie tego terminu kary będą naliczane w wysokości 0,30% ceny brutto umowy”

#### **Pytanie nr 10**

Prosimy o potwierdzenie, że udzielana gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika.

**Odp: SWZ bz. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy k.c.**

#### **Pytanie nr 11**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych zawartych w §6 ust. 1. ppkt. 1), 2), 3), 4), 6) i ust. 2. wzoru umowy, w taki sposób, aby kary były naliczane za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”.

Obecny zapis jest niezgodny ustawą p.z.p. z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019). W art. 433 ustawy p.z.p. został zamieszczony katalog klauzul niedozwolonych, których Zamawiający nie może wprowadzić do treści umowy o zamówienie publiczne. Jedną z takich klauzul jest określanie odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie.

**Odp: SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana tylko w przypadku, gdy przyczyna jej naliczania leżeć będzie po stronie wykonawcy.**

#### **Pytanie nr 12**

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający dokona modyfikacji postanowień wzoru przyszłej umowy w zakresie zapisów §6 ust. 1. ppkt. 1) na następujące treści:

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

w wysokości 0,5% ceny brutto wartości niedostarczonej części sprzętu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego.

**Odp: SWZ bz. „Miarkowanie” kar umownych należy do przepisów prawa sędziowskiego.**

#### **Pytanie nr 13**

(Dot. §6 ust. 4) wzoru umowy) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za opóźnienie w niewykonaniu planowanego przeglądu okresowego do 0,2% ceny brutto umowy dzień?

**Odp: SWZ bz. „Miarkowanie” kar umownych należy do przepisów prawa sędziowskiego.**

#### **Pytanie nr 14**

(Dot. §6 ust. 6) wzoru umowy) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za opóźnienie w niedostarczeniu dokumentów o których mowa w §4 ust. 2 lub Rozdz. V SWZ do 0,2% ceny brutto umowy dzień?

**Odp: SWZ bz. „Miarkowanie” kar umownych należy do przepisów prawa sędziowskiego.**

#### **Pytanie nr 15**

Pytanie dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 3 do SWZ) paragraf 5 „Odpowiedzialność za wady sprzętu” punkt 8

Ze względu na specyfikę technologii naprawy specjalistycznego sprzętu medycznego (np. niezbędny czas schnięcia klejów) i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych testów przy pomocy dedykowanych urządzeń diagnostycznych, oraz procesy logistyczne, prosimy o wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych, liczonych od dnia dotarcia sprzętu do serwisu, a w przypadku konieczności naprawy po za granicami kraju lub konieczności importu części, do 15 dni roboczych.

W przypadku naprawy powyżej 5 dni roboczych Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze na czas przebywania urządzenia w serwisie.

**Odp: patrz odpowiedź na pytanie nr 7**

#### **Pytanie nr 15**

Pytanie dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 3 do SWZ) paragraf 5 „Odpowiedzialność za wady sprzętu” punkt 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 letni termin od daty dostawy?

**Odp: patrz odpowiedź na pytanie nr 8**

#### **Pytanie nr 16**

Pytanie dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 3 do SWZ) paragraf 6 punkt 1 podpunkt 2)

Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas usunięcia wady (awarii), który zapewni ciągłość pracy pracowni Zamawiający zrezygnuje z naliczenia kar umownych?

**Odp: patrz odpowiedź na pytanie nr 9**

**Pytanie nr 17**

**Pytanie** dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 3 do SWZ) paragraf 6 punkt 1 podpunkt 6)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 0,5%?

**Odp: SWZ bz.**

**Pytanie nr 18**

**Pytanie 5** dotyczące zapisów umowy i swz – rozdział V pkt. 1 podpunkt 1)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 2 wyposażenia (np. gniazdo ramienia napędu minisond), które nie jest wyrobem medycznym w myśl obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności złożenia dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów typu Certyfikat CE, Deklaracja zgodności, Dokumenty Powiadomienia Urzędu?

Dla takiego przedmiotu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie

**Odp: patrz odpowiedź na pytanie nr 6**

**19 Zamawiający modyfikuje projekt umowy w § 3.2**

W załączeniu: zmodyfikowany projekt umowy, zmodyfikowane załączniki nr 1, nr 2 i nr 2 a.

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).**

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego postępowania, należy je uwzględnić przy składaniu oferty.**

Z upoważnienia

KOMENDANTA

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

SPZOZ we Wrocławiu

Piotr Strak