

DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

Pytanie:

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.1 Nożyczki o długości 140 mm, funkcjonalnie identyczne.

Lp. 3 Pinceta o szerokości 0,12 mm i długości 85 mm lub pinceta o szerokości 0,3 mm i długości 85 mm, funkcjonalnie identyczne.

Lp. 4 Mikropinceta typu Koshima o szerokości 0,1 mm, funkcjonalnie identyczna.

Lp. 5 Mikropinceta typu micro2000 o długości 120 mm lub pinceta micro2000 o długości 150 mm, funkcjonalnie identyczne

Lp. 7,8,9 Kleszczyki biopsyjne typu Schumacher-Van Doren o długości 275 mm, funkcjonalnie identyczne

Lp. 10 Kleszczyki biopsyjne o długości 220 mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowany asortyment.

Pytanie:

Prosimy także o wydłużenie terminu dostawy do 50 dni od daty zawarcia umowy. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach, z powodu wojny w Ukrainie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zrealizowanie przedmiotu zamówienia w terminie do 50 dni od daty zawarcia umowy.