

Wrocław, dnia 29.06.2023 r.

## Uczestnicy postępowania

**dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa łóżka regulowanego o zwiększonym udźwigu wraz z materacem przeciwodleżynowym – 14 szt. w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami”.***

**nr postępowania: PN 50/23**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w zakresie łóżka regulowanego o zwiększonym udźwigu wraz z materacem przeciwodleżynowym posiadającego:

Ad. 3 Możliwość przedłużania leża do min. 2470 mm

Ad. 4 Szerokość całkowita łóżka 1030mm

Ad. 6 Maksymalna waga pacjenta 185 kg

Ad.10 Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie min. 360 mm do 800 mm

Ad. 13 Regulacja elektryczna segmentem uda i podudzia

Ad. 14 System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców i nóg - łącznie 10 cm

Ad.16- elektryczna pozycja antyszokowa wypoziomowania wszystkich segmentów sterowana przy pomocy jednego przycisku oraz funkcja wykonania przechyłu Trendelenburga, sterowana przy pomocy oddzielnego przycisku;

- bez elektrycznej pozycji egzaminacyjnej, do badań- wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem, sterowanie przy pomocy jednego przycisku

- bez elektrycznej pozycji wspomagającej pacjenta przy siadaniu i wstawaniu z łóżka, która dobiera parametry wysokości leża oraz nachylenia oparcia pleców dogodne dla pacjenta- realizowana przy pomocy jednego przycisku

Ad. 17 Łóżko wyposażone w dzielone bariery boczne, zabezpieczające pacjenta na  $\frac{3}{4}$  długości leża. Bariery tworzywowe, składane, samoblokujące się, opuszczane pod leże.

Ad. 18 Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 60° bez wskaźnika kąta nachylenia ramy łóżka do 15°

Ad. 24 Czwarte koło kierunkowe.

Ad. 32 Materac składający się z 19 poliuretanowych komór powietrznych, w tym:- 3 komór statycznych w sekcji głowy - 16 komór zmiennociśnieniowych / statycznych

Ad. 33 Materac wykonany z materiałów: nylonu i poliuretanu

Ad. 34 Tryb zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniane są co druga, z możliwością regulacji długości cyklu 10 lub 20min

Ad. 36 Materac zapewniający nacisk na ciało leżącego pacjenta od 23mmHg +/- 5 mmHg u pacjentów o wadze 20 kg do 70 mmHg +/- 5mmHg u pacjentów o wadze 200 kg.

Ad. 38 Materac dostosowany do standardowego szpitalnego łóżka, o wymiarach (dł. x szer. x wys.):1911mm x 800 mm x 200mm

Ad. 39 Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe i szybkie usunięcie pojedynczych komór z zastrzeżeniem że wymiana komór ze względu na bezpieczeństwo pacjenta powinna odbyć się w momencie gdy pacjent nie przebywa na materacu.

Ad. 40 Dolny pokrowiec wyposażony 6 pasów do przymocowania materaca do ramy łóżka

Ad. 41 Materac wyposażony w oznaczoną funkcję CPR –potrójny zawór szybkiego spustu powietrza w formie czerwonej taśmy dla łatwej identyfikacji.

Ad. 43 Przewód powietrzny materaca „trzyżyłowy”, złącze zabezpieczające przed załamaniem przewodu, z pokrywą zabezpieczającą w trybie transportowym

Ad. 44 Materac wyposażony w odpinany pokrowiec z okapnikiem, nieprzepuszczający cieczy (wodoodporny), z tkaniny rozciągliwej we 4 kierunkach, spód materaca pokryty jest z nylonem powlekany poliuretanem z 6 pasami do mocowania materaca do łóżka, Materac niezawierający kauczuku naturalnego (lateksu).

Ad. 45 Pompa regulująca ciśnienie w materacu w zakresie od 23 do 70 mmHg w zależności o wagi pacjenta

Ad. 47 Wydajność pompy 6l/min przy ciśnieniu 20 mmHg oraz 3l/min przy ciśnieniu 50 mmHg

Ad. 52 Pompa wg klasyfikacji technicznej: Klasa II, IP21

## **Odpowiedź nr 1**

**Ad. 3 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 4 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 6 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad.10 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 13 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 14 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad.16 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 17 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 18 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 24 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 32 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 33 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 34 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 36 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 38 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 39 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 40 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 41 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 43 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 44 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 45 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 47 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.

**Ad. 52 – Odpowiedź:** Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający informuje, że badanie spełnienia warunków technicznych oferowanego sprzętu, zgodnie z ustawą PZP, dokonywane jest po otwarciu ofert, na etapie badania, nie zaś przed terminem składania ofert.