



SZP-EZP/13/2024

Złotów, dnia 29.01.2024 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem **3/ZP/2024**, którego przedmiotem jest: **„Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego – zamknięty system podciśnieniowego (próżniowego) pobierania krwi do badań”**. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ i udziela wyjaśnień w poniższy sposób:

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Pytanie nr 1

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie kary umownej do 10%.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 3

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie kary umownej do 10%

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 4

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 5

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie kary umownej do 5%.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 6

Dotyczy parametr oceniany 1: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu i oceni równoważnie, jeśli oferent zaofertuje próbówki z korkiem wciskany pozwalającym na wielokrotne otwieranie i zamykanie próbówki. Sposób otwierania i zamykania próbek nie ma wpływu na proces diagnostyczny pacjentów, a system zamknięty ma pozwalać na pobieranie materiału bez kontaktu z krwią pacjenta, jako materiałem potencjalnie zakaźnym. Obecnie dostępne na rynku analizatory diagnostyczne wyposażone są w igły pozwalające na swobodne przekłuwanie korków i pobieranie materiału do badań.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Uzasadnienie: próbówki z gwintem zapewniają większe bezpieczeństwo pracy personelu w porównaniu z próbkami bez gwintu - zapobiegają lub ograniczają nieprawidłowemu osadzeniu korka w próbówce, co zmniejsza znacznie ryzyko "odskoczenia". Ponadto zmniejsza się efekt aerozolowy przy konieczności otwarcia próbek.

Pytanie nr 7

Dotyczy parametr oceniany 1: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu i oceni równoważnie, jeśli oferent zaofertuje próbówki w opakowaniu po 100 szt. Wielkość opakowania 50 czy 100szt próbek w opakowaniu nie ma znaczenia dla terminu ważności oferowanych produktów. A punktowanie mniejszej wielkości opakowania nie ma uzasadnienia merytorycznego, a jedynie wpływa negatywnie na dla Zamawiającego na finalną ocenę ocen pod względem finansowym

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Uzasadnienie: opakowania po 50 szt. usprawniają logistykę i dystrybucję próbek w jednostkach szpitala w przypadku zapotrzebowania oddziałów na mniejszą ilość.

II. Modyfikacje treści SWZ:

W związku z nieudzieleniem wyjaśnień treści SWZ na wszystkie złożone wnioski Wykonawców w terminie wskazanym w art. 284 ust. 1 Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ w poniższy sposób:

1) W Rozdziale XVIII SWZ, pkt 1, który otrzymuje **nowe brzmienie:**

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia **29 lutego 2024 r.**

2) W Rozdziale XIX SWZ, pkt 1 i 3, który otrzymuje **nowe brzmienie:**

Pkt 1 - Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **31 stycznia 2024 r.** do godziny 09:00.

Pkt 3 - Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31 stycznia 2024 r.** o godzinie 09:05

III. Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i dokonane zmiany stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a tym samym Wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty.

IV. Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 5 i 7 ustawy Pzp udostępni informację o przedłużonym terminie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na stronie prowadzonego postępowania tj.: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/877721>

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/877721>)

2. a/a

Sporządziła: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl