



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA  
w GŁUCHOŁAZACH**  
im. św. Jana Pawła II  
48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40  
Tel. 77 43 91 614, 40 80 155; Fax 77 43 93 861  
e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl www.szpitalmsw-glucholazy.pl



NIP 755-16-33-549 REGON 531172135

DZP 2374/12/2022

Głucholazy, 03.08.2022r.

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

#### **Dotyczy postępowania: „Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i opakowań farmaceutycznych II”.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytania do SWZ: termin złożenia oferty**

Z uwagi na krótki termin od dnia ogłoszenia do dnia składania ofert oraz dużą ilość i różnorodność asortymentu zawartego w formularzu cenowym , a także trwający sezon urlopowy i związane z tym ograniczenia w możliwości uzyskania szybkiej odpowiedzi od producentów/ dystrybutorów zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 6 dni, tj. na 11.08.2022 r. Przesunięcie terminu złożenia ofert ułatwi Wykonawcom skompletowanie całego asortymentu wymaganego w SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pakiet 1, poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru o długości 20m, z przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do jednego opakowania w górę, tj. 12 szt., spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pakiet 1, poz. 27:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania oryginalnego papieru czy dopuszcza wycenę zamienników?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę zamienników spełniających wymagania SWZ.**

#### **Pakietu 1 poz. 28 i 29**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wycenę asortymentu w pozycji 28 i 29 z terminem ważności 12 miesięcy od daty sterylizacji tym bardziej, że Zamawiający w rozdziale II SWZ w punkcie 3 d) wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia o terminie ważności minimum 1 rok.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę asortymentu w/w z terminem ważności 12 miesięcy od daty sterylizacji.**

#### **Pakiet 1, poz. 70**

Z uzyskanych od importera informacji wynika, iż producent zakończył produkcję opisanego w poz. 70 asortymentu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej w związku z brakiem opisanego asortymentu prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie do wyceny zestawu do punkcji i ewakuacji płynów z jamy otrzewnowej lub opłucnej zawierającego w składzie: strzykawka pojemności 50-60ml, kranik trójdrożny, worek 2000ml z zaworem, trzy cienkościenne igły z krótkim szlifem w rozmiarze 14G, 16G, 18G o długości 50-80mm. Zestaw sterylny, podwójnie pakowany.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietu, pozostałe zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, poz. 72**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe= 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj, 17 opakowań?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pakiet 1, poz. 81**

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania oryginalnego papieru czy dopuszcza wycenę zamienników?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę zamienników spełniających wymagania SWZ.**

**Pakiet 6 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. 100 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 150 op.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pakiet 6 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. 50 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 300 op.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pakiet 6 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 6 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25g/m<sup>2</sup>? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia).**

**Pakiet 6 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu 5.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 6 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 10 opakowań.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytania do SWZ: termin złożenia oferty**

Z uwagi na krótki termin od dnia ogłoszenia do dnia składania ofert oraz dużą ilość i różnorodność asortymentu zawartego w formularzu cenowym zwracamy się z uprzejmą prośbą o **przesunięcie terminu składania ofert o 6 dni, tj. na 11.08.2022 r.** Przesunięcie terminu złożenia ofert ułatwi Wykonawcom skompletowanie całego asortymentu wymaganego w SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Dot. treści SWZ- rozdział II.3 lit. a i rozdział XIII.2 SWZ**

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 oraz działań wojennych na Ukrainie, które mogą mieć wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania w nawiązaniu do zapisów SWZ odnośnie terminu dostaw przedmiotu umowy zwracamy się z prośbą o dokonanie zmiany w kryterium termin dostawy częściowej w sposób następujący: **minimalny czas dostawy 72 godziny, a maksymalny czas dostawy nie może być dłuższy niż 120 godzin**

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Dot. treści SWZ- rozdział II.3 lit. g i wzór umowy §5 ust.4 lit. f**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisów z treści SWZ i wzoru umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Dot. treści SIWZ- rozdział II.3 lit. g i wzór umowy §5 ust.4 lit. f**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie zwracamy się z prośbą o modyfikację **rozdział II.3 lit. g i wzoru umowy §5 ust.4 lit. f** w sposób następujący:

*terminowego dostarczania zamówionych towarów; w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę towarów w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu danego towaru u innego podmiotu i obciążenia Wykonawcy różnicą między ceną zakupu u innego podmiotu a ceną wynikającą z umowy przetargowej - w takim przypadku Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towarów dostarczonych po terminie, powyższe nie dotyczy sytuacji objętej dyspozycją art.552 k.c., **Różnica ta nie może jednakże przekroczyć 10% wartości ceny przetargowej.***

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Dot. wzoru umowy §6 ust. 4 i 5**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §6 ust. 4 i 5 w sposób następujący:

*4. Jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca wymienia reklamowane towary na wolne od wad lub dostarcza braki ilościowe w ciągu **4 dni roboczych** od złożenia reklamacji.*

*5. W przypadku nie ustosunkowania się do reklamacji lub reklamacji powtarzających się bez poprawy jakości towarów lub w przypadku powtarzających się nieterminowych dostaw (w sumie powyżej **5 zgłoszeń**) Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.*

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Dot. wzoru umowy §8 ust. 1, 2**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §8 ust. 1,2 w sposób następujący:

*1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w przypadku nie dostarczenia towarów w terminie – w wysokości **1%** wartości towarów dostarczonych ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki,*

*b) za zwłokę w dostarczeniu towarów wolnych od wad w wysokości **1%** ich wartości za każdy dzień zwłoki,*

*c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w § 9 ust. 2 umowy w wysokości **5%** wartości niezrealizowanej umowy.*

*2. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 6 ust. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary w wysokości **5%** wartości niezrealizowanej umowy.*

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Dot. terminu składania oferty**

Z uwagi na krótki okres od terminu ogłoszenia do terminu zgłoszenia, trwający sezon urlopowy oraz duże zróżnicowanie asortymentu, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert min. o 5 dni.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, nastąpiła modyfikacja w tym zakresie.**

**Pakiet 1, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2100mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści elektrody do holtera w rozmiarze 55x41mm z przecięciem do połowy i dziurką na umocowanie przewodu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści wycenę golarek pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pakiet 1, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków pakowanych a'90 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pakiet 1, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści maskę ratowniczą bez filtra?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 25**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50mm x 30m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 27**

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego zapewniającego wysoka trwałość i jakość wydruku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę zamienników spełniających wymagania SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 28-29**

Czy Zamawiający dopuści plastikową pałeczkę w probówce o długości 150mm zapakowane w papier-foolia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 36-41**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niesilikonowane?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 43-46**

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem niesilikonowane?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 54**

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z przezroczystego, nietoksycznego PCV, niezawierającego lateksu?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pakiet 1, pozycja 55**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem z dwoma otworami do zawieszenia zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 59**

Czy Zamawiający dopuści żel nowej generacji przewodzący prąd elektryczny, przeznaczony głównie do wykonywania zapisu krzywej EKG. Ponadto dzięki dużej zdolności przewodzenia elektrycznego przeznaczony do wykonywania innych zabiegów medycznych oraz zabiegów fizykoterapeutycznych z użyciem prądu elektrycznego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 61-62**

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pakiet 1, pozycja 61-62**

Czy Zamawiający dopuści równoważne nakłuwacze:



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 62**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz z igłą 23G?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 66**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2,5l?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pakiet 1, pozycja 67**

Czy Zamawiający dopuści rękaw z fałdą 200x55x100?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękaw z fałdą 200mm x 55mm x 100m.**

**Pakiet 1, pozycja 70**

Czy Zamawiający dopuści system do drenażu opłucnej z workiem o pojemności 2000ml spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia).**

**Pakiet 1, pozycja 73**

Czy Zamawiający dopuści śliniak posiadający następująco ułożone warstwy: papier-papier-folia PE?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 75**

Czy Zamawiający dopuści:

Żel nowej generacji o właściwościach umożliwiających przewodzenie ultradźwięków, przeznaczony do wykonywania badań USG, KTG (kardiotokografii) oraz niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych z użyciem ultradźwięków. Pozwala na uzyskanie bardzo czytelnych, klarownych, pozbawionych artefaktów (zakłóceń) obrazów USG. Preparat jest przeznaczony do stosowania zewnętrznego. Charakterystyczne właściwości produktu umożliwia prawidłowy i niezbędny do wykonania badania kontakt głowicy USG ze skórą badanego i prawidłowe przewodnictwo ultradźwięków wykazuje wysoką odporność na wysychanie posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność żelu i niespływanie podczas badania posiada neutralny odczyn Ph wykazuje bierność chemiczną (brak oddziaływania ze skórą badanego i ubraniem) niska tłumienność preparatu dla fal ultradźwiękowych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 77**

Czy Zamawiający dopuści ustniki bez certyfikatu badań cytostatyczności?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 78**

Czy Zamawiający dopuści lusterko o średnicy 19mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 1, pozycja 80**

Czy Zamawiający dopuści opaskę na rękę do identyfikacji o szerokości 2,5cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pakiet 1, pozycja 81**

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego zapewniającego wysoka trwałość i jakość wydruku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę zamienników spełniających wymagania SWZ.**

**Pakiet 6**

**Pozycja 1, 6, 8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie standardowego beretu, pakowany w kartonik w formie dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pozycja 2, 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia).**

**Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia).**

**Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym L?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia).**

### Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z folii o grubości 0,03 mm (30 µm)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia).**

Pakiet 6, poz. 2-4

Czy zamawiający dopuści w pozycjach 2-4 fartuch niebieski, o gramaturze ok. 35 g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pakiet 6, poz. 5

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pakiet 1, poz. 15,17,19,48-51,

Czy zamawiający wydzieli poz. 15,17,19,48-51 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. Dotyczy Formularza Asortymentowo-Cenowego, Pakiet nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumn z ilością sztuk w opakowaniu i numerem katalogowym produktu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dla własnych potrzeb dodał kolumny.**

2. Dotyczy § 6 ust. 5 Wzoru Umowy Czy Zamawiający

wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z „ze skutkiem natychmiastowym” na „po uprzednim, pisemnym i bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ustosunkowania się do reklamacji/nieterminowej dostawy”.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 1, poz. 61, 62 i 65 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 61, 62 i 65 z pakietu 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

2. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pozycji 61 i 62 nakłuwaczy EASYLANCE?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 1**

**Poz. 9-10**

1. Prosimy o doprecyzowanie/potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny posiadać kolorystycznie oznaczone lejki łączące w zależności od rozmiaru oraz cyfrowe oznaczenie rozmiaru na samym cewniku i opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 33-35**

1. Prosimy o doprecyzowanie/potwierdzenie, iż oferowane rurki Guedela, to jednoelementowe rurki oznaczone zgodnie z wymogami swz - kolorystycznie, ale także numerycznie na samej rurce oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Poz. 36-41**

1. Prosimy o doprecyzowanie/potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne z mankietem, to rurki, posiadające ostatni czytnik głębokości w postaci jednego, szerokiego, pełnego oringu, spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 6 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 6 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 6 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w kolorze żółtym. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 6 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w kolorze niebieskim. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 6 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 26 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet 6 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków wykonanych z włókien naturalnych: 71% jedwab wiskozowy+ 29% polimerowa mieszanka wiążąca.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



Pakiet nr 6, poz.2

1. Czy Zamawiający dopuści fartuchy w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 6, poz. 4

1. Czy Zamawiający dopuści fartuchy w kolorze zielonym, gramatura min. 23 g/m kw.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego