



CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. JANA z DUKLI



ST. JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND

COZL/DZP/MBK/3411/PN- 4/22

Lublin, dnia 14.02.2022 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa sterylnych serwet, pościeli jednorazowej, pidżam i koszul pacjenta, fartuchów ochronnych i spodenek do kolonoskopii na potrzeby COZL.”

- I. Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Część nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii o gramaturze min. 25 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 2

Dotyczy Część nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę wiążaną na troki przy szyi i w pasie? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Dotyczy Część nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch, którego rękaw jest zakończony gumką? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 4

Dotyczy Część nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze tylko zielonym? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 5

Dotyczy Część 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszwę o wymiarach 200 x 160 cm i prześcieradło o wymiarach 210 x 160 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6

Dotyczy Część 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z jasnoniebieskiej, nieprzewidującej tkaniny typu SMS o gramaturze min. 28 g./m kw.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 7

Dotyczy Część 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę o wymiarach 140 cm (szerokość) na 110 cm (długość), wiązane w pasie i przy szyi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 8

Dotyczy Część 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny o gramaturze min. 23 g/m kw., dostępne w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 9

Dotyczy Część 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rękawem zakończonym gumką, dostępne w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 10

Dotyczy Część 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm składana w sposób zapewniający aseptyczną aplikację
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Serwety główne wykonane z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa (grubość folii 33µm) o gramaturze 75 g/m² w części podstawowej + łąta chłonna o gramaturze 80g/m². Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H₂O.
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.
Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µ) o gramaturze 60 g/m² w części podstawowej + łąta chłonna o gramaturze 80g/m².
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H₂O.
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 11

Dotyczy Część 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczoza 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 60 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – 165cm H₂O.

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki. Zestaw opakowaniu typu „folia-Tyvec”, posiadającym cztery samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę marki, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz

dyspenserem kartonowym. Na każdym opakowaniu informacja o sposobie sterylizacji. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 12

Dotyczy Część 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : Kieszeń na płyny 30 x 40cm, dwukomorowa z przylepną krawędzią, z 0,5-centymetrową zakładką foliową stanowiącą usztywnienie i pozwalającą na kształtowanie otworu. Rozmiar komór 15x30cm, 25x30cm. Spełnia wymogi normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13

dotyczy Część 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie :

Jałowa osłona na stolik Mayo jednorazowego użytku o wym. 79 x 145 cm wykonana: niebieska folia polietylenowa, piaskowana o grubości 60 µm i gramaturze 55g/m² + wzmocnienie chłonne 65cm x 85 cm- laminat dwuwarstwowy PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny o gramaturze 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m² składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki.

Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy. Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 14

Dotyczy Część 1 poz. 1

Czy Zamawiający w postępowaniu: W Części 1 – Sterylne zestawy serwet dopuści w Pozycji nr 1 zestaw w składzie:

1x osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm w kolorze zielonym

2x serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 90x75cm

4x ręcznik chłonny 18x25cm

1x taśma samoprzylepna 9x49cm

1x serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175cm

1x serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 240x150cm

1x serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 15

Dotyczy Część 1 poz. 2

Czy Zamawiający w postępowaniu: W Części 1 – Sterylne zestawy serwet dopuści w Pozycji nr 2 zestaw w składzie:

1x osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm (kolor zielony)

4x ręcznik chłonny 18x25

1x taśma samoprzylepna 9x49cm

1x taśmy samoprzylepne typu RZEP 2,5x30cm

1x serweta z taśmą lepną rozm. 75x75 cm

1x obłożenie chirurgiczna do zabiegów laparoskopowych brzu.-kroc. 250/175/270x260cm, zintegrowany ekran anestezyjologiczny i nogawice, samoprzylepny otwór typu FLEX 25x30 cm,

otwór w okolicach krocza 13x24 cm z zabezpieczeniem - zintegrowana serweta 38x64 cm, organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie

1x serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 16

Dotyczy Część 1 poz. 3

Czy Zamawiający w postępowaniu: W Części 1 – Sterylne zestawy serwet dopuści w Pozycji nr 3 kieszeń samoprzylepna dwukomorowa 40x35cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 17

Dotyczy Część 1 poz. 4

Czy Zamawiający w postępowaniu: W Części 1 – Sterylne zestawy serwet dopuści w Pozycji nr 4 dopuści wzmocnioną osłonę na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm, w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 18

Dotyczy Część 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu serwet uniwersalnych wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Skład zestawu:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo (niebieska) o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym,
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30 cm, bez wzmocnień
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m².
- Do zestawu dołączona osobno sterylna kieszka dwukomorowa o wymiarach 30 x 40 cm
Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw spełnia pozostałe wymagania.


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 19

Dotyczy Część 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu brzuszno-kroczonego z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.

Skład zestawu:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo (czerwona) o wymiarach 80 cm x 140 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym
 - 1 x serweta główna 180/270 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
 - 4 x ręcznik chłonny włókninowe o wymiarach 30 cm x 30 cm, bez wzmocnienia
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
 - 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m², rozmiar wzmocnienia 65 x 190 cm.
- Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 20

Dotyczy Część 1, pozycja 3, 4 – Czy Zamawiający dopuści opakowania z 4 szt etykiet samoprzylepnych do archiwizacji danych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Pytanie Nr 21

Dotyczy Część 1, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową z polietylenu o grubości 0,065mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 22

Dotyczy Część 1, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie na stolik Mayo wykonane z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 23

Dotyczy Część 3, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści pościel jednorazową, o nieznaczących różnicach w rozmiarze: poszwa: 160x 210cm i prześcieradło: 150 x 210cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 24

Dotyczy Część 3, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii o lepszej gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Pytanie Nr 25

Dotyczy Część 3, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 33g/m², związaną na troki w pasie i przy szyi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 26

Dotyczy Część 3, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści rozmiar XL, który jest tożsamy z rozmiarem uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 27

Dotyczy Część 3, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści piżamę w rozmiarze S-XXXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 28

Dotyczy Części 1, pozycji 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 1 pozycji 1 zestawu serwet jałowych uniwersalnych wzmocnionych o składzie i parametrach:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 200cm
- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm
- 1 x Serweta przylepna 150 x 240cm, wzmocniona
- 1 x Serweta przylepna 170 x 180cm, wzmocniona
- 2 x Serweta przylepna 75 x 90cm z organizatorami przewodów, wzmocniona
- 4 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm
- 4 x Taśma przylepna 10 x 25cm

- Zestaw wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny /zgodnie z normą EN 13795 -1 / o gramaturze 60 g/m²
- Jedną z warstw materiału stanowi folia PE
- Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.
- Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów /zgodnie z EN 811/ oraz odporność na rozerwanie w stanie mokrym /zgodnie z EN 13938-1/
- Na opakowaniu wyraźnie oznaczony jest kierunek otwierania , a na serwetach oznaczony kierunek rozkładania
- Wraz z pakowaną osobno kieszeni dwukomorową, przylepną na instrumenty medyczne, 40 x 70cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 29

Dotyczy Części 1, pozycji 2 :

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 1 pozycji 2 zestawu do operacji brzuszno – kroczywych o składzie :

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm, laminowana jednostronnie cieńszą, niebieską folią PE. Włóknina typu sms o wymiarze 190 x 100cm. Serweta stanowi owinięcie zestawu.
- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm . Włóknina typu sms w kolorze niebieskim o wymiarze 145 x 59cm.
- 1 x Serweta brzuszno-kroczykowa 230 X 260cm z nogawicami (osłonami na nogi) i dwoma otworami: górnym 25 x 30cm i dolnym 9 x 15cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowej włókniny o łącznej gramaturze 60g/m² i grubości 0,28mm. Absorbacja 250% masy własnej. Wokół górnego otworu znajduje się wzmocnienie o wymiarze 75 x 75cm i gramaturze 110g/m². Wzmocnienie posiada dwa organizatory przewodów po 3 otwory, każdy o średnicy 2cm. Górny otwór serwety znajduje się w odległości 17cm od krawędzi wzmocnienia oraz 20cm od górnej krawędzi serwety. Dolny otwór owalny wyposażony jest w włókninową klapkę 30 x 30cm zamykającą jego światło. Dolny otwór znajduje się w odległości 13cm od wycięcia osłon na nogi (nogawic). Wymiar osłon to 70 x 105cm. Wycięcie między osłonami ma szerokość 20cm.
- 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 30

Dotyczy Części 1, pozycji 3 :

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 1 poz. 3 kieszeni dwukomorowej, przylepnej na instrumenty medyczne, 40 x 70cm ?

Kieszon z przezroczystej folii polietylenowej, przeznaczona do przetrzymywania narzędzi podczas zabiegów chirurgicznych. Posiada warstwę klejoną umieszczoną na najdłuższym boku.

Cechy produktu:

- dwukomorowa
- sterylna
- jednorazowa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 31

Dotyczy Części 1, pozycji 4 :

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 1 poz. 4 serwety na stolik Mayo wzmocnionej jałowej czerwonej 80 x 145cm ?

Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm .Włóknina typu sms w kolorze niebieskim o wymiarze 147 x 59cm.

Wykonana z grubej folii PE w kolorze intensywnej czerwieni oraz niebieskiej włókniny typu Spunbond. Serweta sterylizowana za pomocą tlenku etylenu. Łączna waga serwety to 83 g/m² (±2g).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 32


Dotyczy Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65 g/m²
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 33


Dotyczy Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 przylepna kieszeń dwukomorowa 2 x 15 x 40 cm
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/240 x 280 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, otworem przylepnym 30 x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną i otoczonym padem chłonnym 50 x 55 cm oraz otworem przylepnym 12 x 15 cm otoczonym padem chłonnym z płachtą umożliwiającą zakrycie otworu. Dodatkowo 4 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.;



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.


Pytanie Nr 34

Dotyczy Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia chirurgiczne:

- Sterylna, jednorazowego użytku
- Wykonana z nieprzemakalnej folii PE (grubość 0,08 mm), wykończona taśmą samoprzylepną
- Opakowanie a'1szt. typu folia-papier
- Trzy naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

2x15cmx40cm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 35

Dotyczy Część 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę Mayo:

- Sterylna, jednorazowego użytku
- Osłona wykonana z folii polietylenowej
- Wzmocnienie włókninowe części roboczej (rozmiar 145cm x 59cm)
- Rozmiar 80cm x 145cm
- Składana teleskopowo, osłona z wywinięciem zewnętrznym przedniej części tworzącym mankiet.
- Opakowanie zewnętrzne folia-papier
- Trzy naklejki do dokumentacji medycznej z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 36

Dotyczy Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pościel w rozmiarach, poszwa na poduszki 70x80cm, poszwa 160x210cm, prześcieradło 160x210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 37

Dotyczy Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga spodenek do kolonoskopii wykonanych z włókniny polipropylenowej czy z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spodenek do kolonoskopii wykonanych z włókniny SMS.

Pytanie Nr 38

Dotyczy Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Pytanie Nr 39

Dotyczy Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści spodenki w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 40

Dotyczy Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści spodenki w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 41

Dotyczy Część 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koszule wyposażoną w troki przy szyi i w pasie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 42

Dotyczy Część 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści komplet wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 43

Dotyczy Część 3, pozycja 4

Czy Zamawiający wymaga, aby komplety posiadały bluzę wyposażoną w min. 3 kieszenie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Pytanie Nr 44

Dotyczy Część 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści komplet w rozmiarach od S do XXXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Pytanie Nr 45

Dotyczy Część 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 46

Dotyczy Część 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze tylko zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 47

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 48

Dotyczy Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze białym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 49

Dotyczy Część 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pościel w rozmiarze Skład kompletu:

poszewka 80 x 75 cm

poszwa 200 x 150 cm

prześcieradło 210 x 150 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 50

Dotyczy Część 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 51

Dotyczy Część 3, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli dla pacjenta wykonanej z materiału SMMS.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 52

Dotyczy Część 3, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli dla pacjenta wiązanej przy szyi i w pasie na troki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 53

Dotyczy Część 3, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego wykonanego z materiału SM MS spełniającego opis dla pidżama pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 54

Dotyczy Część 3, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w rozmiarze S-XXL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozm. S-XXXL.

Pytanie Nr 55

Dotyczy Część 3, pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha tylko w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 56

Dotyczy Część 3, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści pościel jednorazowa niesterylna, wykonana z włókniny niebieskiej o gramaturze ok 25g/m², poszwa na poduszki 70x80cm, poszwa 210x160, prześcieradło 200-210x150cm, ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 57

Dotyczy Część 3, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści komplety dla pacjenta (spodnie + bluza) wykonany z materiału SMS niebieskiego o gramaturze ok 35g/m². Bluza z krótkim rękawem, kieszeniami, wylamowanym dekoltem w literę U (półokrągły dekolte). Spodnie proste z trokami. Rozmiary co najmniej: S- XXXXL

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 58

Dotyczy Część 3, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści fartuch ochronny jednorazowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m², stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany w pasie i na szyi na troki, rękaw długi, zakończony elastycznym ściągaczem z mankietem, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pyłący, rozmiar uniwersalny, nie mniejszy niż standardowy rozmiar L, kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 59

Dotyczy Część 3, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Cwiński