

Centrum Polityki Zakupowej
Dział Procedur Zakupowych

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5750.291.1.79.2022.KD na dostawę wytrząsarki laboratoryjnej orbitalnej dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przesłane do przedmiotowego postępowania, Zamawiający działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z obciążeniem na platformie 8 kg?	Zamawiający nie dopuści.
2.	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę działającą w temperaturze + 5°C pow. Temperatury otoczenia do + 50°C?	Zamawiający wskazuje, że jest to zgodne z wymaganiami pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia, który określa minimalny wymagany zakres temperatury.
3.	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wymiarach (szer. x głęb. x wys.): 400 x 480 x 160 mm?	Zamawiający nie dopuści.
4.	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wadze 20 kg?	Zamawiający nie dopuści.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Paulina Jędrzejczyk

REFERENT ADMINISTRACYJNY
ds. zamówień publicznych

mgr Katarzyna Demkowiak

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Paulina Jędrzejczyk