

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

TAM-608/1-PN/87-2019

Rybnik, dnia 09.09.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup wyposażenia do realizacji inwestycji:

**„Zakup aparatury i sprzętu medycznego do realizacji procedur onkologicznych
w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”**

(zamówienie nr TAM-608-PN/87-2019)

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 14.08.2019 r., nr 2019/S 156-384745

**W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.**

Pytanie 1: „Dotyczy Specyfikacja Techniczna Załącznik 1.2, Część II, pozycja 2:

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w półkę szybkiego zamrażania -40°C,
przy temp. komory -35 °C przeznaczona na 8 podstawków z preparatami oraz
Dodatkowy system Peltier pozwalający na zmrożenie dwóch podstawków do - 50°C?”*

Odpowiedź 1: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 2: „Dotyczy Specyfikacja Techniczna Załącznik 1.2, Część II, pozycja 3:

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające oświetlenie stałe bez możliwości
regulacji kąta padania światła, zapewniające optymalne naświetlenie komory roboczej
kriostatu?”*

**Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu
i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się
zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.**

Pytanie 3: „Dotyczy Specyfikacja Techniczna Załącznik 1.2, Część II, pozycja 5:

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie sterowane przez panel sterowania wyposażony
w przyciski pokryte folią, chroniące przed zanieczyszczeniami. Opis funkcji przycisków
w postaci piktogramów. Aktualne parametry programów (temperatura wewnątrz komory,
temperatura głowicy, aktualny czas, czas rozmrażania,) czytelne, pokazane na
wyświetlaczach diodowych?”*

**Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu
i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się
zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.**

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pytanie 4: „Dotyczy Specyfikacja Techniczna Załącznik 1.2, Część II, pozycja 9:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ruchu pionowego głowicy: 59 mm ±0,5 mm?”

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 5: „Dotyczy Specyfikacja Techniczna Załącznik 1.2, Część II, pozycja 14:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez podłokietników natomiast zaprojektowane tak, aby osoba pracująca zachowywała prawidłową postawę w czasie cięcia na kriostacie?”

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu i modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 6: „Zamawiający w SIWZ w załączniku nr 1.3 – Warunkach gwarancji i serwisu w pozycji 11 wskazał, że wymaga: „Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min.: 10 lat.”

Zwracamy się z prośbą o zmianę wymogu dostępności części na minimum 7 lat. Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny ww. wyroby podlegają zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci z uwagi na szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie.”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Pytanie 7: „Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy. ”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 8: „*Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.*”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 9: „*Zamawiający w umowie zawarł zapis:*

„§ 9.

1. *Gwarancją zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz pokrycia roszczeń w ramach rękojmi jest zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie”*

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie ustalonego procentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% całkowitej ceny brutto wskazując, iż wymóg zabezpieczenia realizacji umowy na tak wysokim poziomie istotnie ogranicza konkurencję, mając na uwadze, iż oznacza konieczność poniesienia kosztów z tego tytułu ze środków własnych Wykonawcy gdyż jest ono wnoszone jeszcze przed zawarciem umowy. W tym miejscu należy wskazać, iż nawet wniesienie zabezpieczenia w gwarancji (bez względu na typ) oznacza, że Wykonawca musi zapewnić odpowiednią kwotę Gwarantowi tytułem zabezpieczenia sumy gwarancyjnej. Należy podkreślić, że zamówienia publiczne są adresowane do podmiotów zawodowo zajmujących się przedmiotem zamówienia (profesjonalistów), a zatem prawdopodobieństwo wadliwego wykonania umowy jest faktycznie niewielkie. Ponadto w ocenie Wykonawcy maksymalna wartość zabezpieczenia nie powinna dotyczyć postępowań o tak dużej wartości jak przedmiotowe postępowanie i powinna mając na uwadze zasady konkurencyjności obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu, a w szczególności zasady odpowiedzialności ustalone w umowie poprzez kary umowne i możliwość ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 10: „*Dotyczy wzoru umowy:*

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §5, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto”
Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 11: „W związku z obecnie (od 18.04.2019r) obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie adresu e-mail, na który Wykonawca może przysyłać fakturę w formie elektronicznej.”

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, szczegółowe zapisy dotyczące ww. kwestii zostaną doprecyzowane na etapie zawierania umowy z wykonawcą.

Pytanie 12: „Zamawiający w Załączniku nr 1.2 w specyfikacji technicznej pod tabelką zawarł zapis: „Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – **oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.**”
Czy w związku z ww. zapisem Zamawiający będzie wymagał na **potwierdzenie oferowanych parametrów** załączenia od Wykonawców na wezwanie kart katalogowych, sporządzonych na podstawie oryginalnych kart producenta?”

Odpowiedź 12: Zamawiający będzie wymagał przedłożenia dokumentów zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisanymi w punkcie IV.3.3.2.

Pytanie 13: „Zamawiający w Załączniku nr 1.2 w specyfikacji technicznej pod tabelką zawarł zapis: „Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – **oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.**”
Czy w związku z powyższym wymogiem Zamawiający oczekują że 4 kolumna ma zostać wypełniona konkretnymi parametrami oferowanego sprzętu, czy Wykonawcy mają tą

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

kolumnę uzupełnić tylko słowem „tak”, pomijając wiersz I pkt 1,2,3 – w którym należy podać producenta, typ/model oraz klasę wyrobu medycznego?”

Odpowiedź 13: Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi wg kolumny „Wymogi”. Jeśli wymogiem jest „podać” to należy podać to, co jest wymagane w kolumnie „Wymagane funkcje/parametry”, jeśli wymogiem jest „TAK” to wystarczające jest potwierdzenie słowem TAK wymaganej funkcji/parametru.

Pytanie 14: „Zgodnie ze wzorem umowy (paragraf 5) może dochodzić do sytuacji podwójnego ukarania wykonawcy:

- a) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5 - w wysokości 1 % wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
- b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu reklamacji określonej w § 3 umowy lub w przypadku opóźnienia w wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z gwarancji - w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 1 za każdy dzień,
- c) oraz równocześnie z tych samych powodów - w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 1

Wskazane regulacje stanowią o nieuprawnionej kumulacji kar umownych na etapie zapisów umownych za wystąpienie tych samych okoliczności, natomiast zgodnie z przepisami prawa i orzecznictwem, w którym przyjmuje się, że sytuacja taka jest niedopuszczalna (uchwała SN z dnia 16 stycznia 1984 roku, III CZP 70/83 oraz Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2011 r., I CSK 315/10) obciążenie dwukrotną karą umowną za tę samą okoliczność przejawiającą się w nienależyтым wykonaniu zobowiązania uznać należy za sprzeczne z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 353¹ w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC). Odpowiedzialność odszkodowawcza służyć ma wyrównaniu szkody a nie wzbogaceniu się uprawnionego. W Wyroku SN z dnia 28 stycznia 2011 roku, I CSK 315/10 wskazano: (...) nie jest możliwe kumulowanie kary umownej przewidzianej za nienależyte wykonanie zobowiązania, np. wykonanie ze zwłoką, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania.

Zwracamy się z wnioskiem, aby zapisy wzoru umowy zostały tak ukształtowane, aby nie doprowadzały do sytuacji podwójnego ukarania wykonawcy w danych okolicznościach.

Ponadto zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych tak aby nie były one zbyt wygórowane.”

Odpowiedź 14: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian do wzoru umowy.

UWAGA:

Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją załącznika nr 1.2 stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku**
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 17.09.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załącznik:

1. Specyfikacja techniczna – wzór załącznika nr 1.2. do specyfikacji - po modyfikacji.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001
