

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji

..... podpis: Andrzej Boryczko  
ZATWIERDZAM

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Jonizator antystatyczny**, urządzenie, które usuwa nadmiar jonów z naważki, elementów wagi oraz jej otoczenia.

### Parametry elektryczne:

Zasilanie 100-24 V AC 50/60 Hz

### Warunki środowiskowe:

Temperatura pracy 0-+40°C

Wilgotność względna powietrza 5% - 80%

Odległość od próbki ok. 5 - 50 mm

Źródła jonów - stal szlachetna

### Parametry fizyczne:

Wymiary ramki 175x70x172

Masa netto/brutto 1,3 kg/2,5 kg

SPECJALISTA  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
Beata SIELAWA

KIEROWNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
mł. asp. Marek LEWIŃSKI