



Grudziądz, dnia 27.11.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy implantów na Oddział Neurochirurgii na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/95/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy implantów na Oddział Neurochirurgii na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/95/PN/23)**, wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie 1:

Zadanie 1: Dostawa implantów cementowych do wertebroplastyki złamanych trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z zestawem do biopsji.

Czy Zmawiający dopuści:

1) Cement PMMA - czas zastygania cementu min 8 min

Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszczeniu- konsystencja plasteliny

Cement nieprzezierny dla promieni RTG

2) Zestaw sterylny jednorazowy-

Sterylny urządzenie mieszająco-podające z własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędów czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego podawania ze strzykawką z możliwością podania do 14 ml cementu.

Przewód o długości 40 cm giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem





promieniowania Rtg

3) igły z trokarem przeznaczane do podawania cementu kostnego min.

3 różne średnice, 2 długości

oraz 2 kształty ostrzy - stożkowe i jednostronnie ścięte

4) Igła do pobrania materiału histopatologicznego z trzonu kręgu.

Dostępna w rozmiarach 8g, 10g, 11g i 13g.

Zestaw posiadający współosiową igłę biopsyjną z

mandrynem i strzykawkę 3 cm³..Zestawy do biopsji kości

posiadający obrotowy uchwyt.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w SWZ.

Zapytanie 2:

Zadanie 1: Dostawa implantów cementowych do wertebroplastyki złamanych trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z zestawem do biopsji.

Czy Zamawiający wymaga :

Sterylnie urządzenie mieszająco-podające z własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego podawania ze strzykawką z możliwością podania do 14 ml cementu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w SWZ.

