



Słupsk, dnia 16.08.2023 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”- nr postępowania 79/PN/2023**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10, poz. 1 i 2 dopuści:  
\*do rurek intubacyjnych standardową **długość cewnika 540 mm**  
\* do rurek tracheostomijnych , **długość cewnika 30,5** – standardowa dla większości producentów?  
**Odp.: Nie.**
2. Czy Zamawiający wykreśli z Pakietu nr 10, poz. 2 z uwagi na bezpieczeństwo i zachowanie czystości układu zamkniętego?  
**Odp.: Nie.**

PIEROWNIK  
Dział Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak