



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
im. św. Jana Pawła II

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05
NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



✉ zoz@zozmswiakielce.pl

🌐 www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 27 września 2023 r.

Znak postępowania: **04/PN/2023**

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II”

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 135 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023, poz. 16505 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców w ramach wyżej wymienionego postępowania:

Pyt.1 Dot. Części 4, poz. 32-38

Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny, wchłaniający, jednowłóknowy, wykonany z polidoksanonu, okres podtrzymywania tkanki 75% po 2 tyg., 65-70% po 4 tyg., 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach, okres wchłaniania 180-210 dni?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza Szwu syntetycznego, wchłaniający, jednowłóknowy, wykonany z polidoksanonu, okres podtrzymywania tkanki 75% po 2 tyg., 65-70% po 4 tyg., 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach, okres wchłaniania 180-210 dni

Pyt.2 Dot. Części 4, poz. 39

Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny, wchłaniający, jednowłóknowy, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, okres podtrzymywania tkanki 70% po 1 tyg., 40% po 2 tyg., okres wchłaniania 90-120 dni?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza Szwu syntetycznego, wchłaniający, jednowłóknowy, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, okres podtrzymywania tkanki 70% po 1 tyg., 40% po 2 tyg., okres wchłaniania 90-120 dni

Pyt. 3 Dot. Części 4, poz. 27, 40, 62-68

Czy Zamawiający wykreśli w/w pozycje z pakietu?

Wyjaśnienie:

W obecnym stanie faktycznym wprowadzenie lub wyodrębnienie nowego zadania jak również wykreślenie w ramach wszczętej procedury do specyfikacji warunków zamówienia spowoduje niezgodność pomiędzy SWZ a opublikowanym ogłoszeniem o zamówieniu, będzie to stanowić nieprawidłowość w przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego skutkujące istotną zmianą (art. 137 ustawy pzp.), z uwagi na pilność zamówienia i brak podstaw do wykreślenia pozycji z części 4 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4 Dot. Części 4, poz. 40

Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny, pleciony, wchłaniający, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu powlekany okres podtrzymywania węzła 10-14dni, wchłonięcie do ok. 42 dni?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza Szwu syntetycznego, pleciony, wchłaniający, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu powlekany okres podtrzymywania węzła 10-14dni, wchłonięcie do ok. 42 dni

Pyt. 5 Dot. Części 4, poz. 60-61

04/PN/2023

Strona 1 z 4

Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny, niewchłaniający, pleciony, poliestrowy, powlekany silikonem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza Szwu syntetycznego, niewchłaniający, pleciony, poliestrowy, powlekany silikonem

Pyt. 6 Dot. pakietu(część) 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gąbkę żelatynową o wymiarach 8x5x0,1 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza gąbki żelatynowej o wymiarach 8x5x0,1 cm

Pyt. 7 Dot. pakietu(część) 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści gąbkę żelatynową o wymiarach 8x5x1 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza gąbki żelatynowej o wymiarach 8x5x1 cm

Pyt. 8 Dot. pakiet(część) nr 7 – wszystkie pozycje:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów o wskazanych właściwościach, których czas wchłaniania po implantacji do postaci namierzalnej wynosi 7-14 dni?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów o wskazanych właściwościach, których czas wchłaniania po implantacji do postaci namierzalnej wynosi 7-14 dni

Pyt.9 Dot. pakiet(część) nr 7 – wszystkie pozycje:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów o wskazanych właściwościach, których zawartość grupy karboksylowej mieści się w zakresie 18-24%?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów o wskazanych właściwościach, których zawartość grupy karboksylowej mieści się w zakresie 18-24%

Pyt.10 Dot. pakiet(część) nr 7 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w rozmiarze 2,6x5,1 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów w rozmiarze 2,6x5,1 cm.

Pyt. 11 Dot. Części 3 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy staplet liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, załadowany ładunkiem, wysokość zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), i/lub grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o długości linii szwu 65,1 mm. Stapler załadowany ładunkiem pakowany pojedynczo?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisem SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający.

Aby udowodnić, że zaproponowany produkt równoważny spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wykazania się szczególną starannością (KIO 637/16). To na Wykonawcy bowiem spoczywa ciężar udowodnienia spełnienia wszystkich wymaganych parametrów (KIO 709/15).

Wykonawca, który decyduje się na zastosowanie rozwiązania równoważnego, ma obowiązek wykazania równoważności już na etapie składania oferty, nie zaś na etapie późniejszym – podpisania umowy czy wykonywania zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 marca 2018 r. sygn. akt KIO 524/18).

Zamawiający nie dopuszcza jednorazowego staplet liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, załadowany ładunkiem, wysokość zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), i/lub grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o długości linii szwu 65,1 mm. Stapler załadowany ładunkiem pakowany pojedynczo.

Pyt. 12 Dot. Części 3 poz.2:

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, załadowany ładunkiem, wysokość zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), i/lub grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o długości lini szwu 85,1 mm. Stapler załadowany ładunkiem pakowany pojedynczo?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisem SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający.

Zamawiający nie dopuszcza jednorazowego stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, załadowany ładunkiem, wysokość zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), i/lub grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o długości lini szwu 85,1 mm. Stapler załadowany ładunkiem pakowany pojedynczo.

Pyt. 13 Dot. Części 3 poz.3:

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem, o wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), i/lub grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o długości lini szwu 65,1 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem) x 1 szt?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisem SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający.

Zamawiający nie dopuszcza ładunku do jednorazowego staplera liniowego z nożem, o wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), i/lub grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o długości lini szwu 65,1 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem) x 1 szt.

Pyt. 14 Dot. Części 3 poz.4:

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem, o wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), i/lub grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o długości lini szwu 85,1 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem) x 1 szt?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisem SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający.

Zamawiający nie dopuszcza ładunku do jednorazowego staplera liniowego z nożem, o wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), i/lub grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o długości lini szwu 85,1 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem) x 1 szt.

Pyt. 15 Dot. Części 3 poz.5:

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykająco tnący z prostą główką, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwi ośmiokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisem SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający.

Zamawiający nie dopuszcza jednorazowego staplera zamykającego tnący z prostą główką, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia ośmiokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej.

Pyt. 16 Dot. Części 3 poz.6:

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera z prostą główką o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki grubej?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisem SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający.

Zamawiający nie dopuszcza ładunku do staplera z prostą główką o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki grubej?

Pyt. 17 dot. część 7 pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści zawartość grupy karboksylowej 18-24%?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza zawartości grupy karboksylowej 18-24%.

Pyta. 18 Dot. część 7 pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści materiał z hemostazą osiąganą w ciągu 2 minut?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza materiału z hemostazą osiąganą w ciągu 2 minut.

Z-CA DYREKTORA
ds. Medycznych
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
im. św. Jana Pawła II

Andrzej Ozimirski

(podpis osoby upoważnionej)

Leś. Jolanta Michalina
Specjalista chirurgii ogólnej
2520159