



Grudziądz, dnia 20.02.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie kompletu dolnych osłon radiologicznych do stołu Magnus 1180 (znak sprawy: Z/2/PN/24).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *dostarczenie kompletu dolnych osłon radiologicznych do stołu Magnus 1180 (znak sprawy: Z/2/PN/24)*, wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:


Zapytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

1. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga osłony bezkolizyjnej? Osłona, która spełnia wszystkie opisane wymagania dotyczące między innymi wymiarów, wagi, ochronności nie jest osłoną bezkolizyjną – przedstawia ją poniższy schemat:



Natomiast osłona, która spełnia wymaganie bezkolizyjności i jest kompatybilna z ramieniem C musi posiadać panel ruchomy lewo i prawo kierunkowy, tak jak na poniższym schemacie:



Prosimy o określenie, której osłony wymaga Zamawiający?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ w powyższym zakresie jak poniżej.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostarczenie kompletu dolnych osłon radiologicznych do stołu Magnus 1180 (znak sprawy: Z/2/PN/24), w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 3 do SWZ zastępując nową treścią Załącznika nr 3 do SWZ jak w załączeniu.