

ZP/24/23

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami), dalej: „ustawa” pn. „Sukcesywna dostawa różnych wyrobów jednorazowego użytku oraz różnego drobnego sprzętu medycznego do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Pakiet 4- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody posiadającej ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H₂O (5-10 psi).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu.

2. Pakiet 4- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje wody sterylizowanej inną metodą niż tlenkiem etylenu, co ogranicza narażanie pacjentów na toksyczne działanie tej substancji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu ale nie jest to wymóg Zamawiającego.

3. Pakiet 4- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy na opakowaniu jednostkowym (pojedyncza butelka) mają się znajdować oryginalnie nadrukowane napisy w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu ale nie jest to wymóg Zamawiającego.

4. Pakiet 12 pozycja 1- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej Janet 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawki 100ml Janet z łącznikiem, w pozostałym zakresie Zamawiający nie stawia wymogów w odniesieniu do asortymentu.

5. Pakiet 12 pozycja 1- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej Janet 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w pytaniu.

6. Pakiet 12 pozycja 2,4 -Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby strzykawki do pomp były wymienione w instrukcji użycia pomp/menu pomp strzykawkowych będących na wyposażeniu i w eksploatacji szpitala, co zapewnia bezawaryjną podaż leku bez ryzyka błędu infuzji.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w pytaniu.

7. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie pompy strzykawkowe są na wyposażeniu i w eksploatacji szpitala.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z 7 kwietnia 2022 (Dz.U. 2022 poz. 974) „Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania wyrobu”. Wobec powyższego, użytkownik ma prawny obowiązek ścisłego przestrzegania wskazań i zaleceń producenta wynikających z instrukcji obsługi pomp infuzyjnych będących na jego stanie, tj. obowiązek stosowania do pompy infuzyjnej tylko takich strzykawek jakie producent pompy wskazał instrukcji obsługi i jakie są rozpoznawalne przez wymienione pompy i wyświetlane w ich menu.

Odpowiedź: Na wyposażeniu szpitala są pompy infuzyjne Agilia - Fresenius Kabi.

8. Pakiet 12 poz. 10 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi TS z komorą wolną od PCV

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w pytaniu.

9. Pakiet 12 poz. 10 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi TS zaciskaczem rolkowym z miejscem na podwieszenie drenu i dodatkowym otworem/pochewką na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w pytaniu.

10. Pakiet 12 pozycja 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych IS firmy Margomed o poniższych parametrach:

- Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,,opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne, opakowanie 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu.

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące z chwilą publikacji.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu