

DZP.271.7.2023-2

Bielsko-Biała, dnia 26.01.2023r.

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych i innych materiałów przeznaczonych do zabiegów chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: DZP.271.7.2023)*

*Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ o treści :*

**1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9:**

Taśmę urologiczną do wysiłkowego nietrzymania moczu niewchłaniającą, sterylną wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, w plastikowej osłonce, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, wielkości porów śr. 0,98 mm, max. 2,31 mm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), przeznaczona do implantacji metodą TOT i TVT przy użyciu narzędzi wielorazowych?

**Uzasadnienie**

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź:**

**Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ.**

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  
mgr Barbara Frymorgen