



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.041.2020

EZ/548/21

Wrocław, dnia 10.05.2021

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych do neurochirurgii (EZ/930/517/20).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

1. „Pytanie 8 dot. Zad. 18.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnego systemu zacisków o specyfikacji: zaciski do mocowania płytów kostnych czaszki – stop tytanu, o średnicach: małe 11mm i duże 16mm, niskoprofilowe, współpracujące z dynamometrycznym aplikatorem?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

2. „Pytanie 9 dot. Zad. 18.1

Prosimy o doprecyzowanie czy zaciski powinny posiadać karbowany trzpień zakończony tulejką, uniemożliwiający samoczynne zsuwanie się górnego talerzyka?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

3. „Zadanie 11

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości składający się z: 75% hydroksyapatyt i 25% fosforan trójwapniowy, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, porowatość granulatu 80-90%, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie od 6 do 24 miesięcy, granule 3-4mm, 5g (g adekwatnie do cm3)?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
mgr Tomasz Dymyt

Sporadziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Zofia Dombrowska



DOLNY
ŚLĄSK

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl