

Nasz znak: 5/zp/2022

## Odpowiedź nr 7

**Na zapytanie do siwz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.  
„Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie”  
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00034437/01  
z dnia 2022-01-25**

W dniu 04.02.2022 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

### **Pakiet 1:**

Poz.12,3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np. z:

- błoną śluzową jamy ustnej,
- błoną śluzową oka,
- błoną śluzową jamy nosowej
- przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, oka, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego. W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach.

Poz.1 i 2: Wyroby inwazyjne są wyrobami sklasyfikowanymi w kl. II a reg.7. Czy Zamawiający wprowadzając zapis:” przeznaczony do celów inwazyjnych” wymaga wyrobów w klasie II a reg.7?

Poz.9: Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozm. 7cmx7cm?

Poz.10: Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozm. 9cmx9cm?

Poz.9-10: Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'2 szt., po 25 blisterków a'2 szt. w kartoniku? Z przeliczeniem zamawianych ilości?

Poz.11: Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową?

Poz.17: Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną w rozmiarze 6cm x 4m?

Poz.20: Czy Zamawiający dopuści gaziki jałowe do dezynfekcji skóry 6 x 6 cm, nasączone 70 % alkoholem?

Poz.20: Czy Zamawiający wyłączy daną pozycję do osobnego pakietu?

### **Pakiet 2:**

Poz.1,2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opakowania a'2 szt. z przeliczeniem zaoferowanych ilości opakowań?

Poz.3,4,80: Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy opisując ilość mb miał na myśli siatkę opatrunkową w stanie swobodnym czy rozciągniętym?

Poz. 6,7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów podgipsowych pakowanych a12 szt. w opakowaniu?

### **Pakiet 5:**

Czy w razie wątpliwości podczas oceny ofert Zamawiający będzie wymagał dostarczenia na wezwanie próbek zaoferowanych wyrobów?

**Pak.5** Poz. 1,2,3: Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga zaoferowania pieluchomajtek, które posiadają wewnętrzne osłonki skierowane na zewnątrz? Takie rozwiązanie zabezpiecza przed wyciekami zawartości pieluchomajtki na zewnątrz.

### **Pakiet 11:**

Poz. 1,2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania siatek pakowanych na płasko, bez składania powodującego trwale zagięcie na powierzchni, które może utrudnić właściwą implantację?

## Odpowiedzi Zamawiającego:

### **Pakiet 1**

Poz.12,3 TAK

Poz. 1i2 TAK

Poz.9,10 TAK

Poz.9-10 TAK, jeśli w blisterze każdy kompres pakowany jest osobno.

Poz.11, 17, 20 TAK

Poz.20 Zamawiający nie wyłączy tej poz. do osobnego pakietu.

### **Pakiet 2**

Poz.1,2 TAK

Poz.3,4,8 w stanie swobodnym.

Poz. 6,7 TAK

**Pakiet 5 TAK**

**Pakiet 5** Poz. 1,2,3 Nie jest to wymóg konieczny, ale wskazany.

**Pakiet 11**

Poz.1,2 Nie jest to wymóg konieczny.

PREZES ZARZĄDU

Iwona Andrzejczyk Szawerdo

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_debno](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno) → Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Dębnie

Anna Smagło  
mgr farmacji