

**ZAMAWIAJĄCY**

Karczew, dnia 16 września 2021

Samodzielny Publiczny  
Zespół Zakładów Lecznictwa  
Otwartego w Karczewie

ul. Otwocka 28  
05-480 Karczew

Do Wykonawców

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Sprzedaż, dostawa montaż i uruchomienia ogólnodiagnostycznego aparatu USG klasy premium dla potrzeb pracowni USG SPZZLO w Karczewie”**

**Znak sprawy DZP.7/2021**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „ustawą PZP” udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”.

**Pytanie nr 1 do pkt. 85 – 91 załącznik 5 do SWZ**

Jako że głowica liniowa wysokiej częstotliwości jest jednym z elementów zamówienia opcjonalnego, rozumiemy że głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa opisana w punktach od 85 do 91 nie wchodzi w skład zamówienia podstawowego i parametry opisane w tych punktach dotyczą głowicy opcjonalnej.

**Odpowiedź:** Tak, głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa opisana w punktach od 85 do 91 nie wchodzi w skład zamówienia podstawowego i parametry opisane w tych punktach dotyczą głowicy opcjonalnej.

**Pytanie nr 2 do pkt. 111 załącznik 5 do SWZ**

Prosimy o potwierdzenie że w głowicy opisanej w punkcie 111 Zamawiający miał na myśli możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 0, 5 i 15 stopni.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający miał na myśli możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 0, 5 i 15 stopni. Jest to omyłka edytorska. Poprawny zapis powinien brzmieć „...Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 0<sup>o</sup>, 5<sup>o</sup>, 15<sup>o</sup>...”

*Z upoważnieniem Dyrektora SPZZLO  
Olimpia Jobda*