



https://platformazakupowa.pl/pum_edu

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

ZMIANA SWZ nr 1

w zakresie części 1 zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, pn.: „Dostawa urządzeń chłodniczych laboratoryjnych na potrzeby Uniwersyteckiej Wytwórni Farmaceutycznej PUM w Szczecinie”, sygn. DZP-240/05/TP2/2024.

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść zapytań o wyjaśnienie SWZ wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z pytaniem dotyczącym części 1 (chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna):
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z częścią mroźniczą o zakresie temperatury:
od -20stC do -30stC??

Odpowiedź:

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy i wyraża zgodę na zmianę zakresu temperatury mrożenia zaoferowanego urządzenia.

W związku z powyższym Zamawiający, dokonuje stosownej zmiany w załączniku nr 2 do SWZ - „Projektowane postanowienia umowy”.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści SWZ, w następującym zakresie:

- 1) w załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia dla części 1”,
- 2) w załącznik do formularza ofertowego „Specyfikacja oferowanego urządzenia dla części 1” jak poniżej:
 - w tabeli w pkt 8 treść: „zakres nastawy temperatury mrożenia: -20°C do -32°C”.
zastępuje się treścią:
„Zakres nastawy temperatury mrożenia: od -20°C do -30°C.”

Zamawiający w tym zakresie odpowiednio zmodyfikował załącznik nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia dla części 1”, oraz załącznik do formularza ofertowego – „Specyfikacja oferowanego urządzenia dla części 1”

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmienione w powyższym zakresie załączniki.

W imieniu Zamawiającego

