

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 31.03.2022 r.

Wysokie Mazowieckie dn. 31.03.2022 r.

### **Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia Publicznego**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Zakup odczynników laboratoryjnych i mikrobiologicznych.**

Oznaczenie sprawy: **7/2022**

#### **Zapytanie nr 1 dot. Załącznika nr 1, PAKIET NR 15: Krażki antybiogramowe, diagnostyczne, szybkie testy aglutynacyjne i barwniki. CZĘŚĆ A: Krażki antybiogramowe. WYMAGANIA DO KRAŻKÓW ANTYBIOGRAMOWYCH poz. 1- 51.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków z antybiotykami pakowanych po 4 fiołki, które są umieszczone w plastikowej hermetycznej tubie wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Taki sposób pakowania eliminuje konieczność posiadania przez Zamawiającego dodatkowych pojemników koniecznych do przechowywania rozpakowanych z blistrów fiołek i pozwala na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci a tym samym umożliwia przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta. Dodatkowo każda fiołka posiada zabezpieczenie w postaci kapturka chroniącego przed wilgocią i zanieczyszczeniem.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 2 dot. Załącznika nr 1, PAKIET NR 15: Krażki antybiogramowe, diagnostyczne, szybkie testy aglutynacyjne i barwniki. CZĘŚĆ A: Krażki antybiogramowe. WYMAGANIA DO KRAŻKÓW ANTYBIOGRAMOWYCH poz. 1- 51.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków z antybiotykami, które posiadają średnicę około 6 mm (6,35 – 6,5 mm). Wymiar średnicy przeliczany jest z pozaukładowej jednostki miary długości zwanej całem międzynarodowym, przez większość producentów krążków z antybiotykami?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zapytanie nr 3 dot. Załącznika nr 1, PAKIET NR 15: Krażki antybiogramowe, diagnostyczne, szybkie testy aglutynacyjne i barwniki. CZĘŚĆ A: Krażki antybiogramowe. WYMAGANIA DO KRAŻKÓW ANTYBIOGRAMOWYCH poz. 1- 51.**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane krążki z antybiotykami miały jednakową temperaturę przechowywania 2 – 8 stopni Celsjusza niezależnie od grupy antybiotyków ?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

#### **Zapytanie nr 4 dot. Załącznika nr 1, PAKIET NR 15: Krażki antybiogramowe, diagnostyczne, szybkie testy aglutynacyjne i barwniki. CZĘŚĆ B: Krażki diagnostyczne, szybkie testy aglutynacyjne i barwniki, Pozycja nr 20.**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania immunologicznego testu kasetkowego, gdzie na jednej kasetce można wykonać diagnostykę wykrywania karabpenemaz KPC, OXA, VIM, IMP, NDM i który posiada następującą specyficzność analityczną:

Typ NDM : NDM -1 - 4 - 5 - 6 - 7 – 9,

Typ KPC : KPC - 2 – 3,

Typ IMP : IMP - 1 - 8 – 11,

Typ VIM : VIM - 1 - 2 - 4 - 19

Typ OXA : OXA - 48 - 162 - 181 - 204 - 232 - 244 - 517 - 519 – 535,

w 100% potwierdzoną metodami PCR ?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Kierownik Zamawiającego  
Bożena Grotowicz**