

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie

ul. Szpitalna 28

77-400 Złotów

II. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie testów specjalistycznych aparatów rtg, które są wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Aparaty podlegające w/w testom:

1. RTG RADIUS z ramieniem C S9
2. RTG BASIC 100-30 przewoźny przy OIT
3. RTG BASIC 100-30 przewoźny przy SOR
4. TK Siemens Somatom Scope Power
5. Monitory opisowe Eizo DCS 1913 (stacja opisowa TK)

III. Termin składania ofert i realizacji:

1. Termin składania ofert: **do dnia 9 grudnia 2020r. do godz. 12.00**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Termin realizacji: **do 17 grudnia 2020r.**

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - a) posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,
 - b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
 - c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

V. Istotne postanowienia zamówienia:

Wymagania dodatkowe:

Realizacja czynności w siedzibie zamawiającego.

VI. Płatność za przedmiot zamówienia:

1. Jednorazowo po wykonaniu dostawy wraz z montażem oraz po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Faktur jak i wykonanie powyższej dostawy wra z montażem musi być potwierdzone przez zamawiającego.
2. Termin płatności do 21 dni, przelew.
3. Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.

VII. Kryterium oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta e-mailem bądź telefonicznie.

Zamawiający zastrzega sobie zakończenie postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny!

IX. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela: inż. Marcelina Drab pod numerem telefonu 67 263 2233 wew. 420 lub kom. 573 001 760