



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat
Centrala
Fax
e-mail:
67 210 62 05
67 210 66 66
67 212 40 85
kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 23.07.2024 roku

FZP.III-241/62/24

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**ODCZYNNIKI LABORATORYJNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW**”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Umowa będzie podpisywana w formie papierowej

Pytanie nr 2.

Dotyczy Umowy dzierżawy, § 2 ust. 1: Prosimy o ujednoczenie zapisu, zgodnie z § 1 ust. 4 Załącznika nr 4 do SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Pytanie nr 3.

Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ – zadanie 1, Załącznik nr 2 do SWZ – zadanie 1

Prosimy o zmianę zapisu w przypadku dojazdu serwisu na „do 48 godzin roboczych od daty powiadomienia”.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia dany zapis poprzez dodanie słowa: „roboczych”

Pytanie nr 4.

Dotyczy Rozdziału 8, pkt. 1). 4. c);

Zamawiający wymaga opisu techniczno – eksploatacyjnego aparatów, ulotek dot. pasków testowych.

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, uwiarygodniające podane informacje techniczne (katalogi, opisy, foldery itp.), na podstawie, których zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, itp.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wszelkich materiałów informacyjnych w celu zidentyfikowania pozostałych zaoferowanych produktów, potwierdzających wymagania Zamawiającego (m.in. odczynniki, materiały zużywalne)

Pytanie nr 5.

Dotyczy Zał. nr 2 – Zadanie nr 1, Tabela 2:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w podaniu ilości badań (75 000) w nagłówku tabeli nr 2. Z ilości wyszczególnionych badań w tabeli nr 2 wynika, że jest ich 77 000 na zintegrowanym systemie do analizy moczu i 300 na aparacie typu back-up.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 6.

Dotyczy Zał. nr 2 – Zadanie nr 1, tabela 2:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oprócz 77 000 badań ogólnej analizy moczu zamierza wykonać tożsamą ilość (77 000) oznaczeń elementów upostaciowanych moczu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 7.

Dotyczy SWZ, Zał. 4 do SWZ, Projekt umowy, §6 ust. 4 w związku z §5 ust. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość dosyłania faktury papierowej po dostawie towaru lub w formie elektronicznej na e-mail w formacie pliku pdf? Wykonawca motywuje prośbę powodami technicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia faktury VAT wraz z dostawą danej partii towaru.

Pytanie nr 8.

Dotyczy SWZ, Zał. 4 do SWZ, Projekt umowy, §7:

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych i informowania o potencjalnych zagrożeniach, w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy? Jeśli tak to prosimy o podanie adresu e-mail.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (zdl@szpital.pila.pl)

Pytanie nr 9.

Dotyczy Umowy dzierżawy, §2 ust. 2: Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10.

Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ – zadanie 1, Ogólne warunki przetargu, pkt 4 ppkt a):

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem:”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie zmienia zapisów SWZ.