

Tarnów, dnia 05.11.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.90 .AH.<sup>3956</sup>..... /20

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów endoskopowych dla CPE Nr sprawy: 90/2020**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.11.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1**

**Zakres nr 8, poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści ustnik gastrokopowy z otworem o wymiarach 21 x26,5 mm?

**Odpowiedź:**

Tak Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:  
1/ Adresat  
2/ A/a

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

*Anna Czech*

*f.*