



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl
email: sekretariat@zzozwadowice.pl
Klauzule RODO: <https://zzozwadowice.pl/rodo>

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa videogastroskopu TN 802/1851 w pracowni Endoskopii w ZZOZ w Wadowicach.

Termin realizacji max 5 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował oryginalne części zamienne.

Videogastroskop typ EG-760 R, sn: 5G402K090 (TN 802/1851)

Uszkodzony kanał biopsyjny, soczewka mikrokamery oraz pancierz zasilający.

Do wymiany:

- mikrokamera
- kanał biopsyjny
- pierścień
- osłona obiektywu
- dysza
- pancierz węża zasilającego
- osłona gumowa
- inne drobne części

Przeгляд techniczny