

Konin, 26.05.2021 r.

WSZ-EP-7/ 413/2021**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa implantów do zaopatrzenia złamań i urazów narządu ruchu oraz cementu kostnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”, nr sprawy WSZ-EP-7/2021

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 4

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 1** dopuści możliwość zaferowania śrubopłytki o długości od 48 do 176 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 2:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 1** dopuści możliwość zaferowania śrubopłytki o szerokości 19 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 3:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 1** dopuści możliwość zaferowania śruby zespalającej o długości gwintu 22 mm lub 27 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 4:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o długości 32 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 5:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 1A** dopuści możliwość zaoferowania płytki stabilizującej krętarz o szerokości 19 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 6:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 1A** dopuści możliwość zaoferowania płytki stabilizującej krętarz o długości 138-147 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 7:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 2-11 i 13** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 8:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej od 3 do 8 otworów w części trzonowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 9:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytek o grubości od 2,5 do 3,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 10:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytek o długości od 60 do 145 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 11:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytek o szerokości 10-12 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 12:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 3-14 otworów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 13:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części nasadowej 3 otwory?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 14:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 59-201 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 15:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania płytki z otworami pod wkręty korowe blokowana o średnicy 3,5; 2,7 i 2,4 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 16:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 3 do 14 otworów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 17:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części nasadowej 5 otworów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 18:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 65-208 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 19:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 4 do 14 otworów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 20:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 122-302 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 21:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 6 do 16 otworów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 22:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części nasadowej 3 otwory?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 23:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 118-298 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 24:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych o średnicy 5,0 mm oraz wkrętów korowych o średnic 4,5 mm zamiast opisanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 25:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 106-178 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 26:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania płytki o ilości otworów 4-8?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 27:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów stabilnych kątowo o średnicy 3,5 mm z łbem wielkości 4,9 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 28:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania płytki o ilości otworów 4-16?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 29:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 81-237 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 30:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 10** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 4 do 14 otworów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 31:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 10** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części nasadowej 9 otworów w tym jeden otwór do stabilizacji kostki przyśrodkowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 32:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 10** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 2 otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 33:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 10** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 117-252 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 34:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 11** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 86-177mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 35:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 13** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części nasadowej 4 otwory?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 36:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 13** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 5-9 otworów w tym jeden podłużny kompresyjny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 37:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 13** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 80-131mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 38:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 13** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej otwory pod śruby 3,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 39:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 14** dopuści możliwość zaoferowania podkładek pod śruby w rozmiarach 3,7x10mm; 4,7x10 mm oraz 6,7x13 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 40:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 15** dopuści możliwość zaoferowania śruby kaniulowanej o długości gwintu od 4 mm do 16 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 41:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 16** dopuści możliwość zaoferowania śruby kaniulowanej o długości od 20 mm do 50 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 42:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 16** dopuści możliwość zaoferowania śruby kaniulowanej o długości od 7 mm do 17 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 43:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 17** dopuści możliwość zaoferowania śruby kaniulowanej o 6,5 mm zamiast 7,0 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 44:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 17** dopuści możliwość zaoferowania śruby kaniulowanej o długości części gwintowanej 16 mm i 32 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 45:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 18** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia posiadającego 4 otwory?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 46:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 18** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia blokowanego wkrętami o średnicy 5,0 i 5,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 47:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 19** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia z możliwością blokowania proksymalnego śrubą doszyjkową o średnicy 11 mm i długości 70-125 mm oraz dodatkowo wkrętem dorotacyjnym trzonowym o średnicy 6,5 mm i długości 65-125mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 48:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 19** dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej, długość 14 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Treść pytania nr 49:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 19** dopuści możliwość wkrętu nastawczego, długość 21 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 50:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 19** dopuści możliwość wkrętów blokujących z gniazdem sześciokątnym o średnicy 4,5 mm, w długościach 26 do 100 mm ze skokiem co 2 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 51:

Czy Zamawiający w **Pakiecie 4 poz. 19** dopuści możliwość gwoźdźcia bez możliwości podłożenia pod śrubę doszyjkową płytki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.