

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 20.07.2023 r.

Wysokie Mazowieckie, 20.07.2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup leków**

Oznaczenie sprawy: **15/2023**

Zapytanie nr 1 – dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet nr 6 poz. 3, 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 wyraża zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji 3-4? Tym sposobem Zamawiający umożliwi przedstawienie oferty innym oferentom, którzy posiadają w swojej ofercie Acidum gadotericum 0,5mmol/ml. Zamawiający, dopuszczając drugiego oferenta, uzyska najlepsze z możliwych zaspokojenie potrzeb swoich i swoich pacjentów w stosunku do ponoszonych na nie nakładów. Udział więcej niż jednego podmiotu pozwoli bowiem na uzyskanie konkurencyjnych cen

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 2 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie nr 6 poz. 4 na acidum gadotericum w opakowaniach po 60ml x 1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 3 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet nr 14 poz. 3

Czy w Pakiecie nr 14 poz. 3 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicaprylyl Ether, Dicaprylyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcrystallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 4 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet nr 52 poz. 217

Zamawiający określa w Pakiecie nr 52 poz. 217 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych konkretnego producenta (ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści

zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym oksydaza glukozy GOD, zakres pomiarowy 20-600mg/dl, hematokryt 10-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 5 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet nr 52 poz. 217

Czy Zamawiający, postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99, ust. 4-6) dopuści w Pakiecie nr 52 poz. 217 zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem nieodpłatnych kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej i żyłnej, zakres pomiaru 20-600mg/dl, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 6 - dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Pakiet nr 52 poz. 249

Czy w Pakiecie nr 52 poz. 249 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego 250 mg drożdżaków *Saccharomyces boulardii* / kaps.?. Zawartość *Saccharomyces boulardii* w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, zachowując wymóg, aby zaoferowany produkt zarejestrowany był jako lek.

**Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz**