



Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Ul. KAROWA 2,00-315 WARSZAWA

L.dz. SK/715z/DPUB/05/2021

Warszawa, dnia 24.09.2021 r.

SPROSTOWANIE
do pisma Wyjaśnienia i Modyfikacja SWZ

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę mammografu” nr 06/09/21 opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.09.2021 r pod nr 2021/S 178-463141.

W związku z dostrzeżeniem omyłki pisarskiej w piśmie SK/707z/DPUB/05/2021 z dnia 24.09.2021 r w zakresie udzielonej odpowiedzi na pytanie 9, Zamawiający przekazuje w załączeniu prawidłową odpowiedź.

Pytanie nr 9

Dotyczy Załącznik nr 1a do SWZ, punkt 108

Prosimy o potwierdzenie, że dedykowane oprogramowanie do kontroli jakości ma posiadać ważną licencję nie krótszą niż zaoferowany okres gwarancji mammografu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż dedykowane oprogramowanie do kontroli jakości ma posiadać ważną licencję nie krótszą niż zaoferowany okres gwarancji mammografu.

ZATWIERDZIŁ
DYREKTOR SZPITALA
mgr Ewa Piotrowska