

Katowice, dn. 31.08.2019 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU III.
Nr sprawy: ZP-19-073UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet nr 3 poz. a-d

Czy Zamawiający wymaga strzykawkę z tłokiem kontrastującym w kolorze innym niż mleczny?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ i nie zmienia ich.

Pyt. 2 Pakiet nr 3 poz. a-d

Czy Zamawiający wymaga strzykawkę z logo lub nazwą producenta na cylindrze?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ i nie zmienia ich.

Pyt. 3 Pakiet nr 3 poz. a-d

Czy Zamawiający wymaga strzykawkę z cylindrem wykonanym z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ i nie zmienia ich.

Pyt. 4 Pakiet nr 3 poz. 1

Czy zamawiający oczekuje strzykawkę trzyczęściowych?

Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ i nie zmienia ich.

Pyt. 5 Pakiet nr 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści strzykawki, które posiadają na opakowaniu jednostkowym informację o tym, że są produktem niepirogennym i nietoksycznym, co jest jednoznaczne, że do produkcji nie użyto szkodliwych substancji, nie zawierają lateksu i są wykonane z bezpiecznych materiałów, z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka)?

- Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co 0,1ml
- Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer Lock 5 ml, skala co 0,2ml
- Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co 1ml

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6 Pakiet nr 3 poz. 1 a i 1b

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający koryguje Formularz asortymentowo - cenowy w zakresie Pakietu nr 3. Aktualny Załącznik nr 3 do SIWZ w formie edytowalnej zostanie opublikowany na stornie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/239548>.

Pyt. 7 Pakiet nr 3 poz. 1c

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 6.

Pyt. 8 Pakiet nr 3 poz. 1a-1c

Czy zamawiający wymaga aby pozycje od 1a-1c pochodziły od jednego producenta?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.

Pyt. 9 Pakiet nr 3 poz. 1a-1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

ZP-19-073UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną
Odp.: Zgodnie z zapisami Rozdz. XII SIWZ dotyczącego sposobu obliczenia ceny.

Pyt. 10 Pakiet nr 3 poz. 1a-1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano?

Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odp.: Zgodnie z treścią Rozdz. II pkt. 8 SIWZ oraz Załącznika nr 6 „Projekt umowy” § 1 pkt. 4.

Pyt. 11 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy w & 4 ust. 2 tj.Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy .

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. 12 Pakiet nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem o kształcie baryłkowatym, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnętrznych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankieta z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankieta (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankieta, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych oraz w postaci linii przerywanej miejscem cięcia korpusu rurki dla rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 9,5 mm co 0,5 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 13 Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały bezpieczną podwójną blokadę zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory oraz posiadały opakowanie zbiorcze z kolorowym oznaczeniem rozmiaru i nacięciami do częściowego oderwania krótkiego boku i długiego boku opakowania służące tym samym jako dispenser. Strzykawki bez zawartości lateksu, DEHP i Pcv?

Odp.: Zamawiający wymaga systemu blokady zapobiegających całkowitemu wysunięciu tłoka, zatem dopuszcza proponowane rozwiązanie podwójnej blokady. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pyt. 14 Pakiet nr 3 poz. a,b,c

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 6.

Powyższe odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego postępowania

„Należy zauważyć, że „Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SIWZ, która winna powodować zmianę jego postanowień” (zob. wyrok z 28 marca 2011 r., KIO 545/11). Przepis art. 38 ust. 1 Pzp odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wykonawca nie rozumie treści SIWZ i w celu jej zrozumienia zwraca się do zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumowanie art. 38 ust. 1 Pzp jest istotne, ponieważ przepisy Pzp nie obligują zamawiającego do obowiązku udzielania wyjaśnień, gdy wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SIWZ.

Reasumując, jeżeli z treści pisma (tzw. „wniosku”) wynika, że celem wykonawcy nie jest uzyskanie wyjaśnienia treści SIWZ, zamawiający nie odpowiada na takie pismo. Oczywiście z wyjątkiem przypadku, gdy wykonawca w piśmie żąda zmiany treści SIWZ.”

ZP-19-073UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**PAKIET NR 3 - Strzykawki jednorazowe**

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za sztukę/ opakowanie | Wartość Netto (kol.3 lub 4*5) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent oraz Nr katalogowy | Oferowana wielkość opakowania |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------|--|-------------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Strzykawki jednorazowe, zapewniające swobodny przesuw tłoka, szczelny, tłok ergonomiczny, pozwalający na operowanie strzykawką przy pomocy jednej ręki: - strzykawka ze szczelnym połączeniem luer, posiadająca system blokady przed całkowitym wysunięciem tłoka, posiadająca krawędź z uchwytnymi dla palców dla lepszej stabilności - opakowanie typu blister (papier/folia) z mankietem otwierającym gwarantującym zachowanie jałowości strzykawki podczas otwierania min. 0,5cm, mankiet otwierający od strony tłoka - wyraźny czytelny opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym z wyraźną datą ważności Czytelna i trwała skala z dokładnością (dopuszczamy skalę rozszerzoną): 2ml – co 0,1ml; 5ml – co 0,2ml; 10ml – co 0,5ml; 20ml – co 1ml | | | | | | | | | |
| a | strzykawka jednorazowa luer 2ml | 108 000 | | szt*/.....op.* | | | | | | |
| b | strzykawka jednorazowa luer 5ml | 324 000 | | szt*/.....op.* | | | | | | |
| c | strzykawka jednorazowa luer 10 ml | 362 000 | | szt*/.....op.* | | | | | | |
| d | Strzykawka jednorazowa luer 20ml | 936 000 | | szt*/.....op.* | | | | | | |
| e | Strzykawka jednorazowa luer typ Janetta 100ml | 2 000 | | szt*/.....op.* | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | |

**skreślić niewłaściwe, wypełnić właściwe*

Wymagana max. wielkość opakowania: 100 szt.

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.

Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

.....
Podpis Wykonawcy