

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

**Nr postępowania ZP/269/005/D/23 „Dostawa kamery termowizyjnej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej”**

### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /zwaną dalej ustawą Pzp/ (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

#### **Wykonawca zadał Zamawiającemu następujące pytanie:**

Dzień dobry,  
w nawiązaniu do postępowania nr ZP/269/005/D/2023 Dostawa kamery termowizyjnej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, a dokładniej załącznika nr 4 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia, proszę o informację czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada zoom cyfrowy od x1 do x8? Proponowany model spełnia lub przewyższa pozostałe parametry przedstawione przez Zamawiającego.

#### **Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

W specyfikacji technicznej wykazano: zoom optyczny – minimum 1x do maksimum 20x, zatem zakres od x1 do x8 mieści się w podanym przedziale, spełnia kryterium i Zamawiający dopuści proponowany zakres.

**Dziekan**

**prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn**

**WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA**

#### Otrzymują:

1. strona internetowa;
2. a/a